

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.77.2024.MB na: Dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

| Nr pytania | Treść pytania | Odpowiedź Zamawiającego |
|------------|---|---|
| 1 | Czy Zamawiający dopuści wagę, która posiada: Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] = 0,02 mg Powtarzalność dopuszczalna [Max] = 0,1 mg przy zachowanych (bądź lepszych) pozostałych parametrach? | Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 5 OPZ załącznika nr 6 do SWZ, tylko w poniższym zakresie: <u>Zakres zmiany:</u> <u>Było:</u> Powtarzalność dopuszczalna - max. 0,012mg <u>Po zmianie:</u> Powtarzalność dopuszczalna (5% Max) - max. 0,012mg |
| 2 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wagi posiadającej zakres obciążenia 102/220 g? | Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 1 OPZ załącznika nr 6 do SWZ: <u>Zakres zmiany:</u> <u>Było:</u> Obciążenie maksymalne - 82g/220g <u>Po zmianie:</u> Obciążenie maksymalne - nie większe niż 102/220g |
| 3 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wagi posiadającej powtarzalność 0,05 mg/ 0,1 mg? | Zamawiający wymaga aby waga analityczna spełniała parametr „Po zmianie” wg opisu w pkt 1 odpowiedzi Zamawiającego. |

Postępowanie nr 5B10.291.1.77.2024.MB

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wagi posiadającej liniowość 0,1 mg/0,2 mg? | Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 6 OPZ załącznika nr 6 do SWZ: Zakres zmiany: <u>Było:</u> Liniowość - $\pm 0,06\text{mg} / 0,2\text{mg}$ <u>Po zmianie:</u> Liniowość - nie gorsza niż 0,1mg / 0,2mg |
| 5 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wagi posiadającej temperaturę pracy 10 – 30 st. C? | Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje parametr zawarty w opisie przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 6 do SWZ w punkcie 9. |
| 6 | Czy parametr powtarzalność dopuszczalna dotyczy powtarzalności dopuszczalnej [Max] czy też [5% Max]? | Zamawiający wymaga aby waga analityczna spełniała parametr „Po zmianie” wg opisu w pkt 1 odpowiedzi Zamawiającego. |

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz udostępnia zmienione dokumenty, zgodnie z poniższym:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ po zmianie z dnia 09.07.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 09.07.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.07.2024 r.** do godz. 09:00:00.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.07.2024 r.** o godz. 09:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Marek Bocian