



**POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY**  
59-220 Legnica ul. Dworcowa 7  
Dział Zamówień Publicznych  
☎ (076) 81 97 836,837 ; fax (076) 876 32 10  
[www.pogotowie-legnica.pl](http://www.pogotowie-legnica.pl);  
e-mail: [pogotowie.legnica@pertus.pl](mailto:pogotowie.legnica@pertus.pl)



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Znak sprawy: ZP-29-7/2020

Legnica, dnia 10.06.2020 r.

### **Wszyscy uczestnicy postępowania wg. rozdzielnika**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym **Znak sprawy ZP-29- 7/ 2020** – przetarg nieograniczony na **dostawę dwóch ambulansów Typu C dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z formą płatności w systemie ratalnym na podstawie kredytu (Nr postępowania 3/PNO/2020).**

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników w/w postępowania:

#### **Pytanie Nr 1**

Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż średni roczny przebieg jednego ambulansu wynosi 50 000 km.**

#### **Pytanie Nr 2**

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy finansowej niezbędnej do udzielenia kredytu uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail: [piotr.malmon@zeszuta.mercedes-benz.pl](mailto:piotr.malmon@zeszuta.mercedes-benz.pl) poniższe dokumenty:

- Bieżący dokument finansowy za ostatni miesiąc lub kwartał 2020 roku,
- Kopia bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa za ostatni rok gospodarczy (sprawozdanie F02) lub kopia rocznej deklaracji podatkowej za rok 2019
- Informacja o amortyzacji rocznej za 2019 r. i plan na rok 2020 r.

Uprzejmie prosimy aby powyższe dokumenty zostały opieczetowane pieczęciami firmowymi oraz imiennymi i podpisane za zgodność przez przedstawiciela Działu Księgowego.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza w/w dokumenty finansowe na stronie platformy zakupowej .**

#### **Pytanie Nr 3**

Z uwagi na np. zgłoszenie naprawy w czasie np. ustawowo wolnym od pracy prosimy o wydłużenie czasu reakcji do 72 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas reakcji na zgłoszenia naprawy do 72 godzin.**

#### **Pytanie Nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt przeglądów okresowych ponosi Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający ponosi koszty przeglądów okresowych.**

#### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania ambulansu sanitarnego w kolorze żółtym zgodnym z normą PN-EN 1789?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza do zaoferowania ambulansu w kolorze żółtym, zgodnym z normą PN-EN 1789 .**

#### **Pytanie Nr 6**

Zamawiający wymaga, aby ambulanse sanitarne wyposażone były w automatyczną skrzynię biegów, w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że poprzez automatyczną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: Skrzynię stricte AUTOMATYCZNA, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne (nie jak w przypadku skrzyń zautomatyzowanych/zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegów to tradycyjna skrzynia mechaniczna, w której poszczególne przełożenia są zmieniane siłownikami elektrohydraulicznymi. Kierowca zmienia biegi dźwignią w trybie sekwencyjnym (w jednej płaszczyźnie) lub przyciskami przy kierownicy. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów powoduje także uruchomienie siłowników sterujących pracą sprzęgła, dzięki czemu wyeliminowano pedał sprzęgła. Nie oznacza to wcale, że w ogóle wyeliminowano sprzęgło i jego elementy takie jak: tarczę sprzęgła, wysprzęgliki hydrauliczne czy docisk sprzęgła. Są one elementami przeniesienia napędu tyle, że zostały zabudowane wewnątrz skrzyni. Skrzynia taka działa nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegów oraz nie posiada pozycji "P" czyli PARKING charakterystycznej jedynie dla skrzyni w pełni automatycznej) zapewniające płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji „P” czyli PARKING zabezpieczającą zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów pozwala na wybranie standardowych położzeń tj. D -Drive, R -bieg wsteczny, N- położenie neutralne, P- położenie parkingowe

**Odpowiedź: Zamawiający określił parametry techniczno-funkcjonalne w Załączniku Nr 1 do SIWZ i w związku z tym oczekuje zaoferowania ambulansu zgodnie z nimi.**

**Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty .**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy  
*mgr Joanna Bronowicka*

#### **Otrzymują :**

1. uczestnicy postępowania wg . rozdzielnika
2. a/a - Dz. Zam. publicznych