



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC  
WE WROCŁAWIU

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1132/GK/2021

Wrocław, 25.08.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.40.2021.TP

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa igieł aspiracyjnych do EBUSA TBNA z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. , zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ:

Dotyczy zapisów swz.

**Pakiet 2:**

Pytanie 1 – do załącznika nr 2 dot. Pakietu 2:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie drugim igieł o długości 50 mm i zmianę zapisów w pkt. 3 załącznika nr 2 do pakietu 2 na:

Długość wysunięcia igły (przy zdjętym stoperze)

TAK

A - Do 50 mm – 20 pkt.

B - Powyżej 50 mm – 0 pkt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 – do załącznika nr 2 dot. Pakietu 2:

Prosimy zamawiającego o usunięcie zapisu w pkt. 4 załącznika nr 2 do pakietu 2. Ze względów bezpieczeństwa minimalna długość wysunięcia igły powinna wynosić 0 mm. W przeciwnym przypadku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia kanału aparatu przy wprowadzaniu lub usuwaniu igły.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3 – do załącznika nr 2 dot. Pakietu 2:

W pkt. 10 załącznika nr 2 do pakietu 2 - Ze względu na to, że pokrętło jest w sposobie regulacji jednoznaczne z suwakiem, prosimy zamawiającego o zastąpienie dotychczasowego opisu następującym:

TAK

A - za pomocą suwak – slider lub pokrętło – 20 pkt.

B – za pomocą pierścieni – 0 pkt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4 – do załącznika nr 2 dot. Pakietu 2:

Prosimy zamawiającego o usunięcie zapisu w pkt. 13 załącznika nr 2 do pakietu 2 – dystalny odcinek osłonki wzmocniony metalowym opłotem zapobiegającym przebicciu osłonki (ok. 3 cm). Opis ten wskazuje wyłącznie na jednego producenta igieł, usunięcie go zwiększy konkurencyjność oferty i pozwoli na większą różnorodność oferowanego sprzętu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis, poprzez dopuszczenie dystalnego odcinka osłonki ze stali chirurgicznej, co zapobiega przebicciu osłonki przez igłę i kanału aparatu EBUS.

Pytanie 5 – do załącznika nr 2 dot. Pakietu 2:

W pkt. 16 załącznika nr 2 do pakietu 2 prosimy zamawiającego o zastąpienie dotychczasowego opisu i punktacji na: TAK

A – z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10 ml lub 5, 10, 15 i 20 mm w zależności od pojemności załączonej do zestawu strzykawki.

B – bez możliwości blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20 ml – 0 pkt.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pakiet 3**

Pytanie 6 – do Pakietu 3:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazową igłę histologiczną EBUS-TBNA o średnicy 22G, wyposażoną w wycięcie zaprojektowane tak, aby pobierać większą ilość tkanki z delikatnych okolic płuc. Regulacja stopnia wysunięcia igły do 50 mm. 1 opakowanie zawiera 1 sterylną igłę histologiczną gotową do użycia, 1 strzykawkę aspiracyjną 10 ml oraz łącznik z hermetycznym zaworem dla endoskopów z metalowymi gniazdami nie-luer, pozwalający na bezpieczne połączenie i stabilność zabiegową oraz zasysanie i wstrzykiwanie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Główna Księgowa  
Centrum  
*Małgorzata Biegalska*