



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 03.06.2019

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa aparatu RTG ramię C.. Numer ogłoszenia w 552904-N-2019; data zamieszczenia: 28.05.2019 r. Znak sprawy – PN 28/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat typu ramię C w którym skopia pulsacyjna wynosi 15 p/s? Wartość ta gwarantuje płynność obrazu jednocześnie ograniczając dawkę dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat typu ramię C bez kontroli czasu pulsu? Zakupywany aparat nie jest aparatem angiograficznym gdzie kontrola trwania pulsu ma duże znaczenie a wymóg ten jedynie ogranicza konkurencyjność.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat typu ramię C lampę stacjonarną z dwoma ogniskami? Lampa taka jest korzystniejszym rozwiązaniem dla Zamawiającego gdyż w przypadku awarii jednego z ognisk można pracować na drugim, dzięki czemu Zamawiający ma możliwość dalszego użytkowania urządzenia bez przestojów w pracy.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat RTG typu ramię C z lampą dwuogniskową pierwsze ognisko 0,5 mm drugie ognisko 1,8mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat RTG typu ramię C z pojedynczą dźwignią służącą jako sterowanie kołami aparatu oraz osobno hamulec nożny umieszczony po obu stronach aparatu. Rozwiązanie takie jest bardziej praktyczne dla Zamawiającego dające możliwość zablokowania i odblokowania bez konieczności przemieszczania się obsługi aparatu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości, mobilny zabiegowy aparat RTG typu ramię C wyposażony w wielofunkcyjny programowalny, przewodowy pedał oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C?

Rozwiązanie takie jest powszechne i pozwala na ciągłą pracę aparatem bez możliwości przerwania jej w przypadku wyczerpania się zasilania pedału bezprzewodowego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7

W SIWZ Zamawiający opisał, iż przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy zadania opisane załączniku nr 1. W załączniku znajduje się pakiet nr 1 RTG typu C. Nie ma podziału na zadania. Natomiast w umowie znajduje się oznaczenie „ 1) sprzedaż i dostawa do Zamawiającego: aparatu RTG – ramię C (Pakiet nr 2) – szczegółowo opisana w załączniku nr 1 do umowy, zwanego w dalszej części umowy aparatem RTG lub przedmiotem umowy”. Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w SIWZ oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ – umowa, prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia to wyłącznie pakiet nr 1 – dostawa aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź: Tak Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ –umowa, potwierdzamy, iż przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatu RTG ramię C.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 pkt. 5 „Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi nie więcej niż 5 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego” na „Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi nie więcej niż 5 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub 12 dni w przypadku konieczności wymiany części importowanej od Producenta”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium z dnia 5.06.2019r. na dzień 6.06.2019r. , godziny oraz miejsce pozostają bez zmian.

Otrzymują:

-adresat


-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,

e-mail: inwestycje@stocer.pl


PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI
„STOCER” Sp. z o.o.
Piotr Papaj