

## Odpowiedź nr 12

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.  
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00248104/01  
z dnia 2023-06-06


W dniu 09.06.2023 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

### Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, gwarantujących najwyższą jakość wydruku?

### Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z naprzemianległymi otworami bocznym, z nieprzezroczystym konektorem o następującym kształcie:



### Część 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania nieskalowane?

### Część 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

### Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania dostępne w rozmiarze od CH6 do CH18 – długość 600mm?

### Część 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez linii RTG?

### Część 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z 100% silikonu?

### Część 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dreny z Ch15, Ch18, Ch20, Ch21, Ch24, Ch26, Ch27, Ch30, Ch33, Ch36?

### Część 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści szczotki wykonane z jednej strony z medycznego polietylenu (włosie) z drugiej z poliuretanu (gąbka)?

**Część 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści szczotki wykonane z jednej strony z medycznego polietylenu (włosie) z drugiej z poliuretanu (gąbka)?

**Część 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek w opakowaniu a'40 sztuk w formie podajnika wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 15-21**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli za opakowanie a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozm. 1,7x45mm?

**Część 1, pozycja 15-21**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o następującym opisie:

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 26 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym
- pakowanie: 1 sztuka – twardego blistera (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

**Część 1, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozm. 1,1x40mm?

**Część 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opak. a'90 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml lub 1750ml?

**Część 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a'100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opak. a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 40**

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opak. a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opak. a'10 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 52-54**

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnięta jest poprzez proces sterylizacji (tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Część 1, pozycja 57**

Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn za opak. a'10 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Część 1, pozycja 60**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozm. 15Fr – długość 600mm lub 800mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

### **Część 1, pozycja 61**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system łączący o następującym opisie:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt?

### **Część 1, pozycja 62**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system łączący 3-kanałowy o długości całkowitej 15cm, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI) oraz wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)?

### **Część 2, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej w zestawie z 3 igłami o długości 80mm (14G, 16G i 19G)?

### **Część 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści miskę ogólnego zastosowania o poj. 4l?

### **Część 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 15ml?

### **Część 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 30ml?

### **Część 5, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 35ml?

### **Część 5, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 150ml lub 250ml?

### **Część 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

### **Część 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą oraz pojedynczą kryzą ograniczającą?

### **Część 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kolorystycznym oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym?

### **Część 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### **Część 10, pozycja 6-7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze ścięciem stożka pod kątem 45°?

### **Część 10, pozycja 6-7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### **Część 10, pozycja 8-9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

### **Część 10, pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą o dł. 60mm (55mm w części przezroczystej), igła ścięta w 4 płaszczyznach?

### **Część 10, pozycja 10-11**

Czy Zamawiający odstąpi od definicji NIOSH – skuteczność filtracji BFE i VFE oraz potwierdzenia jej wynikiem z badań z niezależnego laboratorium?

### **Część 10, pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy szczelnie zapakowane w opak. Blister-pack bez opaski/gumki stabilizującej dren? Sposób pakowania zapobiega możliwości przesuwania się zestawu wewnątrz opakowania.

### **Część 10, pozycja 11**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych czy przyrządu do przetaczania krwi? Opis produktu dla pozycji 10 i 11 jest taki sam.

### **Część 10, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji o następującym opisie:

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką
- elastyczna komora kroplowa o długości całkowitej 95mm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- dostępny w wersji bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd?

**Pakiet 14 pozycja 3, 4** – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rozmiaru serwety oczekuje Zamawiający, 75x90cm czy 75x50cm?

**Pakiet 14 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 75x45 cm z otworem 6x8cm?

**Pakiet 14 pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 75x45 cm?

**Pakiet 14, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści podkład 33 x 50cm (40 szt. w rolce) z przeliczeniem podanych ilości?

**Pakiet 14, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Pakiet 14, pozycja 9** - Czy Zamawiający ma na myśli osłonę o wymiarach 16 cm x 250 cm?

**Pakiet 16, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Pakiet 16, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Pakiet 16, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Pakiet 16, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Pakiet 16, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Pakiet 16, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x60cm?

**Pakiet 24, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
- 10 x Kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm
- Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- Miska nerkowata poj. 800ml, niebieska, z podziałką
- Ampułkostrzykawka z wodą i gliceryną 10ml

**Pakiet 24, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- Podkład chłonny 60cm x 90cm
- Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm
- Chwytnak plastikowy 23cm
- Chwytnak plastikowy 18cm
- Nożyczki metalowe ostre/tępe 15cm
- Kompres z gazy 13N 8W 10cm x 10cm
- Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm (niebieski SMS)

**Pakiet 24, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa
- Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
- Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm
- Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- Nożyczki metalowe ostre/ostre 15cm

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Część 1 poz. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 7-8 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 7-8 Tak, Zamawiający dopuszcza  
Część 1 poz. 7 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 1 poz. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 10 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 10 Tak, Zamawiający dopuszcza  
Część 1 poz. 12 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 1 poz. 12 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 15-21 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 20 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 1 poz. 15-21 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 1 poz. 28 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 34 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 35 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 34 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 37 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 40 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 45 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 52-54 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 57 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 60 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 1 poz. 61 Nie, Zamawiający nie dopuszcza  
Część 1 poz. 62 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 2 poz. 14 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 4 poz. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 5 poz. 5, 6 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 5 poz. 7 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 5 poz. 10 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 10 poz. 1-4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 10 poz. 1-4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 10 poz. 1-4 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 10 poz. 4 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 10 poz. 6-7 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 10 poz. 6-7 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Część 10 poz. 8-9 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 10 poz. 10-11 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 10 poz. 10-11 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Część 10 poz. 10-11 Tak, Zamawiający dopuszcza  
Część 10 poz. 11 przyrząd do przetaczania krwi  
Część 10 poz. 11 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 3,4 Zamawiający oczekuje następującego rozmiaru 75x 50 cm  
Pakiet 14 poz. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 14 poz. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 14 poz. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 14 poz. 9 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16 poz.1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza  
Pakiet 16 poz. 2 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Pakiet 16 poz. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 16 poz. 4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
Pakiet 16 poz. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza  
Pakiet 16 poz. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24 poz. 1 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 24 poz. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 24 poz. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZADU  
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital debno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno) → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.

Anna Kotosowska  
mgr farmacji