



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-36/2023

Pleszew, dn. 30.11.2023r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na dostawę następującego sprzętu medycznego: aparaty do znieczulenia z wyposażeniem - 2 szt., systemy monitorowania pacjenta (kardiomonytory, centrale monitorujące) - 2 komplety, platforma hemodynamiczna – 1 szt., defibrylatory - 2 szt., urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania:

- Dot. Aparat do znieczulania - Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z minimalnym czasem pracy wynoszącym 45 min. do 120 minut w warunkach standardowych?
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.
- Dot. Aparat do znieczulania - Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z większym zakresem regulacji I:E od 4:1 do 1:10?
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.
- Dot. Aparat do znieczulania - Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania ze wspomaganie ciśnieniowym powyżej PEEP regulowanym w zakresie 3 do (80 – wartość PEEP) cmH₂O?
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.
- Dot. Wzoru umowy. § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień do 0,2%?
Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy do 10%?
Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.
- Dotyczy zadania 4 – Systemu stanowisk resuscytacyjnych – defibrylatora - pozycji „ Defibrylator wyposażony w modem GSM w technologii min. 4G umożliwiający wysłanie diagnostycznego EKG oraz parametrów życiowych na zdefiniowane adresy e-mail u wskazanych podmiotów szpitalnych bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń odbiorczych,,
Czy Zamawiający z racji faktu dostawy defibrylatora jako elementu wyposażenia stanowiska do resuscytacji zrezygnuje z wymogu dostawy defibrylatora z opcją transmisji EKG za pomocą telefonu

komórkowego lub modemu? Transmisja danych jest głównie używana przez zespoły wyjazdowe, z kolei w szpitalu jest to funkcjonalność raczej nie wykorzystywana.

Odpowiedź; Tak, - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na defibrylator nie posiadający tej opcji.

7. Dotyczy zadania 4 – Systemu stanowisk resuscytacyjnych – defibrylatora - „Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu lub w zewnętrznej ładowarce od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin”, - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora, którego czas ładowania do 100% wynosi maksymalnie 3 godziny?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 22.12.2023r. ?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
CM w Preszowie Sp. z o.o.


Błażej Górczyński

01
nin
nbs
20