



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 09.07.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 29**

**1. Pytanie nr 1**

Dotyczy pkt.10 zadania nr 13

Ponieważ tylko lampa zabiegowa przejezdna typ SOLIS 60F producenta Famed Łódź posiada w kopule 18 diod i tylko ona spełnia( w połączeniu z pozostałymi parametrami ) zapisy SIWZ dla zadania 13, to Czy Zamawiający w tym zadania dopuści rozwiązania równoważne?

**Odp. Zgodnie z SWZ. Oferent nie wskazał jakie oferuje alternatywne rozwiązania równoważne, w związku z tym ciężko się jest odnieść Zamawiającemu do postawionego zapytania.**

**2. Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania nr 13

Prosimy o podanie powodu dlaczego Zamawiający w zadaniu nr 13 wymaga określonej ilości diod LED w kopule, skoro dla funkcjonalności ( w przypadku spełnienia pozostałych parametrów ) ilość diod LED w kopule nie ma żadnego znaczenia?

**Odp. Zgodnie z SWZ. W ocenie Zamawiającego parametry ujęte w specyfikacji są optymalne w stosunku do potrzeb użytkowych jakich będzie oczekiwał oraz lokalowych związanych z miejscem użytkowania.**

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl