



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

Znak: SPZZOZ.ZP/25/2020

Przasnysz, 07.12.2020 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych

Pyt. 1

Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. Zamawiający wymaga siatki zgodnie z SIWZ

Pyt. 2

Pakiet I, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości 100-140%?

Odp. Zamawiający wymaga opaski zgodnie z SIWZ

Pyt. 3

Pakiet I, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Pakiet I, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Pakiet I, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Pakiet I, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Pakiet I, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny 3 warstwowy?

Odp. Zamawiający wymaga opatrunku zgodnie z SIWZ

Pyt. 8

Pakiet I, pozycja 22, 23

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.

Pyt. 9

Pakiet I, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Pakiet I, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 45 cm z przylepnym otworem 5 cm?

Odp. Zamawiający wymaga serwetę godnie z SIWZ.

Pyt. 11

Pakiet I, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 60 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Pakiet I, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

3 x Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm)

1 x Pęseta anatomiczna metalowa dł. 14cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 13

Pakiet I, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną 75 x 90 cm z otworem 6 x 8 cm?

Odp. Zamawiający wymaga serwetę zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14

Pakiet I, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści żel w strzykawce 6 ml?

Odp. Zamawiający wymaga żelu zgodnie z SIWZ

Pyt. 15

Pakiet I, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wodę sterylną w ampulce 10 ml?

Odp. Zamawiający wymaga wody godnie z SIWZ

Pyt. 16

Pakiet I, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo Hegar 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza



Pyt. 17

Pakiet I, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 3x75mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18

Pakiet I, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w 2 sztywniki

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm ?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu zgodnie z SIWZ

Pyt. 19

Pakiet I, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec na tkaninie bawełnianej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 20

Pakiet I, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 21

Pakiet I, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu zgodnie z SIWZ



Pyt. 22

Pakiet I, pozycja 36-37

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 23

Pakiet I, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odp. Zamawiający wymaga serwety zgodnie z SIWZ.

Pyt. 24

Pakiet I, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odp. Zamawiający wymaga serwety zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25

Pakiet I, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26

Pakiet I, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igły bez opakowania?

Odp.. Zamawiający wymaga strzykawki zgodnie z SIWZ

Pyt. 27

Czy Zamawiający zgodzi się, aby produkty zaoferowane w Pakiecie nr I w pozycjach 22, 23, 30 i 38 nie były wyrobami medycznymi, a kosmetykami lub wyrobami higienicznymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów niejałowych gazowych (Pakiet I poz. 14-17) w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr

1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do umowy (np. w ramach § 7) poniższego zapisu: "Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego"

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem
DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
Grzegorz Magnuszewski
mgr Grzegorz Magnuszewski