



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 06.08.2024 r.

DZP-29/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup narzędzi i akcesoriów chirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pozycji nr 23, 26, 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: gumowych zatyczek- poz. 23, i uszczelki do trokarów- poz. 26 i 27, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie poz. 23, 26 oraz 27.

Pytanie nr 2 – dot. Pozycji nr 23, 26, 27

Czy w związku z tym, że opisane w poz. 23, 26 i 27 załącznika nr 1 do SWZ- formularz cenowy gumowe zatyczki i uszczelki do trokarów są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

Odp.: Zamawiający w zakresie poz. 23 wymaga wyceny 1 opakowanie po 10 sztuk, natomiast w zakresie poz. 26, 27 wymaga wyceny po 1 opakowaniu x 10 szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza przeliczenia do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 3 – dot. Pozycji nr 23, 26, 27

Czy w związku z tym, że oferowany w poz. 23, 26 i 27 asortyment jest pakowany w opakowania handlowe po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach - 10 szt.?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 – dot. zapisów SWZ rozdz. IV, pkt. 17

Prosimy o odstąpienie od zagwarantowania minimalnego terminu ważności dostarczonego asortymentu wynoszącego min. 12 miesięcy. Oferowane wyroby nie posiadają terminów ważności.

Odp.: Zamawiający odstępuje.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 5 – dot. zapisów SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety z nazwą wyrobu w języku polskim i dopuszczenie wyrobów posiadających oznakowanie informujące o nazwie w oryginalnym języku producenta, tj. j. angielskim. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących laikami posiadała etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim.

Odp.: Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 6 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – dot. projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. zapisów SWZ

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umowy §8 ust.1 pkt. 1.1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie z 0,5% do 0,2%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. projektowanych postanowień umowy §8 ust.1 pkt. 1.2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w reklamacji z 0,5% do 0,2%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – dot. projektowanych postanowień umowy §8 ust. 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży łączną max. wysokość kar z 30% do 20% wynagrodzenia brutto?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. projektowanych postanowień umowy §9 ust. 13

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy §9 ust.13 na następujące brzmienie:

„ 13. Wykonawca zapewnia wymianę wadliwego elementu na nowy w przypadku 3-krotnej jego istotnej awarii, a jeśli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe wymianę będzie podlegał cały przedmiot umowy. Za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie.” Wymiana na nowe całego przedmiotu umowy (w tym przypadku wszystkich dostarczonych w ramach umowy narzędzi i akcesoriów) w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Wymiana całego przedmiotu umowy na nowy, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady elementu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem postępowania są niezależnie od siebie działające elementy (narzędzia i akcesoria). Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 – dot. projektowanych postanowień umowy §9 ust. 14

W związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia z zagranicy, prosimy o wydłużenie czasu na wymianę wadliwego elementu na nowy do 10 dni roboczych

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 – dot. projektowanych postanowień umowy §9 ust. 5

Prosimy o odstąpienie od wykonywania przeglądów w okresie gwarancyjnym? Przedmiotem zamówienia są instrumenty oraz optyki niewymagające specjalnych corocznych przeglądów technicznych oraz posiadania indywidualnego paszportu technicznego. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu oraz funkcjonalności optyk i narzędzi przed każdym użyciem oraz do bieżącej konserwacji. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczących stanu optyki lub narzędzia wówczas należy skontaktować się serwisem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgody, jednocześnie informuje o wykreśleniu §9 ust. 5 z projektowanych postanowień umowy.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie