



**Państwowy Instytut Geologiczny**  
**Państwowy Instytut Badawczy**  
państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.62.1.2024 NM

Warszawa, 10.06.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa piknometrów helowych, oznaczenie sprawy: EZP.26.62.2024.**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.**

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 286 ust 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Część nr 1 chce, aby piknometr miał możliwość obsługi pomiarów tylko za pomocą wymaganego, dedykowanego oprogramowania instalowanego na dostarczonym laptopie, czy może dopuszcza możliwość obsługi urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, zwłaszcza, że wymagane jest, aby dostarczony piknometr był wyposażony w ekran dotykowy?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenie powinno mieć możliwość obsługi na dwa sposoby, poprzez ekran dotykowy na urządzeniu oraz poprzez oprogramowanie zainstalowane na dołączonym laptopie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1.1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, pkt 2.2 w następujący sposób:

Piknometr helowy:

- z możliwością obsługi zarówno poprzez ekran dotykowy jak i oprogramowanie zainstalowane na zewnętrznym urządzeniu do zbierania danych (laptopie)

#### **W wyniku powyższych wyjaśnień i zmian Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:**

##### **Punkt 14 SWZ, Termin związania ofertą otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **12.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### **Punkty 15.2 oraz 15.3 SWZ otrzymują następujące brzmienie:**

14.2. Termin składania ofert upływa w dniu **13.06.2024 r. o godz. 10:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert upływa w **13.06.2024 r. o godz. 10:05.**

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2024 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB

ds. Zamówień Publicznych

Natalia Mosiądz