



Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662-44-12, fax. 12 662-44-10

Specyfikacja Warunków Zamówienia

**”Dostawa wyposażenia pracowni okulistycznej Uniwersyteckiej Polikliniki
Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**

Nr zamówienia: DZP- 291-2174/2023

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33000000-0, 33100000-1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ
2. Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1A do SWZ
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik nr 2 do SWZ
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/ bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ
5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ
6. Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SWZ
7. Karta gwarancyjna – Załącznik nr 6 do SWZ.



ROZDZIAŁ I.

Nazwa, adres i dane kontaktowe zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający:

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21
NIP: 675-000-21-18,
REGON: 000001815
tel. +48 12 662 44 12,
http: www.urk.edu.pl

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawy**, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztu udziału w postępowaniu.
10. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw
11. Strona internetowa prowadzonego postępowania, cała dokumentacja postępowania będzie dostępna pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/urk>



ROZDZIAŁ II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu okulistycznego medycznego/weterynaryjnego dla Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na 3 Zadania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na 3 Zadania. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich zadań.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ilości oraz parametrów technicznych został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do parametrów określonych w kolumnie nr 4 w Załączniku nr 1A do SWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1A do SWZ. Jeśli w Załączniku nr 1A do SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w Załącznikach nr 1A do SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający podkreśla, iż gdyby w opisie przedmiotu zamówienia pojawiły się nazwy własne, wówczas należy je traktować jako przykładowe i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania.
8. W przypadku oferowania przez Wykonawcę równoważnego przedmiotu zamówienia w stosunku do określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez równoważny przedmiot zamówienia



Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

9. W sytuacjach, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
10. Przez dni robocze, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 Sprzęt do obrazowania oka.

1.1.	Zabiegowy mikroskop okulistyczny	1.
1.2.	Funduskamera do badania dna oka	1.
1.3.	Lampa szczelinowa	1.
1.4.	Zestaw oftalmoskopowy	1.
1.5.	Epilator	1.
1.6.	Ultra-biomikroskop z sondami	1.

1. Lokalizacja dostawy i wykonania prac instalacyjnych:

Wykonawca dostarczy sprzęt oraz wykona prace instalacyjne pod adresem: Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – ul. Krakowska 2, 30-199 Rząska.

2. Minimalne wymagane parametry techniczne:

ZADANIE NR 1. - SPRZĘT DO OBRAZOWANIE OKA			
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3..</i>	<i>4.</i>



1.1.	Zabiegowy mikroskop okulistyczny	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Motoryczny, multi- dyscyplinarnym mikroskop okulistyczny przeznaczonym do stosowania przy wszelkich zabiegach chirurgicznych oka <u>minimum</u>: katarakty, operacje na siatkówce,2) Motoryczny systemem dostrajania ostrości,3) Motoryczna płynna zmiana powiększenia,4) Wielozadaniowy nożny panel sterowania (sterownik) do kontrolowania funkcji, <u>minimum</u>: powiększenia, ostrości, położenia głowicy mikroskopu bez konieczności przenoszenia rąk z pola zabiegowego,5) Zintegrowany łącznik umożliwiający zmianę położenia głowicy mikroskopu w płaszczyźnie poziomej6) Podstawa jezdna z możliwością montażu monitora TFT7) Wymienne obiektywy i okulary,8) Zintegrowany system wideo,9) Kamera kolorowa Full HD z przystawką do zapisywania nagrań i monitorem HD <u>minimum</u> 19",10) Przełącznik filtra osłony siatkówki,11) Wzmacniacz refleksu czerwieni,12) Wbudowana przesłona zwiększająca głębię ostrości13) Podstawa okularu mikroskopu , ruchoma z hamulcem,14) Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem współosiowego oświetlenia światłowodowego z rezerwowym systemem światła (możliwość przełączania żarówki w trakcie pracy),15) Ramie manewrowe z regulacją natężenia światła usytuowaną w zasięgu ręki ,16) Moc oświetlenia <u>minimum</u> 50 000 lux,17) łącznik o odchyleniu <u>minimum</u> 45° ,18) Pochylony okular <u>minimum</u> 60°, ogniskowa <u>minimum</u> 159 mm,
------	---	-----------	---



			<p>19) Okular 10 x (kompensacja w dioptriach), apochromatyczny, 5-stopniowy zmieniacz powiększenia.</p> <p>20) Obiektyw ogniskowa <u>minimum</u> 200 mm ze zintegrowanym systemem regulacji ostrości,</p> <p>21) Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu,</p> <p>22) Nakładki silikonowe z możliwością resterylizacji</p>
1.2.	Funduskamera do badania dna oka	1.	<p>1) Kamera do obrazowania przenośna:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Autofokus,b) tryby obrazu do automatycznego i ręcznego przechwytywania,c) automatycznie zapisywanie obrazów,d) możliwość przesyłania obrazów jako wiadomości e-mail lub SMS,e) przenoszenie danych z raportem na komputer PC / MAC za pośrednictwem programu. <p>2) Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Rozmiar źrenicy: średnica <u>minimum</u> 5 mm,b) Pole widzenia <u>minimum</u> 50°,c) Odległość robocza min : 50 mm,d) Oświetlenie: biała dioda LED,e) Siła dioptrii zakres <u>minimum</u>: -20 D do + 20 D,f) Regulacja autofokusag) Rozmiar obrazu <u>minimum</u>: 1920 x 1920 pikseli ,h) Format obrazu: JPEG,i) Zasilanie bateryjne , żywotność baterii <u>minimum</u>: 50 sesji przy pełnym naładowaniu,j) Długość rurki obiektywu <u>minimum</u>: 180 mm,k) Długość uchwytu kamery <u>minimum</u>: 130 mm,l) Szerokość całkowita <u>max</u>: 95 mmm) <u>Maksymalna waga</u> 350 g



			<p>n) W zestawie oprogramowanie do obróbki i przenoszenia danych , licencja bezterminowa, niewyłączna, jedno stanowiskowa , dostarczone na nośniku elektronicznym <u>lub</u> do pobrania ze strony internetowej producenta ,</p> <p>o) Stacja sterująca: zestaw komputerowy PC (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka) - <u>lub</u> laptop z systemem operacyjnym (pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego) o konfiguracji dostosowanej do wymogów funduskamery, umożliwiającej jej poprawną pracę.</p>
1.3.	Lampa szczelinowa	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Ręczna lampa szczelinowa,2) Przenośna lampa szczelinowa do obserwacji stereoskopowej z wyborem powiększenia i szerokości szczeliny ,3) Waga <u>max</u> 800 g,4) Oświetlenie LED regulowane <u>w minimalnym</u> zakresie : 10K do 20K lux,5) Wybór powiększeń <u>minimum</u>: 10x i 16x,6) <u>Minimum</u> 4 szerokości szczelinowe: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,8 mm i \varnothing 12 mm,7) Miejsce oświetlenia <u>minimum</u>: \varnothing 1 mm, \varnothing 5 mm, \varnothing 12 mm,8) Szczelina 1 mm do obserwacji komory przedniej oka,9) Wbudowany kobaltowo- niebieski filtr,10) Zasilanie baterie AAA ,11) Kąt wewnętrzny <u>minimum</u> 13°,12) Odległość robocza:<ol style="list-style-type: none">a) <u>minimum</u> 80 mm (przy 16x powiększeniu),b) minimum 100 mm (przy 10x powiększeniu),13) Pole widzenia:<ol style="list-style-type: none">a) minimum \varnothing 10 mm (pryz 16x powiększeniu),



			<p>b) minimum \varnothing 15 mm (przy 10x powiększeniu)</p> <p>14) Odległość oglądania w zakresie <u>minimum</u>: 50 do 72 mm</p> <p>15) Okular regulacja dioptrii zakres <u>minimum</u>: -8 to +5D</p> <p>16) Kąt projekcji szczeliny: horyzontalny <u>minimum</u>: +- 60°</p> <p>17) Wymiary <u>max</u>: szer. 25 cm x wys. 25 cm x gł. 10cm</p>
1.4.	Zestaw oftalmoskopowy	1.	<p>1) Oftalmoskop pośredni do diagnozy dna oka,</p> <p>2) Obrazowanie 3D,</p> <p>3) Funkcja podnoszenia jednostki optycznej,</p> <p>4) Bezobsługowa, pyłoszczelna optyka,</p> <p>5) Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bateria i okular,b) ładowarka,c) lusterko asystenckie w etui,d) torba transportowa, <p>6) Soczewki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 szt. - soczewka <u>o minimalnych</u> parametrach:<ul style="list-style-type: none">- pole widzenia: 56°/73° ,- powiększenie obrazu: 2.68x,- plamka lasera: 0.37x,- odległość robocza: 40 mm,b) 1 szt. - soczewka <u>o minimalnych</u> parametrach:<ul style="list-style-type: none">- pole widzenia: 58°/75° ,- powiększenie obrazu: 2.15x,- plamka lasera: 0.47x,- dystans roboczy: 30 mm,c) 1 szt. - soczewka podwójnie asferyczna <u>o minimalnych</u> parametrach:



			<ul style="list-style-type: none">- 0.93x powiększenie obrazu ,97° dynamiczne pole widzenia.- Pole widzenia: 81°/97° .- Powiększenie obrazu: 0.93x.- Plamka lasera: 1.08x- Odległość robocza: 8 mm <p>d) 1 szt. - soczewka o <u>minimalnych</u> parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">- pole widzenia: 55°/72° ,- powiększenie obrazu: 2.79x,- plamka lasera: 0.36x,- odległość robocza: 37 mm.
1.5.	Epilator	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Epilator służący do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczynek krwionośnych z wykorzystaniem prądu wysokiej częstotliwości i prądu stałego (galwana),2) Metody pracy:<ol style="list-style-type: none">a) termoliza (prąd wysokiej częstotliwości),b) elektroliza (prąd galwaniczny),c) BLEND (łączy obie powyższe metody).3) Charakterystyka:<ol style="list-style-type: none">a) wyświetlacz LCD,b) jedno pokrętko ustawiania wszystkich parametrów,c) automatyczne sprawdzanie obwodu pacjenta,d) automatycznie regulowany czas zabiegu,4) Zasilanie 230V, 50Hz,5) <u>Maksymalna</u> moc pobierana 30 W,6) <u>Maksymalny</u> prąd galwaniczny 2mA,7) <u>Maksymalny</u> prąd wielkiej częstotliwości 13,5MHz/100V,8) <u>Maksymalne</u> wymiary 270x200x70 mm,



			<p>9) <u>Maksymalna waga brutto</u> 2 kg,</p> <p>10) W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pedał,b) uchwyt do mocowania igieł ,c) opaska na rękę – bierna,d) końcówka do igieł,e) igły sterylne igły jednorazowe do usuwania owłosienia. – szt. 20,f) igły złote – szt. 20
1.6.	Ultra-biomikroskop z sondami	1.	<ul style="list-style-type: none">1) System obrazowania i biomikroskop ultradźwiękowy,2) Oprogramowanie do ultra-biomikroskop z sondami, licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym lub do pobrania ze strony internetowej producenta3) Możliwość korzystania z sond o różnych częstotliwościach,4) Sondy do badań:<ul style="list-style-type: none">a) struktury okołosiatkówkowe <u>minimum</u> 12 MHz – szt.1.b) siatkówki 20 MHz - szt. 1.c) jaskry <u>minimum</u> 35 MHz, badanie całego segmentu przedniego, w tym struktur tyłem do tęczówki – szt. 1..5) Możliwość rozbudowy o sondę 50 MHz do badań jaskry,6) System akumulatorowy, akumulator litowo-jonowy zapewniający <u>minimum</u> 6 godzin pracy bez zasilania sieciowego,7) Stacja sterująca: zestaw komputerowy PC (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka) lub laptop z systemem operacyjnym (pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną



			przez Zamawiającego) o konfiguracji dostosowanej do wymogów ultra-biomikroskopu, umożliwiającej jego poprawną pracę.
--	--	--	--

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) minimalny termin gwarancji – minimum 12 miesięcy, licząc od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
- 2) gwarancja winna obejmować: naprawy, regulację, konserwację i czyszczenie wewnętrznych struktur urządzeń w trakcie naprawy gwarancyjnej, przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu oraz przed końcem terminu udzielonej gwarancji, koszty transportu, ubezpieczenia, dojazdu z i do serwisu,
- 3) wszystkie koszty związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji,
- 4) w przypadku trzech napraw w okresie gwarancyjnym tego samego modułu skutkujących brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji sprzętu/urządzenia, nastąpi wymiana modułu na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany wymienić cały sprzęt na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.
- 5) każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji,
- 6) karta gwarancyjna winna być zgodna z wymogami zawartymi w SWZ oraz dostarczona wraz ze sprzętem.

4. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:

- 1) czas reakcji na zgłoszoną usterkę - maksymalnie 24 godziny robocze od zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),
- 2) czas naprawy usterki: maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),



- 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie: dokładnej lokalizacji serwisu gwarancyjnego (adres, adres e-mail, tel.) oraz osoby (imię i nazwisko) do kontaktu w sprawie napraw gwarancyjnych,
- 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzielone warunki serwisu i gwarancji w niniejszym postępowaniu,
- 5) serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym,
- 6) zgłoszenia serwisowe będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis polskojęzyczny, autoryzowany przez producenta,
- 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych (imię i nazwisko) oraz numer telefonu i adresu e-mail osoby, która będzie upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w napraw gwarancyjnych,
- 9) Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego
 - wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
 - wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych częściowych w trakcie wykonywania naprawy,
 - części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,
 - w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego
- 10) Przegląd okresowy/gwarancyjny
 - Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
 - Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego.



- Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
- Wykonawca zobowiąże się, że przeprowadzi końcowy przegląd gwarancyjny na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy),

12) Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13) Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

5. Warunki dostawy i instalacji:

1) termin dostawy – do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

2) cena dostarczonego sprzętu musi obejmować: koszt sprzętu, koszt dostawy/transportu do miejsca wskazanego w pkt 1, koszt instalacji i uruchomienia, koszt instrukcji obsługi sprzętu, koszt udzielenia licencji oprogramowania (o ile odpłatna), koszt zewnętrznego nośnika oprogramowania (jeśli dotyczy), koszt udzielenia licencji na system operacyjny stacji sterującej - sprzętu komputerowego (jeżeli dotyczy), koszt instrukcji obsługi oprogramowania (jeśli dotyczy), koszt szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia po dostawie, instalacji i uruchomieniu, koszt gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszt przeglądów okresowych inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomić mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia,

4) Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, instalacji i uruchomienia,

5) Wykonawcy wskaże osobę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostawy przedmiotu zamówienia,



6) dostawa winna być dokonana w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i w godzinach roboczych Zamawiającego (tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze).

7) do momentu protokolarnego odbioru sprzętu Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z jego przechowywaniem, w tym koszty ubezpieczenia, a Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

8) Wykonawca dokona instalacji sprzętu. Instalacja obejmuje czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenia były podłączone, uruchomione i poprawnie działające. Instalacja sprzętu przeprowadzona będzie w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować i uruchomić następujące urządzenia: Zabiegowy mikroskop okulistyczny, Funduskamera do badania dna oka, Lampa szczelinowa, Epilator, Ultra-biomikroskop z sondami.

9) po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę. Odbiorem będzie objęty cały sprzęt, tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów sprzętu. Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu sprzętu jest traktowane jako niewykonanie umowy.

6. Oprogramowanie:

1) Wykonawca wraz z dostawą sprzętu zobowiązany będzie do dostarczenia:

Funduskamera do badania dna oka - oprogramowanie do obróbki i przenoszenia danych , licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym lub do pobrania ze strony internetowej producenta; system operacyjny jednostki sterującej , licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego; oprogramowanie do obróbki i przenoszenia danych i system operacyjny będą zainstalowane na dostarczonej stacji sterującej. Oprogramowanie w języku polskim.

Ultra-biomikroskop z sondami – oprogramowanie do ultra-biomikroskop z sondami, licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa , dostarczone na nośniku elektronicznym lub do pobrania ze strony internetowej producenta; system operacyjny jednostki sterującej , licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci



kodu cyfrowego; oprogramowanie do obróbki i przenoszenia danych i system operacyjny będą zainstalowane na dostarczonej stacji sterującej. Oprogramowanie w języku polskim.

2) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą sprzętu dostarczyć instrukcję obsługi oprogramowania w języku:

Funduskamera do badania dna oka - polskim

Ultra-biomikroskop z sondami - polskim

3) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oprogramowanie, o którym mowa w ppkt 1), na które udzielone zostaną niewyłączne licencje bezterminowe z polami eksploatacji umożliwiającymi korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca gwarantuje, iż licencje udzielone na oprogramowania, nie będą wypowiedziane z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia licencji, wbrew zobowiązaniu o którym mowa powyżej, bez winy Zamawiającego, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia, włączając w to przyczyny, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 100% kwoty brutto należnej Wykonawcy za dany sprzęt.

4) Wykonawca zagwarantuje, że oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu będzie wolne od wad prawnych.

5) W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowania, które zostało dostarczone, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Zamawiającemu przed takimi roszczeniami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić odszkodowania lub koszty polubownego załatwienia sprawy – w zakresie, w jakim Zamawiający uznał roszczenia osoby trzeciej.

7. Inne wymagania:

1) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych.



2) sprzęt musi być kompletny (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.) ,gotowa do pracy.

3) dostarczony sprzęt winien:

- pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji,
- posiadać indywidualny numer fabryczny (*jeżeli dotyczy*),
- być wolny od wad fizycznych i prawnych,
- być zapakowany w oryginalne opakowanie.

4) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą sprzętu deklarację zgodności CE.

5) Wykonawca dostarczy sprzęt oznakowany znakiem CE.

6) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku

- Zabiegowy mikroskop okulistyczny - polskim,
- Funduskamera do badania dna oka - polskim ,
- Lampa szczelinowa - polskim ,
- Zestaw oftalmoskopowy - polskim,
- Epilator – polskim,
- Ultra-biomikroskop z sondami – polskim.

7) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy kartę gwarancyjną zgodną z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oryginalną gwarancję producenta (o ile producent wystawia gwarancję).

8) Wykonawca, po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu (jeżeli dotyczy) sprzętu, zobowiązuje się do przeprowadzenia w języku polskim szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji dla:

- Zabiegowy mikroskop okulistyczny - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 4 godziny zegarowe dziennie.
- Funduskamera do badania dna oka - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 4 godziny zegarowe dziennie.
- Lampa szczelinowa - dla 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie.



- Zestaw oftalmoskopowy - dla 1 pracownika Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie.
 - Epilator – dla 1 pracownika Zamawiającego przez 1 dzień przez 3 godzin zegarowe dziennie.
 - Ultra-biomikroskop z sondami – dla 1 pracownika Zamawiającego przez 1 dzień przez 2 godziny zegarowe dziennie
- 9) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.
- 10) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku VAT przy oferowaniu 1 urządzenia, winien rozpisać wartość brutto, podając ceny netto i stawki podatku VAT.
- 11) Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK)
- 12) Wykonawca ma obowiązek podać nazwę, model (typ, rodzaj, serie), producenta oferowanego sprzętu, podzespołów oraz wyposażenia.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie weryfikację parametrów technicznych oferowanego sprzętu z producentem.
- 14) w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

8. Płatność:

- 1) Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego).
- 2) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
- 3) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania prawidłowej faktury VAT.



- 4) Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
- 5) Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 6) Wymagania dotyczące wystawienia faktury: Wykonawca wystawi fakturę na:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
NIP: 675-000-21-18. Faktura ma zawierać w szczególności: pełną nazwę wykonanego przedmiotu umowy w tym: typ, model sprzętu, ilość szt., cenę netto, podatek VAT, wartość brutto (pełen opis może być również dołączony jako załącznik do faktury) – zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

Zadanie nr 2 Sprzęt do chirurgii oka.

2.1.	Urządzenie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji	1.
2.2.	Oftalmoskop video	1.
2.3.	Tonometr weterynaryjny	1.
2.4.	Mikrosilnik do ciał obcych w oku	1.
2.5.	Platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego	1.
2.6.	Weterynaryjny ciśnieniomierz	1.

1. Lokalizacja dostawy i wykonania prac instalacyjnych:

Wykonawca dostarczy sprzęt oraz wykona prace instalacyjne pod adresem: Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – ul. Krakowska 2, 30-199 Rząska.

2. Minimalne wymagane parametry techniczne:

ZADANIE NR 2. – SPRZĘT DO CHIRURGII OKA			
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY
1.	2.	3.	4.
	Urządzenie do operacji zaćmy metodą	1.	1) Urządzenie do operacyjnego usuwania zaćmy oraz witrektomii przedniej i tylnej,



	fakoemulsyfikacji	<ol style="list-style-type: none">2) Kolorowy ekran dotykowy <u>minimum</u> 15":<ol style="list-style-type: none">a) wyświetlanie wszystkich parametrów chirurgicznych w czasie rzeczywistym,b) graficzne wyróżnienie wszystkich aktywnych parametrów,c) komunikaty o parametrach pracy i stanów alarmowych na ekranie z opcją komunikatów (w języku polskim)3) Zintegrowany w aparacie system aktywnej pomocy podprogramów fakoemulsyfikacji i witrektomii,4) Akustyczna sygnalizacja wraz z komunikatami głosowymi w języku polskim,5) Kasetka jednodniowa z jednorazowymi drenami irygacyjno-aspiracyjnymi – szt.1.,6) Programowanie i zapamiętywanie parametrów pracy dla <u>minimum</u> 15 operatorów,7) Zmiana poszczególnych parametrów pracy urządzenia poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny w zestawie,8) Podstawa jezdna z wbudowaną tacą na narzędzia,9) Wbudowana sprężarka,10) Sterowanie witrektomu oraz lasera tym samym sterownikiem nożnym,11) Wydajność regulowana w trybie liniowym i stałym,12) Tryb pracy z pompą perystaltyczną,13) Możliwość zmiany trybu pulsacji,14) Głowica z czterema kryształami elementu piezoelektrycznego,15) Tryby pracy: pulsacyjny, ciągły – z regulacją i kontrolą mocy i przerw w impulsach,16) Automatyczny system kontroli ciśnienia w butelce (wymuszona irygacja) – poprzez kontrolowany
--	--------------------------	--



			<p>obieg jałowego powietrza z aparatu,</p> <p>17) Funkcja stałego napływu irygacyjnego,</p> <p>18) System tzw. bezpiecznej okluzji – automatyczne ograniczenie mocy ultradźwięków w przypadku braku okluzji,</p> <p>19) Diatermia zintegrowana z aparatem z możliwością korzystania końcówek do koagulacji mono i bipolarnej,</p> <p>20) Cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji,</p> <p>21) Kontrolowany reflux z drenów,</p> <p>22) System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy,</p> <p>23) Sterownik nożny:</p> <ul style="list-style-type: none">a) z regulacją zakresu poszczególnych pozycji,b) dowolnie programowalny z konsoli,c) z wyborem zapamiętanych ustawień przy pomocy sterownika nożnego, <p>24) Kroplówka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) statyw automatyczny napędzany silnikiem elektrycznym z możliwością programowania wysokości, zintegrowany z podstawą,b) regulowana za pomocą ekranu i sterownika nożnego, <p>25) Witrektomia przednia/tylna:</p> <ul style="list-style-type: none">a) napęd elektryczny do <u>minimum</u> 2,000 Cięć /min.,b) regulowany w trybie liniowym i stałym, <p>26) Akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) napęd wysokoobrotowy,b) napęd standardowy,c) głowice tnące jałowe – 1 zestaw i niejałowe (wielorazowe)- 1 zestaw,d) napęd pneumatyczny: <u>minimum</u> 10 – 6000 Cięć/min., regulowany w trybie liniowym i
--	--	--	---



			<p>stałym,</p> <p>e) dwuostrzowa głowica tnąca,</p> <p>f) jednorazowe ostrza jałowe- 1 kpl.,</p> <p>g) przy zastosowaniu noża <u>minimum</u> 12000 cięć/min</p> <p>h) mikronożyczki</p> <p>27) Pompa:</p> <p>a) kasetą zapewniającą niezmiennie podciśnienie,</p> <p>b) liniowa regulacja do 600 mm Hg,</p> <p>c) regulacja czasu wzrostu podciśnienia,</p> <p>d) automatyczny system opróżniający przenoszący płyn z kasety do systemu worków 1500 cm³,</p> <p>e) podciśnienie <u>minimum</u> 1 – 600 mm Hg, regulowane w trybie stałym i liniowym</p>
2.2.	Oftalmoskop video	1.	<p>1) Oftalmoskop kieszonkowy z LED emiterem do oświetlenia pozwalający na niwelowania odbłasków około-wziernikowych,</p> <p>2) Oftalmoskop z trwałego, wstrząsoodpornego tworzywa z uniwersalnym uchwytem do smartfonów.</p> <p>3) Oftalmoskop podstawowe funkcje:</p> <p>a) w zestawie filtr koloru cyjan i niebieski,</p> <p>b) mechanizm ostrości - zakres dioptrii <u>minimum</u>: -20D do + 20D,</p> <p>c) podświetlenie za pomocą diody LED,</p> <p>d) bezpośrednia obserwacja za pomocą okularu,</p> <p>e) kompatybilność ze smartfonem ,</p> <p>f) akumulator ze złączem micro USB,</p> <p>w zestawie soczewka kontaktowa do gonioskopii</p>
2.3.	Tonometr weterynaryjny	1.	<p>1) System bez konieczności codziennej kalibracji,</p> <p>2) Możliwość pracy w każdej pozycji,</p> <p>3) Pomiar uruchamiany przy pomocy jednego</p>



			<p>przycisku, wyświetlanie wyniku na czytelnym wyświetlaczu LCD,</p> <ol style="list-style-type: none">4) <u>Maksymalne</u> wymiary: 20 x10 x 5 cm,5) <u>Maksymalna</u> waga z akumulatorem 100 g,6) <u>Minimalny</u> zakres pomiarowy: od 1 do 99 mmHg,7) Zasilanie akumulatorowe <u>lub</u> bateryjne,8) W zestawie<ol style="list-style-type: none">a) walizka do przechowania <p>150 nakładek</p>
2.4.	Mikrosilnik do ciał obcych w oku	1.	<ol style="list-style-type: none">1) System do usuwania ciał obcych z rogówki,2) Urządzenie wyposażone w zasilany jedną baterią AA,3) Przenośny, obsługa za pomocą jednej ręki,4) W zestawie frezy do oczyszczania:<ol style="list-style-type: none">a) jeden 1 x 0,5 mm,b) jeden 1 x 1 mm5) Diamentowa tarcza szlifująca,6) Wiertło diamentowe.
2.5.	Platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego	1	<ol style="list-style-type: none">1) Urządzenie do łączenia krzyżowego dla weterynarii ,2) Światło LED UV <u>minimum</u> 365 nm,3) Sonda chłodzenia powietrzem,4) Belka cylindryczna,5) Jednorodne natężenie promieniowania z dowolnej odległości i dowolnej wielkości plamki,6) Sześć zaprogramowanych mocy,7) Możliwość zmiany czasu i trybu,8) Rozmiar plamki w zakresie <u>minimum</u> : od 3 mm do 30 mm9) Moc <u>minimum</u> 60 mw/cm², <p>Programy: modulowany tryb pracy, ciągły i pulsacyjny</p>



2.6.	Weterynaryjny ciśnieniomierz	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Aparat do nieinwazyjnej kontroli ciśnienia,2) Pomiar pojedynczy lub ciągły,3) Urządzenie z monitoringiem cyklicznego pomiarów oraz monitoringiem znieczulonego pacjenta podczas zabiegu,4) Ciśnieniomierz wyliczający średnią z pomiarów,5) Dane Techniczne:<ol style="list-style-type: none">a) parametry skurczowe, rozkurczowe, średnie, HR (puls serca),b) czas i zakres odczytu <u>minimum</u>: 40 sek, 30-300 mmHg,c) cykle pomiarów <u>minimum</u>: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minut, 2 godz.d) tryb START, <u>minimum</u> 5 minut ciągłego pomiaru,e) puls , pomiar w zakresie <u>minimum</u> 32-240 bpm,f) port mini USB,g) <u>maksymalna waga</u> 500 g,h) <u>maksymalne wymiary</u> 200 x 100 x 50 mm,i) 3 kolorowy wyświetlacz LCD,j) pojemność pamięci <u>minimum</u> 900 wyników,k) cykliczne / automatyczne / pomiary dla chirurgii,l) bateria litowa wystarcza na <u>minimum</u> 800 pomiarów,m) mankiety dla psów i kotów w zestawie <u>minimum</u> : 1 mały i 1 duży
------	-------------------------------------	-----------	---

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) minimalny termin gwarancji – minimum 12 miesięcy, licząc od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,



- 2) gwarancja winna obejmować: naprawy, regulację, konserwację i czyszczenie wewnętrznych struktur urządzeń w trakcie naprawy gwarancyjnej, przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu oraz przed końcem terminu udzielonej gwarancji, koszty transportu, ubezpieczenia, dojazdu z i do serwisu,
- 3) wszystkie koszty związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji,
- 4) w przypadku trzech napraw w okresie gwarancyjnym tego samego modułu skutkujących brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji sprzętu/urządzenia, nastąpi wymiana modułu na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany wymienić cały sprzęt na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.
- 5) każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji,
- 6) karta gwarancyjna winna być zgodna z wymogami zawartymi w SWZ oraz dostarczona wraz ze sprzętem.

4. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:

- 1) czas reakcji na zgłoszoną usterkę - maksymalnie 24 godziny robocze od zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),
- 2) czas naprawy usterki: maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),
- 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie: dokładnej lokalizacji serwisu gwarancyjnego (adres, adres e-mail, tel.) oraz osoby (imię i nazwisko) do kontaktu w sprawie napraw gwarancyjnych,
- 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzielone warunki serwisu i gwarancji w niniejszym postępowaniu,



- 5) serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym,
- 6) zgłoszenia serwisowe będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis polskojęzyczna, autoryzowany przez producenta,
- 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych (imię i nazwisko) oraz numer telefonu i adresu e-mail osoby, która będzie upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w napraw gwarancyjnych,
- 9) Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego
 - wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
 - wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych częściowych w trakcie wykonywania naprawy,
 - części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,
 - w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego
- 10) Przegląd okresowy/gwarancyjny
 - Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
 - Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego.
 - Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
 - Wykonawca zobowiąże się, że przeprowadzi końcowy przegląd gwarancyjny na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.



- 14) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy),
- 15) Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 16) Godziny robocze rozumiano są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

5. Warunki dostawy i instalacji:

- 1) termin dostawy – do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
- 2) cena dostarczonego sprzętu musi obejmować: koszt sprzętu, koszt dostawy/transportu do miejsca wskazanego w pkt 1, koszt instalacji i uruchomienia, koszt instrukcji obsługi sprzętu, koszt szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia po dostawie, instalacji i uruchomieniu, koszt gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszt przeglądów okresowych inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomić mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia,
- 4) Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, instalacji i uruchomienia,
- 5) Wykonawcy wskaże osobę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostawy przedmiotu zamówienia,
- 6) dostawa winna być dokonana w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i w godzinach roboczych Zamawiającego (tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze).
- 7) do momentu protokolarnego odbioru sprzętu Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z jego przechowywaniem, w tym koszty ubezpieczenia, a Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 8) Wykonawca dokona instalacji sprzętu. Instalacja obejmuje czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenia były podłączone, uruchomione i poprawnie działające. Instalacja sprzętu przeprowadzona będzie w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować i uruchomić następujące



urządzenia: Urządzenie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, Oftalmoskop video, Tonometr weterynaryjny, Mikrosilnik do ciał obcych w oku, Platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego, Weterynaryjny ciśnieniomierz.

9) po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę. Odbiorem będzie objęty cały sprzęt, tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów sprzętu. Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu sprzętu jest traktowane jako niewykonanie umowy.

6. Inne wymagania:

1) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych.

2) sprzęt musi być kompletny (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.) ,gotowa do pracy.

3) dostarczony sprzęt winien:

- pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji,
- posiadać indywidualny numer fabryczny (*jeżeli dotyczy*),
- być wolny od wad fizycznych i prawnych,
- być zapakowany w oryginalne opakowanie.

4) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą sprzętu deklarację zgodności CE.

5) Wykonawca dostarczy sprzęt oznakowany znakiem CE.

6) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku

- Urządzenie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – polskim
- Oftalmoskop video - polskim
- Tonometr weterynaryjny - polskim
- Mikrosilnik do ciał obcych w oku - polskim
- Platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego - polskim
- Weterynaryjny ciśnieniomierz – polskim



7) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy kartę gwarancyjną zgodną z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oryginalną gwarancję producenta (o ile producent wystawia gwarancję).

8) Wykonawca, po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu (jeżeli dotyczy) sprzętu, zobowiązuje się do przeprowadzenia w języku polskim szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji dla:

- Urządzenie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 4 godziny zegarowe dziennie,
- Oftalmoskop video -- 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 4 godziny zegarowe dziennie,
- Tonometr weterynaryjny – nie wymagane
- Mikrosilnik do ciał obcych w oku - 1 pracownika Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie
- Platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie
- Weterynaryjny ciśnieniomierz - 1 pracownika Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie.

9) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.

10) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku VAT przy oferowaniu 1 urządzenia, winien rozpisać wartość brutto, podając ceny netto i stawki podatku VAT.

11) Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK)

12) Wykonawca ma obowiązek podać nazwę, model (typ, rodzaj, serie), producenta oferowanego sprzętu, podzespołów oraz wyposażenia.

13) Zamawiający zastrzega sobie weryfikację parametrów technicznych oferowanego sprzętu z producentem.



14) w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

7. Płatność:

1) Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego).

2) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

3) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania prawidłowej faktury VAT.

4) Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5) Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

6) Wymagania dotyczące wystawienia faktury: Wykonawca wystawi fakturę na:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 675-000-21-18. Faktura ma zawierać w szczególności: pełną nazwę wykonanego przedmiotu umowy w tym: typ, model sprzętu, ilość szt., cenę netto, podatek VAT, wartość brutto (pełen opis może być również dołączony jako załącznik do faktury) – zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

Zadanie nr 3 Sprzęt do diagnostyki oka.

3.1.	Lampa czołowa operacyjna	1.
3.2.	Elektroretinograf weterynaryjny	1.
3.3.	Tomografia optyczna	1.
3.4.	Laser diodowy	1.
3.5.	Źródło światła (główka oświetleniowa)	1.

1. Lokalizacja dostawy i wykonania prac instalacyjnych:



Wykonawca dostarczy sprzęt oraz wykona prace instalacyjne pod adresem: Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – ul. Krakowska 2, 30-199 Rząska.

2. Minimalne wymagane parametry techniczne:

ZADANIE NR 3. – SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI OKA			
	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY
1.	2.	3.	4.
3.1.	Lampa czołowa operacyjna	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Lampa operacyjna / diagnostyczna czołowa z długowiecznym źródłem światła,2) Jasność <u>minimum</u> 50 000 LUX (w odległości 25 cm),3) Dioda LED nie emitująca promieniowania UV – ultrafioletowego,4) Lampa z możliwością regulacji plamy świetlnej w zakresie <u>minimum</u>: 9 cm do 25 cm,5) Typ oświetlenia: białe z regulacją w zakresie 0-100%6) Zasilanie:<ol style="list-style-type: none">a) Bateria/e <u>lub</u> akumulator Li-ion z możliwością <u>minimum</u> 800 krotnego doładowania,b) bateria/e <u>lub</u> pełne naładowanie akumulatora pozwalające <u>na minimum</u> 3 godziny ciągłej pracy,7) Waga lampy <u>max</u> 0,300 kg8) Wyposażenie:<ol style="list-style-type: none">a) soczewki powiększające <u>minimum</u> x1.7 – kpl. 1.,b) czepiec z opaską , regulacja opaski w zakresie <u>minimum</u> 53-63 cm



			<p>c) bateria/e z uchwytem na pasek <u>lub</u> akumulator</p> <p>d) ładowarka i zasilacz</p>
3.2.	Elektroretinograf weterynaryjny	1.	<ol style="list-style-type: none">1) System do oceny czynności siatkówki przed chirurgią zaćmy,2) Ekstraktor do eksportu surowych danych: wartości kursora, przebiegów elektrycznych i źrenic,3) Wbudowane protokoły badawcze dla gryzoni ,4) Możliwość zaprojektowania protokołów na żądanie użytkownika,5) Aplikacja kodów kreskowych pacjenta do wprowadzania danych,6) Maksymalne wymiary: 15 cm x 20cm,7) Maksymalna waga 250 g,8) Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe,9) Wyświetlanie wyników na wyświetlaczu,10) Generowanie raportów w formacie pdf,11) Możliwość podłączenia do komputera przez złącze USB,9) W zestawie 1 komplet oprzyrządowania.
3.3.	Tomografia optyczna	1.	<ol style="list-style-type: none">1) Optyczna tomografia koherencyjna,2) Domena widmowa o rozdzielczości <u>poniżej</u> 5 μm z akwizycją skanów wielogeometrycznych (linia, krzyż, objętość),3) Szybkość skanowania A <u>minimum</u> 80 kHz na sekundę,4) Zintegrowana monochromatyczna kamera dna oka z akwizycją celu,5) Skanowanie do <u>minimum</u> 512 x 512 x 512 woluminów,6) Przewód skanera do badań dużych zwierząt,7) Przegląd i średnia skanów,8) Eksportowanie danych w formatach <u>minimum</u>: JPG, TIFF i RAW,



			<p>9) Konsola z podłączeniem do Wi-Fi,</p> <p>10) Transfer w formacie DICOM,</p> <p>11) W zestawie optyka towarzysząca do obrazowania przedniego i tylnego,</p> <p>12) System zamontowany na mobilny wózku z monitorem z ekranem dotykowym, podstawa na kółkach. Wbudowany UPS umożliwiający 45-minutową bezprzewodową pracę na baterii, uchwyty do konsoli i druciany kosz na akcesoria urządzenia,</p> <p>13) Sterownik nożny z kablem ,</p> <p>14) Sterowanie za pomocą dwóch pedałów w trybie funkcji skanowania/zamrożenia i zapisywania obrazu</p> <p>15) Oprogramowanie do obrazowania i archiwizacji zainstalowane na wbudowanym komputerze , licencja niewyłączna, bezterminowa dostarczona na nośniku elektronicznym,</p> <p>Komputer wbudowany w podstawę mobilnego wózka.</p>
3.4.	Laser diodowy	1.	<p>1) Laser diodowy o długości <u>fali minimum</u> 810 nm,</p> <p>2) Moc lasera: <u>minimalny</u> zakres od 100mW do 8 W,</p> <p>3) Czas trwania pojedynczego impulsu: <u>minimalny</u> zakres od 0,1 ms do 30 s oraz praca w trybie ciągłym,</p> <p>4) Częstotliwość impulsów <u>od minimum</u>: 0,02 Hz to 5000 Hz, puls pojedynczy (SP)</p> <p>5) Znacznik < 1 mW, 635 nm, tryb pracy ciągły lub pulsacyjny (0-6Hz), jasność znacznika regulowana w zakresie 5-100%,</p> <p>6) Kolorowy ekran dotykowy z regulacją jasności w zakresie 5-100%,</p> <p>7) Ochrona hasłem przed nieautoryzowaną zmianą parametrów pracy lasera,</p> <p>8) Chłodzenie powietrzne termoelektryczne,</p> <p>9) Gniazdo laserowe zatraskowe z pomiarem</p>



			<p>temperatury wewnątrz gniazda,</p> <p>10) Możliwość podłączenia światłowodów jednorazowego użytku o średnicy 200µm, 300µm, 400µm z mocowaniem zatrzaskowym,</p> <p>11) Możliwość podłączenia sondy jednorazowego użytku z mocowaniem zatrzaskowym do procedury mikro-CPC (terapii przeciwjaskrowej),</p> <p>12) Możliwość podłączenia sondy jednorazowego użytku z mocowaniem zatrzaskowym do procedury DCR,</p> <p>13) Możliwość podłączenia sondy G jednorazowego użytku z mocowaniem zatrzaskowym do procedury TSCP,</p> <p>14) Pedał z zabezpieczeniem mechanicznym uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie lasera,</p> <p>15) Konsola zasilana zasilaczem, zasilacz zewnętrzny: 100 - 240 V AC, 50/60Hz,</p> <p>16) Zintegrowana bateria 10.8 V, Li-Ion umożliwiająca pracę lasera w przypadku awarii zasilania.</p> <p>17) <u>Maksymalne</u> wymiary: 20 x 15 x 20 cm,</p> <p>18) <u>Maksymalna</u> waga: 1,25 kg</p> <p>Walizka na urządzenie umożliwiająca jego transport</p>
3.5.	Źródło światła (główna oświetlająca)	1.	<p>1) Źródło światła czerwonego i niebieskiego do zastosowań ogólnych i diagnostycznych w okulistyce weterynaryjnej,</p> <p>2) Pełna kontrola za pomocą 2 przycisków,</p> <p>3) Sterowanie mikroprocesorowe,</p> <p>4) System bez kabli lub przewodów,</p> <p>5) Urządzenie przenośne, obsługa za pomocą jednej ręki,</p> <p>6) Natężenie oświetlenia zrównoważone fotometrycznie (funkcja jasności fotonowej zgodna z CIE 1931),</p> <p>7) Automatycznie synchronizowane, 10-sekundowe</p>



			wyjście o wysokiej intensywności, 8) Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, 9) Dioda LED wskazująca stan baterii i zasilania, W zestawie: ładowarka, etui do przechowywania
--	--	--	---

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) minimalny termin gwarancji – minimum 12 miesięcy, licząc od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
- 2) gwarancja winna obejmować: naprawy, regulację, konserwację i czyszczenie wewnętrznych struktur urządzeń w trakcie naprawy gwarancyjnej, przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu oraz przed końcem terminu udzielonej gwarancji, koszty transportu, ubezpieczenia, dojazdu z i do serwisu,
- 3) wszystkie koszty związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji,
- 4) w przypadku trzech napraw w okresie gwarancyjnym tego samego modułu skutkujących brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji sprzętu/urządzenia, nastąpi wymiana modułu na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany wymienić cały sprzęt na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.
- 5) każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji,
- 6) karta gwarancyjna winna być zgodna z wymogami zawartymi w SWZ oraz dostarczona wraz ze sprzętem.

4. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:

- 1) czas reakcji na zgłoszoną usterkę - maksymalnie 24 godziny robocze od zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),



- 2) czas naprawy usterki: maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (dla każdego urządzenia zawartego w Zadaniu),
- 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie: dokładnej lokalizacji serwisu gwarancyjnego (adres, adres e-mail, tel.) oraz osoby (imię i nazwisko) do kontaktu w sprawie napraw gwarancyjnych,
- 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzielone warunki serwisu i gwarancji w niniejszym postępowaniu,
- 5) serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym,
- 6) zgłoszenia serwisowe będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis polskojęzyczna, autoryzowany przez producenta,
- 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych (imię i nazwisko) oraz numer telefonu i adresu e-mail osoby, która będzie upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w napraw gwarancyjnych,
- 9) Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego
 - wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
 - wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych częściowych w trakcie wykonywania naprawy,
 - części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,
 - w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego
- 10) Przegląd okresowy/gwarancyjny
 - Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.



- Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego.
- Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
- Wykonawca zobowiąże się, że przeprowadzi końcowy przegląd gwarancyjny na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie danych kontaktowych osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy),

18) Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

19) Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

5. Warunki dostawy i instalacji:

- 1) termin dostawy – do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
- 2) cena dostarczonego sprzętu musi obejmować: koszt sprzętu, koszt dostawy/transportu do miejsca wskazanego w pkt 1, koszt instalacji i uruchomienia, koszt instrukcji obsługi sprzętu, koszt udzielenia licencji oprogramowania (o ile odpłatna), koszt zewnętrznego nośnika oprogramowania (jeśli dotyczy), koszt udzielenia licencji na system operacyjny stacji sterującej - sprzętu komputerowego (jeżeli dotyczy), koszt instrukcji obsługi oprogramowania (jeśli dotyczy), koszt szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia po dostawie, instalacji i uruchomieniu, koszt gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszt przeglądów okresowych inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomić mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia,
- 4) Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, instalacji i uruchomienia,



- 5) Wykonawcy wskaże osobę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostawy przedmiotu zamówienia,
- 6) dostawa winna być dokonana w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i w godzinach roboczych Zamawiającego (tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze).
- 7) do momentu protokolarnego odbioru sprzętu Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z jego przechowywaniem, w tym koszty ubezpieczenia, a Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 8) Wykonawca dokona instalacji sprzętu. Instalacja obejmuje czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenia były podłączone, uruchomione i poprawnie działające. Instalacja sprzętu przeprowadzona będzie w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować i uruchomić następujące urządzenia: Lampa czołowa operacyjna, Elektroretinograf weterynaryjny, Tomografia optyczna, Laser diodowy, Źródło światła (główka oświetleniowa).
- 9) po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę. Odbiorem będzie objęty cały sprzęt, tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów sprzętu. Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu sprzętu jest traktowane jako niewykonanie umowy.

6. Oprogramowanie:

- 1) Wykonawca wraz z dostawą sprzętu zobowiązany będzie do dostarczenia:
Elektroretinograf weterynaryjny - Aplikacja kodów kreskowych pacjenta do wprowadzania danych – licencja bezterminowa, jednostanowiskowa, niewyłączna, do pobrania ze strony internetowej – Wykonawca zobowiązuje się do wskazania adresu strony, hasło lub klucz do pobrania aplikacji. Oprogramowanie w języku polskim
Tomografia optyczna - Oprogramowanie do obrazowania i archiwizacji zainstalowane na wbudowanym komputerze, licencja niewyłączna, bezterminowa dostarczona na nośniku elektronicznym. Oprogramowanie w języku polskim
- 2) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą sprzętu dostarczyć instrukcję obsługi oprogramowania w języku:



Elektroretinograf weterynaryjny - polskim

Tomografia optyczna - polskim

3) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oprogramowanie, o którym mowa w ppkt 1), na które udzielone zostaną niewyłączne licencje bezterminowe z polami eksploatacji umożliwiającymi korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca gwarantuje, iż licencje udzielone na oprogramowania, nie będą wypowiedziane z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia licencji, wbrew zobowiązaniu o którym mowa powyżej, bez winy Zamawiającego, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia, włączając w to przyczyny, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 100% kwoty brutto należnej Wykonawcy za dany sprzęt.

4) Wykonawca zagwarantuje, że oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu będzie wolne od wad prawnych.

5) W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowania, które zostało dostarczone, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Zamawiającemu przed takimi roszczeniami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić odszkodowania lub koszty polubownego załatwienia sprawy – w zakresie, w jakim Zamawiający uznał roszczenia osoby trzeciej.

7. Inne wymagania:

1) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieekspozowany na konferencjach lub imprezach targowych.

2) sprzęt musi być kompletny (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.) ,gotowa do pracy.

3) dostarczony sprzęt winien:



- pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji,
 - posiadać indywidualny numer fabryczny (*jeżeli dotyczy*),
 - być wolny od wad fizycznych i prawnych,
 - być zapakowany w oryginalne opakowanie.
- 4) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą sprzętu deklarację zgodności CE.
- 5) Wykonawca dostarczy sprzęt oznakowany znakiem CE.
- 6) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku
- Lampa czołowa operacyjna - polskim,
 - Elektroretinograf weterynaryjny - polskim ,
 - Tomografia optyczna - polskim ,
 - Laser diodowy - polskim,
 - Źródło światła (główka oświetleniowa) – polskim.
- 7) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy kartę gwarancyjną zgodną z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oryginalną gwarancję producenta (o ile producent wystawia gwarancję).
- 8) Wykonawca, po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu (*jeżeli dotyczy*) sprzętu, zobowiązuje się do przeprowadzenia w języku polskim szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji dla:
- Lampa czołowa operacyjna - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzinę zegarową dziennie.
 - Elektroretinograf weterynaryjny - 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 4 godziny zegarowe dziennie.
 - Tomografia optyczna - 1 pracownika Zamawiającego przez 2 dni przez 6 godzin zegarowych dziennie ,
 - Laser diodowy - 1 pracownika zamawiającego przez 2 dni przez 4 godziny zegarowe dziennie,
 - Źródło światła (główka oświetleniowa) – 1 pracownika zamawiającego przez 1 dzień przez 2 godziny zegarowe dziennie.



- 9) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.
- 10) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku VAT przy oferowaniu 1 urządzenia, winien rozpisać wartość brutto, podając ceny netto i stawki podatku VAT.
- 11) Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK)
- 12) Wykonawca ma obowiązek podać nazwę, model (typ, rodzaj, serie), producenta oferowanego sprzętu, podzespołów oraz wyposażenia.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie weryfikację parametrów technicznych oferowanego sprzętu z producentem.
- 14) w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

8. Płatność:

- 1) Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego).
- 2) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
- 3) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania prawidłowej faktury VAT.
- 4) Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
- 5) Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 6) Wymagania dotyczące wystawienia faktury: Wykonawca wystawi fakturę na:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
NIP: 675-000-21-18. Faktura ma zawierać w szczególności: pełną nazwę wykonanego przedmiotu umowy w tym: typ, model sprzętu, ilość szt., cenę netto, podatek VAT, wartość



brutto (pełen opis może być również dołączony jako załącznik do faktury) – zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

ROZDZIAŁ III.

Termin wykonania zamówienia

Zadanie nr 1 do 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Zadanie nr 2 do 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Zadanie nr 3 do 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ IV.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

I. Warunki udziału w postępowaniu:

I.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

I.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

I.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

I.4. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

II. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
- 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp



3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),



- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki wspólnie jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza wspólnie komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym



zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawcę, w stosunku do którego okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp:

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4. Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

- 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na



podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej”.

Działając na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Radu UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem sankcyjnym”.

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:



- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebranie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
8. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, nastąpi na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
9. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.



10. W celu potwierdzenia barku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

ROZDZIAŁ V.

Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”, załącznik nr 2 do SWZ)

- 1) Zamawiający zaleca wypełnienie formularza JEDZ przy wykorzystaniu dostępu do serwisu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: <https://espd.uzp.gov.pl/> .
Procedura jego wypełnienia została opisana w ppkt 3.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia JEDZ na standardowym formularzu, bez użycia procedury opisanej w ppkt 1, przy czym wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ.
- 3) instrukcja otwarcia załącznika nr 2 do SWZ (dotyczy złożenia JEDZ przy wykorzystaniu serwisu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych):
 - a) z Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/urk/proceedings>, w miejscu, w którym została udostępniona SWZ wraz z załącznikami do niniejszego postępowania, z folderu pn. „Załączniki do SWZ” należy pobrać plik w formacie XML (UWAGA: Plik musi zostać zapisany na dysku wykonawcy),
 - b) należy wejść na stronę pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/> (UWAGA: Podany link należy skopiować i wkleić w pasku przeglądarki internetowej),
 - c) po otwarciu strony głównej serwisu, należy wybrać odpowiednią wersję językową (pl Polski),
 - d) należy wybrać opcję: „JESTEM WYKONAWCĄ” (UWAGA: Tę opcję należy, również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca),
 - e) należy wybrać opcję: „ZAIMPORTOWAĆ ESPD”,



- f) kolejno należy „ZAŁADOWAĆ DOKUMENT”, poprzez jego wybór z dysku komputera, o czym mowa w ppkt 3 lit a),
 - g) po poprawnym załadowaniu się dokumentu, należy kliknąć: „DALEJ”,
 - h) w kolejnym kroku wykonawca wypełnia dokument we wskazanym przez system zakresie, a następnie zapisuje go,
 - i) w celu poprawnego pobrania dokumentu należy kliknąć: „PRZEGLĄDAJ”, po czym u dołu strony kliknąć: „POBIERZ, JAKO” i wybrać jedną z opcji do wyboru (zamawiający zaleca, aby zapisać dokument, jako: „FORMAT XML” lub „FORMAT PDF”,
 - j) JEDZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 4) pozostałe informacje dotyczące poprawnego złożenia formularza JEDZ:
- a) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 - b) oświadczenie, o którym mowa w ppkt 4 lit. a) wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, na załączniku do SWZ opracowanym przez zamawiającego, o czym mowa w ppkt 3,
 - c) wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – również składa JEDZ tych podmiotów,
 - d) wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu – również składa JEDZ dotyczący podwykonawców,



- e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- f) wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- g) w przypadku, gdy wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązany jest wskazać te bazy danych, aby zamawiający samodzielnie pobrał te dokumenty,
- h) instrukcja wypełnienia JEDZ sporządzona w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
- i) JEDZ powinien być złożony zgodnie z obowiązującymi aktualnie regulacjami krajowymi odnoszącymi się do składania dokumentów, w tym szczególności przy uwzględnieniu formy wymaganej dla oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

II. Inne dokumenty:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

- 1) formularz oferty należy wypełnić na wzorze opracowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) formularz oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2. Pełnomocnictwo (tylko, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

- 1) pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),



2) pełnomocnictwo poświadczane przez notariusza należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. Oświadczenie Wykonawcy – stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III. Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1A do SWZ.
2. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry, w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań. Nie dopuszcza się potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, poprzez podanie konkretnych rozwiązań. W przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości, danych. W przypadku braku możliwości wskazania konkretnej wartości, Wykonawca zobowiązany jest umotywić taką sytuację.



3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.
6. Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ROZDZIAŁ VI.

Podmiotowe środki dowodowe

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3) oświadczenie wykonawcy (wzór stanowi – załącznik nr 3 do SWZ) , w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z



dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w :

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o której mowa w pkt 1 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.



2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się w odniesieniu do oświadczenia.

3) w zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w *sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia sankcyjnego i art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej, zastrzega, w toku prowadzonego postępowania, możliwość samodzielnego weryfikowania aktualności listy sankcyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy sankcyjnej (dostęp pod adresem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>), a także aktualizowanych wykazów, stanowiących załączniki do Rozporządzenia Rady (WE) 765/2006 (dostęp pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0765>) i Rozporządzenia Rady (UE) 269/2014 (dostęp pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269>), czy też weryfikacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dostęp pod adresem: <https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj>), a także Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego.



ROZDZIAŁ VII.

Podwykonawstwo, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby

1. Podwykonawstwo:

- 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
- 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
- 4) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, nazwy (firmy) podwykonawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia i oświadczyć, iż w stosunku do wskazanych podwykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 5k rozporządzenia sankcyjnego. Oświadczenie dotyczące dostawcy stosuje się odpowiednio.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), a także oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia.
- 3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności



do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII.

Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów oraz oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/urk>.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed terminem składania ofert.
5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 4 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie określonym w pkt 4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 5, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,



zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informację dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, które zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer
 - 4) włączona obsługa JavaScript,



- 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
 - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dla Wykonawców dotyczącej złożenia, zmiany i wycofania oferty.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
13. Zamawiający wyznacza osobę do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
Paulina Żurek, tel. 12 662-44-12, e-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl.

ROZDZIAŁ IX.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 16.09.2023 r.



2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XI.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość Zadań.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta powinna być:
 - 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku"
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Sposób sporządzania i przekazywania informacji:



- 1) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego.
- 2) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
- 3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
- 5) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach



określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- 7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 7), dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 7), może dokonać również notariusz.
- 10) Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.



- 11) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 12) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 - 13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12), dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
 - 14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12), może dokonać również notariusz.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz



- wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
 10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
 11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
 12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
 13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w



przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
16. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
17. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
18. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
20. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
22. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XII.

Sposób i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/urk> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.06.2023 r. do godziny 15:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.



3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 15:30.
8. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;



2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

12. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

ROZDZIAŁ XIII.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku oraz wartość brutto. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie w złotych brutto wykonawcy (brutto, tj.: z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami).
3. Cena wskazana w formularzu ofertowym ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia to jest między innymi: koszty sprzętu, koszty instalacji i uruchomienia, koszty instrukcji obsługi, koszty transportu, załadunku, wyładunku, koszty ubezpieczenia, koszty szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia, koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty przeglądów okresowych, koszty udzielenia licencji oprogramowania (o ile jest odpłatna) oraz koszt zewnętrznego nośnika oprogramowania (jeżeli dotyczy), koszty instrukcji oprogramowania (jeżeli dotyczy), koszty udzielenia licencji na system operacyjny stacji sterującej – sprzętu komputerowego (jeżeli dotyczy), koszty dokumentów, należne podatki w tym podatek VAT, opłaty celne, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
6. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w SWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty i ryzyka wynikające z wymagań określonych w SWZ i



- załącznikach do SWZ oraz w obowiązującym na dzień składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
 8. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, lub ich istotnych części składowych.
 9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek : poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, które zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miał zastosowanie.
 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

ROZDZIAŁ XIV.

Kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz, gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.



2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert oddzielnie dla każdego Zadania:

Zadanie nr 1

<p>Cena (C) (waga 60%)</p>	<p>0-60</p>	<p>wg wzoru: $C = (C_{min} / C_o) \times 60$ gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena” C_o – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty, C_{min} – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 1% = 1 pkt 60% = 60 pkt</p>
<p>Okres gwarancji (G)(waga 40%)</p>	<p>0-40</p>	<p>wg wzoru: $G = [(G_o - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 40$ gdzie: G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji”, G_o - okres gwarancji badanej, nieodrzuconej oferty, G_{max} - najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, G_{min} - najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji udzielony na ponad 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 24 miesięczny okres gwarancji. Za zaoferowanie minimalnego wymaganego 12-miesięcznego okresu, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium okres gwarancji 1% = 1 pkt 40% = 40 pkt</p>

Ilość punktów, jaką uzyska oferta będzie stanowić końcową ocenę danej oferty i zostanie obliczona



według wzoru:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną, nieodrzuconą ofertę,

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje okres gwarancji dla danego Zadania. Jeżeli Wykonawca wskaże różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji, Zamawiający dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy okres gwarancji określony przez Wykonawcę.

Zadanie nr 2

Cena (C) (waga 60%)	0-60	wg wzoru: $C = (C_{min} / C_o) \times 60$ gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena” C _o – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty, C _{min} – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 1% = 1 pkt 60% = 60 pkt
--------------------------------------	------	---



Okres gwarancji (G)(waga 40%)	0-40	<p>wg wzoru:</p> $G = [(G_o - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 40$ <p>gdzie:</p> <p>G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji”, G_o - okres gwarancji badanej, nieodrzuconej oferty, G_{max} - najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, G_{min} - najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji udzielony na ponad 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 30 miesięczny okres gwarancji. Za zaoferowanie minimalnego wymaganego 12-miesięcznego okresu, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium okres gwarancji 1% = 1 pkt 40% = 40 pkt</p>
<p>Ilość punktów, jaką uzyska oferta będzie stanowić końcową ocenę danej oferty i zostanie obliczona według wzoru:</p> $P = C + G$ <p>gdzie:</p> <p>P – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną, nieodrzuconą ofertę, C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”, G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”,</p> <p>Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p>		

Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji.



Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje okres gwarancji dla danego Zadania. Jeżeli Wykonawca wskaże różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji, Zamawiający dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy okres gwarancji określony przez Wykonawcę.

Zadanie nr 3

Cena (C) (waga 60%)	0-60	wg wzoru: $C = (C_{min} / C_o) \times 60$ gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena” C _o – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty, C _{min} – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 1% = 1 pkt 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) (waga 40%)	0-40	wg wzoru: $G = [(G_o - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 40$ gdzie: G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji”, G _o - okres gwarancji badanej, nieodrzuconej oferty, G _{max} - najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, G _{min} - najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji udzielony na ponad 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 30 miesięczny okres gwarancji. Za zaoferowanie minimalnego wymaganego 12-miesięcznego okresu, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium okres gwarancji 1% = 1 pkt



40% = 40 pkt

Ilość punktów, jaką uzyska oferta będzie stanowić końcową ocenę danej oferty i zostanie obliczona według wzoru:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną, nieodrzuconą ofertę,

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje okres gwarancji dla danego Zadania. Jeżeli Wykonawca wskaże różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji, Zamawiający dokona obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji, a do wzoru zostanie wskazany najkrótszy okres gwarancji określony przez Wykonawcę.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę o najniższej cenie. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Oferta Wykonawcy może



otrzymać maksymalnie 100 punktów.

ROZDZIAŁ XV.

Informacje o dopełnieniu formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zamieści w na stronie prowadzonego postępowania informację, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.



ROZDZIAŁ XVI.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII.

Postanowienia końcowe

1. Projektowane postanowienia umowy zostały wskazane w załączniku nr 5 do SWZ.
2. W przypadku wskazania w ofercie wykonawcy podwykonawców, zamawiający dokona stosownych zmian we wzorze umowy.
3. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien wykazać, że osoba/y reprezentująca wykonawcę jest umocowana do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

ROZDZIAŁ XVIII.

Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały



- one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
 6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.



12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

ROZDZIAŁ XIX.

Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

I. Zgodnie z art 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta lub ze źródeł publicznie dostępnych. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: nazwa wykonawcy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, informacje dotyczące wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - 1) wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
 - 2) prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia publicznego oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, wynikających z



- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązków prawnych, w tym księgowo rachunkowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- 3) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania, a następnie okres archiwizacyjny wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
- 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - 2) prawo do sprostowania danych,
 - 3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - 5) przenoszenia danych,
- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.



ROZDZIAŁ XX.

Ustalenia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Kraków, dnia 08.05.2023. r.

Kanclerz

/-/ mgr Marcin Gałan

.....
(podpis)