

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 27.10.2021 r.

Strona | 1

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.084.2021.DWN**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki nr DZP.381.084.2021.DWN, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych: spektrometr absorpcji atomowej”.

---

**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  
O ZAMÓWIENIU – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

W związku z pytaniami do treści ogłoszenia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na mechanicznej kontroli ciśnienia we wszystkich pozycjach (we wszystkich naczyniach) bez konieczności używania dodatkowych czujników ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z powyższym działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuści naczynia z PTFE-TFM, odporne na działanie kwasu fluorowodorowego, nie posiadające indywidualnych numerów seryjnych ale posiadające wytłoczenia pozwalające na ich oznakowanie w sposób trwały i jednoznaczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z powyższym działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający zmienia

zapisy załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma

**Pytanie 3:**

Strona | 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie z rotorem i naczyniami wytrzymujące maksymalne ciśnienie 40 barów lub temperaturę 310°C o typowych parametrach roboczych 250°C przy 20 barach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, Zamawiający zmienia zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający odstąpi od tego zapisu? W przypadku mineralizatorów mikrofalowych użytkownik i tak musi fizycznie umieścić naczynia (próbki) w urządzeniu a po jego zakończeniu wyjąć je z urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymagania:

„możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera oraz innego urządzenia mobilnego takiego jak tablet czy „smartfon”.

W związku z powyższym działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z pokrywą zawieszoną na sprężynach gazowych a nie z drzwiami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z powyższym działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma

**Pytanie 6:**

Wykresy temperatury naczyń najcieplejszego i najzimniejszego a wartości liczbowe temperatur poszczególnych naczyń zostaną umieszczone w raporcie podsumowującym proces? Zamawiający nigdzie nie wskazuje wymogu wyposażenia urządzenia w termoparę w związku z tym z zasady nie można porównać odczytów temperatur z czujnika IR.

Strona | 3

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma

Jednocześnie działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, Zamawiający wydłuża termin składania ofert w postępowaniu i dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie w sposób następujący:

**Rozdz. X ust. 1 Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu otrzymuje brzmienie:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 03.11.2021 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu.**

**Rozdz. XI ust. 1 Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu otrzymuje brzmienie:**

- 2) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 03.11.2021 r. o godz. 11:15.**

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZYSPORZĄDZANIU OFERTY.**

**Załącznik: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie).**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zatwierdzam:  
Z-CA KANCLERZA  
ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego  
mgr Agnieszka Maj