

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparat do szybkiego przetaczania płynów - 3 sztuki.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I Wymagania ogólne.			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II Wymagania szczegółowe.			
1.	Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego użytku, z zawieszką do zawieszenia.	TAK	
2.	Pojemność: 500ml.	TAK	
3.	Przezierna ścianka przednia zapewniająca widoczność płynu.	TAK	
4.	Manometr o zakresie ciśnienia wspomagania przetoczeń min: 0 - 300 mmHg.	TAK	
5.	Kompletna gruszka z zaworem szybkiej deflacji.	TAK	
6.	Możliwość czyszczenia powszechnie dostępnymi środkami	TAK	
III Wyposażenie.			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)