



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn. 09.07.2021r.

SA-381-7/21

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych i materiałów szewnych”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<u>Pakiet 26</u> Czy Zamawiający dopuści jednowłókninowe, syntetyczne szwy wchłaniające, podtrzymujące tkankę na poziomie ok.40% po 14 dniach od zaimplantowania, termin wchłaniania 90-120 dni?	Zgodnie z SWZ
2.	<u>Pakiet 26, poz. 4-8</u> Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?	Zgodnie z SWZ
3.	<u>Pakiet 26, poz. 4, 7</u> Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?	Zgodnie z SWZ
4.	<u>Pakiet 27</u> Czy Zamawiający dopuści plecionkę, syntetyczną, wchłaniającą zbudowaną z kopolimeru: 90% glikolidu i 10% L- laktydu powlekanego: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25% - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 60-70 dni?	Zgodnie z SWZ
5.	<u>Pakiet 28</u> Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.70%, po 43 dniach ok.60% i czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający dopuszcza
6.	<u>Pakiet 30, poz. 8</u> Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający dopuszcza
7.	<u>Pakiet 32, poz. 1, 3</u> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający dopuszcza

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICĄCY
Komisji Przetawowej

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;