

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 28.02.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 28.02.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku –powtórka.**
Oznaczenie sprawy: **3/2024**

Zapytanie nr 1.

W pakiecie nr 8 moglibyśmy złożyć ofertę jedynie do poz. 1. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na wydzielenie to przystąpimy do postępowania. Jeżeli na chwilę obecną Szpital potrzebuje asortymentu z pozycji nr 1 to zapraszamy do zakupu z wolnej ręki.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2. Pakiet 27 Pozycje A - 2,3,4,5,6 B - 11,12

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 27, wydzieli pozycje 2,3,4,5,6,11,12 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3. Pakiet 27 Pozycja A1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Wyjaśnienie: Jest to czujnik z wtyczką DB9 Nellcor – Oximax – ma być kompatybilny z kardiomonitorem GE Carescape B450.

Zapytanie nr 4. Pakiet 27 Pozycja A1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla noworodków(<3kg), dla dorosłych(>40kg) ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5. Pakiet 27 Pozycja A8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnik dla dzieci przedział wagowy 3-20 kg ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania długości rzepu 15 cm.

Zapytanie nr 6. Pakiet 27 Pozycja B3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera długość 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7. Pakiet 27 Pozycja B4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika długość 1 metr ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8. Pakiet 27 Pozycja B5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika długość 1 metr ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9. Pakiet 27 Pozycja B6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie rurki długość 3 metry ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10. Pakiet 27 Pozycja B8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 14-26 cm ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11. Pakiet 27 Pozycja B10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 2-żyłowego do kardiomonitora dla dorosłych, obwód 33-47cm, długość: 65cm, szerokość: 17cm ? Reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12

Pytanie 1 związku z postępowaniem przetargowym nr 3/2024 pakiet 8 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, pragniemy zgłosić poważne obawy dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez Zamawiającego. Niniejszym przedstawiam fakt, że Zamawiający wprowadził do specyfikacji szczegółowy opis, włączając w to dokładne cechy oraz rozmiary, co w sposób istotny utrudnia innym dostawcom uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jednym z kluczowych założeń postępowań przetargowych jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców. Zamawiający ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających szeroki dostęp do udziału w przetargu, co obejmuje również dostęp do informacji o przedmiocie zamówienia w sposób, który nie faworyzuje żadnego z uczestników.

Zamawiający w pakiecie 9 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu. Zgodnie z wiedzą wykonawcy niedopuszczenie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu sztywnych cech technicznych jest sprzeczne ze sposobem opisywania przedmiotu zamówienia określanym przez przepisy art. 29-31 ustawy. PZP

takie działania:

podlegają art 305KK (po nowelizacji) i ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nowość Art. 17. - [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

0z.11.2024.104 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2024 r.

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień publicznych]

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do oddzielnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 8?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13

Pytanie 2 do pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści: Sterylny haczyk do przebijania błon płodowych bezpośrednio przed porodem. Zaopatrzony jest w ostry kolec i atraumatyczną końcówkę zapobiegającą przypadkowemu zranieniu pacjentki. Lekko zakrzywiony, ergonomiczny kształt umożliwia łatwe i bezpieczne stosowanie.

Wysokiej jakości jednorazowe narzędzia włoskiej firmy RIMOS zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń krzyżowych.

- * Sterylny
- * 25 cm długości
- * Jednorazowego użytku
- * Pakowany pojedynczo



Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

**W imieniu Zamawiającego
p.o. Dyrektora Szpitala Ogólnego
Wojciech Łuczaj**