

dotyczy: **PN 20/20 - dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 17** dopuści złożenie oferty na produkt zgodny z następującym opisem i parametrami oraz dopuści poniższy przelicznik ilości:

Zadanie 17					
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość
1.	Roztwór tauroolidyny (2%) stosowany w dostęпах naczyniowych (cewnikach i portach) w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym. Wyrób medyczny. Trwały w temp. 15-25°C. Opakowanie zawiera 5 fiolek po 6ml	6 ml	op.	5 fiolek	80
<b>RAZEM</b>					

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 50

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zgłębników z łącznikiem EnFit.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający wymaga zaoferowania zgłębników z łącznikiem EnFit.

