



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 593/11/2023

Chrzanów, 21.11.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na **DOSTAWA AMBULANSU DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE** - sprawa 130/2023

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochod w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3, 1m szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu B zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.

Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W załączniku A do w/w normy w punkcie **Rozpoznawanie i widoczność ambulansów** stawia się wymóg: „*W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.*”

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluorescencyjnej, żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluorescencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednocnieniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy”; „piasek pustyni”, „żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?

Odp.: Zamawiający potwierdza wymóg.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp.: zgodnie z swz.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dojazd do siedziby zamawiającego na kołach.

Pytanie 6.

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Odp.: Nie.

Pytanie 7

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłkowym ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu „Climatronic“, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który **większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera**. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlenia i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne.

Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne?

Aby tak było szyberdach musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści ambulans fabrycznie nowy DEMO z roku produkcji 2023 wykonany na pojeździe bazowym z ostatniego kwartału 2022r. z przebiegiem 10 000 km?

Odp.: Nie.

Pytanie 12

Ponieważ zabudowa pojazdu na ambulans zajmuje około 3-4 tygodni + dostawa wyposażenia medycznego + zbliżający się okres końca roku, stąd pytamy, czy dopuszcza wykonanie dostawy w terminie do 20.12.2023r.?

Odp.: Nie.

Pytanie 13

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 12 prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się do podpisanej umowy podpisanie aneksu ze zmianą tj. wydłużeniem terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu?

Odp.: Nie.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z poduszkami bocznymi o powiększonym polu ochrony zamiast kurtyn powietrznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza,

Pytanie 15

Czy Zamawiający rozważy możliwość uwzględnienia ambulansu przystosowanego do przewozu 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej, zachowując przy tym dotychczasową liczbę miejsc przeznaczonych do transportu pasażerów, na zasadzie spełnienia równoważnych standardów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza „Przystosowany do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.”

Pytanie 16

W kontekście wszystkich obowiązujących przepisów oraz norm PN-EN 1789, zwracamy uwagę Zamawiającego na konieczność precyzyjnego określenia dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) dla Ambulansu Typu C. Wskazujemy na niezbędność jednoznacznego określenia, że Ambulans Typu C ma spełniać kryterium DMC powyżej 3,5 tony, zgodnie z wymogami parametrów tego typu pojazdu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Alternatywnie, sugerujemy rozważenie zmiany zapisu na Ambulans Typu B, gdzie DMC pojazdu może wynosić do 3,5 tony, spełniając równocześnie odpowiednie standardy tego typu ambulansu.

Odp. Zapisy SWZ bez zmian



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 17

Czy możliwe jest zrezygnowanie z centralnej instalacji próżniowej z uwagi na powszechne zastosowanie elektrycznych odsysaczy, a zgodnie z zasadami równoważnościowych rozwiązań, rozważenie alternatywy w postaci ssaka akumulatorowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ambulans bez centralnej instalacji próżniowej

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19 dot. Nosze elektryczne

W oceniePolska Sp. z o.o. Sp.k. jako wiodącego dostawcy noszy mechanicznych jak i elektrycznych opis Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne tj. nosze Power-Pro XT firmy Stryker, a dokładnie mówiąc punkty wymienione poniżej:

ne poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport w otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty)
całkowita noszy min. 205 cm
elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie min. 36-105 cm
do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście
automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy
noszy max. 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości i do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia tej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione zależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty)
ny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i wyładunek pacjenta bez wysiłku

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego zgodnie z ustawą PZP oraz informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia mówiącym o możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego tj. noszy elektrycznych FERNO Viper charakteryzujących się poniższymi parametrami:

Zestaw transportowy:

- Szerokość całkowita noszy: 60 cm
- Całkowita długość noszy 200 cm, po skróceniu max. 160 cm.
- Wykonane z materiału odpornego na korozję i zabezpieczonego przed korozją
- Elektrycznie regulowana wysokość leża: 38-133 cm
- Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze
- Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji
 - Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do 90 ° wspomagana sprężyną gazową, a zgięcie kolan do 30°
 - Rozkładane poręcze boczne, z uchwytyami zwalniającymi, zwiększające powierzchnie materaca, regulowane w 5 pozycjach ułatwiających transport pacjentów otyłych
 - Pozycja przeciwwstrząsowa min. +15°
 - Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
 - Wyprofilowany materac, w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na rzepy. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące.
 - Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
 - Uchwyty do prowadzenia, sterowanie elektrycznie noszy na poziomach zapewniające łatwą obsługę dla personelu med. o zróżnicowanym wzroście
 - Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora
 - Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie
 - Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy
 - Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg, max. waga ciała pacjenta do 320 kg.
 - Waga noszy max. 75 kg zgodnie z normą EN PN 1865-3:2012 + A1:2015
- Poniżej wycinek z w/w normy mówiący o wadze całego zestawu.

EN 1865-3:2012+A1:2015 (E)

4.3 Mass

- Stretcher part: 23 kg
 - Undercarriage including stretcher: M_2 80 kg M_3 max. (combined weight)
- NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

4.4 Loading capacity

The loading capacity shall be a minimum of 250 kg.

- Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń. Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania noszy normy EN PN 1865-3:2012 + A1: 2015 lub równoważnej przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – przy dostawie
 - Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia
 - Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz z możliwością załadunku noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami zgodnie z normą dla noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010 +A1:2015 lub równoważną.
 - Potwierdzenie spełnienia normy przez nosze i system mocowania noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010+A1: 2015 lub równoważnej przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – przy dostawie
- System mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiającą załadunek i rozładunek pacjenta
- Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego
 - Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku
 - W zestawie komplet baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania noszy z zasilania 12 V.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z min. 15 cm średnicą, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
- 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe)
- Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
- Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy
- 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne
- Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście
- Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak
- Możliwość mycia ciśnieniowego noszy
- Okres gwarancji na nosze i system załadunku min. 24 miesiące
- Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: 1/rok
- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin
- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max 30 dni
- Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim
- Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą
- Autoryzowany serwis na terenie Polski

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 20 dot. Nosze elektryczne

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze elektryczne na których transport pacjenta odbywa się zawsze w pozycji opuszczonej do dołu ze względu na ryzyko wywrócenia noszy?

Uzasadnienie: na opisanych noszach pacjent jest transportowany na wysokości około 45 cm od ziemi, a nosze przemieszczane są przez ratownika za pomocą składanej rączki służącej do prowadzenia noszy lub dodatkowych montowanych na czas transportu rączek pionowych.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 dot. Nosze elektryczne

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga dostawy noszy elektrycznych w których leże noszy możemy ułożyć poziomo w tzw. pozycji horyzontalnej inaczej transportowej na wszystkich poziomach wysokości noszy?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 dot. Nosze elektryczne

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze elektryczne w których przed każdym użyciem należy zawsze skontrolować zainstalowany w noszach akumulator pod kątem jego uszkodzenia?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 dot. Nosze elektryczne

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze elektryczne o klasie ochrony IP36?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 dot. Nosze elektryczne





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o odpowiedź czy zdaniem Zamawiającego wymagana a zarazem wystarczająca ilość uniesień noszy z pacjentem góra/dół dla oferowanego akumulatora może wynosić minimum 15 cykli bez konieczności jego doładowywania?

Odp.: Minimalne wymagania techniczne są zawarte w SWZ..

Pytanie nr 25 dot. Nosze elektryczne

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze elektryczne których ruchoma rama pod plecami zawsze przy załadunku i rozładunku noszy do / z ambulansu musi być ułożona poziomo bez względu na stan pacjenta tzn. nawet gdy pacjent wymaga pozycji siedzącej nosze muszą być przy załadunku ustawione w pozycji poziomej co jest wymogiem producenta noszy?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 dot. Nosze elektryczne

Czy zgodnie z wymogami iż ambulans typu C ma mieć możliwość obejścia pacjenta z 3 stron oferowane nosze wraz z mocowaniem mają posiadać funkcję przesuwu pozwalającą na taka czynność?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 27 Prosimy o podanie modelu krzeselka kardiologicznego użytkowanego przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający posiada różne krzeselka kardiologiczne.

Pytanie nr 28 Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B/C.

Odp.: ok. 20 tys. km

Pytanie nr 29 Czy Zamawiający dopuści, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans typu B ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 Część I. zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów bez dodatkowych halogenów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 Część I. zadanie 20

Czy Zamawiający dopuści, aby głośnik przedziału medycznego zamiast regulacji głośności posiadał własny wyłącznik ON/OFF?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 Część VII. zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niezależne ogrzewanie tylko przedziału medycznego, które wymagane jest normą PN-EN 1789 ? Nadmieniamy, iż w zamian oferujemy grzałkę silnika.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 Część VIII. zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?

Wyjaśnienie.

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 Część VIII. zadnie 4,6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów? **odp. Tak**

Pytanie nr 36 Część IX. zadnie 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Wyjaśnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwi pełne oświetlenie pacjenta. Tym samym nie ma konieczności regulacji kierunku padającego światła.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 Część X. zadnie 1, 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zabudowę meblową zaprojektowaną i wykonaną wg. poniższej specyfikacji:

- schowki na rękawiczki jednorazowe zlokalizowane na ścianie lewej z przodu przedziału medycznego,
- szafka ściany działowej wyposażona w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania,
- szafka górne wyposażone w podnoszone do góry przezroczyste szybki podtrzymywane w pozycji otwartej za pomocą siłowników?
- jedno ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szfrowym zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 Część X. zadnie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w 2 punkty poboru tlenu typu AGA?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 Część XII. zadnie 1

Czy Zamawiający dopuści, aby dokumenty w postaci sprawozdania z badań REG EKG nr 14 oraz 17 zostały dostarczone na etapie dostawy ambulansu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 Część X. zadnie 8

Czy Zamawiający wymaga aby nosze główne zostały zamontowane do przesuwnej podstawy pod nosze czy bezpośrednio do podłogi?

Odp.: Zamawiający wymaga przesuwnej podstawy pod nosze.

Pytanie nr 41

Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia uchwytu do drukarki oraz tabletu prosimy o podanie modelu w/w urządzeń.

Odp.: Zamawiający wymaga aby zabudowa uwzględniała miejsce na ten sprzęt.

Z poważaniem

