



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970**

e-mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 68 889 000,00 zł



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, 24.09.2021r.

## **Wyjaśnienie nr 1 do SWZ**

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 23/SMED/DCZP/2021/P

**dot. „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby „Dolnośląskie Centrum Zdrowia  
Psychicznego” sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

### **Odpowiedzi na zapytania:**

#### **Pytanie nr 1:**

##### **Zadanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy rękawic w opakowaniu gdzie otwór dozujący jest zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją, a rękawice są przydatne do kontaktu z żywnością.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 2:**

##### **Zadanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy rękawic określonych siłą zrywania  $\geq 6,0N$  zgodnie z normą EN 455-2.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza produkt pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków opisanych w SWZ.

#### **Pytanie nr 3:**

##### **Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, jedynie chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, spełniające pozostałe wymagania?

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.