

Lubań, dnia 30 listopada 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 2

do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/16/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy przeznaczone na wykonanie kontroli i kalibracji? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli tygodniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający oprócz białka w moczu będzie wykonywał inne badania w moczu? Jeśli tak, prosimy o podanie tych parametrów. Czy należy zaoferować materiał kontrolny do oceny poprawności badań wykonywanych w moczu? Jeśli tak prosimy o podanie częstotliwości wykonywania tej kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kontroli do białka w moczu, częstotliwość wykonywania - codziennie na dwóch poziomach.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Odczynniki, kalibratory, kontrole pochodzące od jednego producenta” jeśli materiał kontrolny dla kilku oznaczeń będzie pochodził od innego producenta niż producent analizatora i będzie zmianowany na oferowane aparaty? Kontrola zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną powinna mieć wartości przypisane dla danego odczynnika natomiast nie musi być produkowana przez producenta odczynnika. Można ją dobrać dowolnie w zależności od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby odczynniki, kalibratory i kontrole pochodziły od jednego producenta i może być to producent inny, niż producent analizatora.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania hemoglobiny glikowanej z wstępnym manualnym przygotowaniem lizatu próbki badanej? Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do wykonania lizatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga analizatora wyposażonego w automatyczny podajnik próbek wstawianych do dedykowanych statywów? Podajnik próbek umożliwi dostawianie próbek w dedykowanych statywach niezależnie od aktualnego trybu pracy analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10

Czy dla parametrów bilirubina całkowita i bezpośrednia, żelaza, UIBC, glukoza, HbA1C, HDL, Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych metod niż wymienione w załączniku nr 8? Metody te są powszechnie stosowane na rynku i posiadają wszelkie wymagane dopuszczenia do stosowania w diagnostyce in vitro.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE
W LUBANIU SP. Z O.O.



Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dwóch odczynników tj. CK oraz UIBC, które wymagają przygotowywania przed użyciem przez połączenie ich płynnych składowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko 2 spośród 31 odczynników Etanol oraz Kwasy Żółciowe oraz przynależne mu kalibratory pochodziły od innego producenta niż producent aparatów? Odczynnik posiada aplikację umożliwiającą stosowanie go w oferowanym analizatorze.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 5.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonywanie badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu i innych płynach ustrojowych? Oferowany analizator zapewni wykonywanie wszystkich oznaczeń wymienionych w siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Pytanie do umowy §3 ust 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: 24 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA