



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 25.10. 2023 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania  
Znak sprawy – PN-77/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 198-616159 z dnia 13.10.2023 r.**

**Znak sprawy – PN-77/2023 – dostawę wyrobów medycznych (urologicznych) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet nr 9, pozycja nr 24**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie urządzenia do odzyskiwania stentów służącego do wyłapywania i usuwania stentów lub ciał obcych w obrębie dróg moczowych, będącego konstrukcją elastycznego, nitynolowego przewodnika zakończonych pętlą. Rozmiar : grubość 4.5 Fr, dł . 65 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 2**

#### **pakiet nr 2, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie przewodu do cystoskopu pojedynczego pakowanego w opakowanie zawierające 60 sztuk, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Sposób pakowania stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopii z osobno pakowaną przedłużką wykonaną z miękkiego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopii pakowany pojedynczo papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**