



Celestynów, dn. 29 kwietnia 2020 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: postępowania na „Dostawę zestawów medycznych torba lekarza (TL) oraz zestawów medycznych plecak ratownika medycznego (PRM)” – sprawa nr WOFiTM/18/2020/PN.

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1984) zwanej dalej Ustawą.

Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 - dotyczy zapisów WET - opakowanie Plecaka Ratownika Medycznego i opakowanie Torby Lekarza.

Dotyczy taśmy samozaczejnej

Prosimy o dopuszczenie taśmy samozaczejnej o następujących parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań WET :

- całkowitej wysokości rozdzielonej taśmy haczyk: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)
- całkowitej wysokości rozdzielonej taśmy pętelka: 2,3 mm (+/- 0,3 mm)
- gramatura haczyk: 325 gr/ m² (+/-10%)
- gramatura pętelka: 320 gr/ m² (+/-10%)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy taśmy samozaczejnej welurowej.

Prosimy o dopuszczenie taśmy samozaczejnej welurowej o całkowitej wysokości (grubości) : 1.80mm ± 0.60 mm

Przy zachowaniu pozostałych wymagań WET

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy nici technicznych.

Czy Zamawiający dopuści nici techniczne o gęstości liniowej 224 * 3 dtex przy zachowaniu pozostałych wymagań WET?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy pianki usztywniającej - opakowanie Torby Lekarza.

Czy Zamawiający dopuści piankę usztywniającą o gęstości w zakresie 180-250 kg/m³ jaka jest wymagana dla opakowania plecak ratownika medycznego, przy zachowaniu pozostałych wymagań WET?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania pianki usztywniającej o gęstości w zakresie 180-250 kg/m³ jaka jest wymagana dla opakowania plecak ratownika medycznego, przy zachowaniu pozostałych wymagań WET.

Pytanie nr 5 - dotyczy ciśnieniomierza pozycja nr 45 WTT dla Torby lekarskiej i WTT dla Plecaka Ratownika Medycznego.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie ciśnieniomierza spełniającego opisane w WTT parametry , kompletny sprzęt posiadający wagę 240 g(jest to rzeczywista waga ciśnieniomierza z etui, mankietem i gruszką)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ciśnieniomierza spełniającego opisane w WTT parametry, kompletnego sprzętu posiadającego wagę 240 g (rzeczywista waga ciśnieniomierza z etui, mankietem i gruszką)

KOMENDANT

/-/ cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ