



**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH WYROBÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIwersytetu ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2022/2023 ROKU**”, nr zamówienia DZP-291-4491/2022

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

- **Pytanie nr 1:**

Dotyczy zadania nr 1

Poz. 410: Łyzeczka o tych parametrach została wycofana z produkcji. Czy można zaproponować łyżeczkę ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość łyżeczki 11 mm, długość łyżeczki 30 mm, długość całkowita 190 mm.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia parametry łyżeczki w formularzu cenowym, ma być: łyżeczka do odczynników ze stali nierdzewnej, o wymiarach: szer. 11 x dł. 30 x dł. całkowita 190 mm.

- **Pytanie nr 2:**

Dotyczy zadania nr 1

Poz. 826: Czy można zaoferować przyrząd o wymiarach 50x174x21 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Testera poziomu pH o wymiarach 50 x 174 x 21 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję**, załącznika nr 1.1 - Zadanie nr 1 do SWZ. Zmiany w załączniku zostały zaznaczone **kolorem czerwonym**. Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z-ca Kanclerza

mgr inż. Artur Szymacha