



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC WE WROCŁAWIU

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



DOLNY
ŚLĄSK

Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1635/2021/PK

Wrocław 02.12.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.77.2021.TP

Przedmiotem zamówienia są: **sukcesywne dostawy wyrobów foliowych z listy pakietów, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Grupa I

Pytanie nr 1 – pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni w rozmiarze 70 x 120 cm, kolor mleczny, zakładany na szyję i wiązany z tyłu o grubości min. 0,02 mm pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt. z perforacją ułatwiającą wyciągnięcie pojedynczych sztuk?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga fartuchy pakowane pojedynczo każdy w osobnym woreczku, które są umieszczane w opakowaniu zbiorczym np. po 100sztuk. Zamawiający dopuszcza wymiaru. 70 x 120 cm

Pytanie nr 1 – pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło włókninowo-foliowe, nieprzezroczyste, białe, wykonane z włókny laminowanej folią polietylenową, wytrzymałe, wymiary 160x210 cm pakowane a'10 szt.?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Grupa II

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści foliowane prześcieradło z włókny polipropylenowej w kolorze zielonym?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści foliowane prześcieradło o gramaturze 25 g/m² pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści foliowane prześcieradło o gramaturze 45 g/m² pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m² ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/415 o wysokości 48cm i długości podeszwy 38cm? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca

Pakiet nr 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Grupa III

pakiet 6

czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku, pakowany po 100 szt. w najmniejszym opakowaniu handlowym, kolor mleczny, zawiązywany z tyłu , z założeniem na szyję, rozmiar uniwersalny, wymiar 68 cm x 108 cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga fartuchy pakowane pojedynczo każdy w osobnym woreczku, które są umieszczone w opakowaniu zbiorczym np. po 100sztuk. Zamawiający nie dopuszcza wymiaru. 68 cm x 108 cm.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malicka