

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl  
http://www.spzowolsztyn.pl  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 21.06.2022 r.

**Wykonawcy**

SPZOZ/DZPiZ/143/2022

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: " **sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie**", TP/11/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**ZESTAW IX**

Próbki, opisy (kart–1. Dotyczy SWZ rozdział 9 pkt 9.1.5 Czy Zamawiający potwierdza, że: charakterystyki) dla wszystkich poz. zaoferowanego sprzętu jednorazowego użytku, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania zaświadczenia niezależnego–zostały określone w załączniku nr 2 SWZ (w pakietach pod tabelą), oraz podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: deklaracji CE, Certyfikatów CE potwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną, zgodności z normami PN EN 868-odpowiednio dla cz. 1,2,3,5; ISO 11607-1 lub równoważne (dotyczy Pakietu nr 5) jako podmiotowe środki dowodowe składane będą na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Podmiotowe środki dowodowe składane będą na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

Prosimy o potwierdzenie, że „deklaracje CE, Certyfikaty CE potwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną...” są wymagane dla każdego pakietu.

**Odpowiedź:** Szczegółowe wymagania odrębnie dla każdego Pakietu Zamawiający określił w Pakietach pod tabelą.

2. Informujemy, że opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8 nastąpiła omyłka: „TP/8/2022, PAKIET NR: 8; poz. 1-7”

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Informujemy, że w Ogłoszeniu w części 4.2.2 „krótki opis przedmiotu zamówienia” dla części 8 (str. 9) nastąpiła omyłka: „Pakiet nr 8, poz. 1-7 materiały medyczne 4.2.6.) Główny kod CPV: 09343000-5 -

Materiały radioaktywne

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona stosownej zmiany.

**ZESTAW X**

**Pakiet 7 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: czepek chirurgiczny męski. Otok wykonany z podwójnej warstwy chłonnej wiskozy - chłonący pot, górna część czepka w postaci siateczki pozwalająca na oddychanie włosów i skóry głowy, wiązany na troki, zielony, niebieski lub fioletowy. Produkt medyczny klasy I.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny męski. Otok wykonany z podwójnej warstwy chłonnej wiskozy - chłonący pot, górna część czepka w postaci siateczki pozwalająca na oddychanie włosów i skóry głowy, wiązany na troki, zielony, niebieski lub fioletowy. Produkt medyczny klasy I. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

**Pakiet 7 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli włókninowej dla pacjenta, która nie jest wyrobem medycznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

