



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław

[sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl](mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl)  
[www.pogotowie-ratunkowe.pl](http://www.pogotowie-ratunkowe.pl)

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66  
18  
tel. kom. 506 374 965 , 506 734  
979

NIP: 899-23-54-460

REGON: 932207142

Wrocław, 01.06.2022 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/7/2022**

### **INFORMCJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

#### **Zakup akcesoriów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - II** (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174038/01 z dnia 2022-05-24)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

**Pytanie nr 1:**

**Część 2, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,5 x 25, 0,6 x 32, 0,7 x 32 mm

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 2:**

**Część 2, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie 0,8 x 38, 1,2 x 38 mm

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 3:**

**Część 2, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 200 cm.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 4:**

**Część 2, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 150 cm.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 5:**

**Część 2, poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 6:**

**Część 2, poz. 7-9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 2-3 ml, 10-12 ml, 20-24 ml

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 7:**

**Część 2, poz. 10**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60 ml.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 8:**

**Część 2, poz. 11**

Proszę o dopuszczenie motylków pakowanych po 100 szt

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 9:**

**Część 2, poz. 12-13**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 10:**

**Część 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 18 ml/min.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 11:**

**Część 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 22 ml/min

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 12:**

**Część 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 23 ml/min.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 13:**

**Część 5, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 14:**

**Część 5, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PUR

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 15:**

**Część 5, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 16:**

**Część 5, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną.

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 17:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 16G z przepływem 196 ml/min.

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 18:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 16G z przepływem 200 ml/min.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 19:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 103 ml/min

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 20:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 105 ml/min

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 21:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 95 ml/min.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 22:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 100 ml/min

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 23:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 80 ml/min

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 24:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 54 ml/min.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 25:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 64 ml/min

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 26:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 65 ml/min

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 27:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 38 ml/min

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 28:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 61 ml/min.

**Odpowiedź nr 28:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 29:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 65 ml/min

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 30:**

**Część 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 22G z przepływem 31 ml/min.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 31:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 6 pasków radioceniujących RTG

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 32:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G z przepływem 55 ml/min.

**Odpowiedź nr 32:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 33:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 85 ml/min.

**Odpowiedź nr 33:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 34:**

**Część 5, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli pakowanych po 100 szt/op.

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 35:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną.

**Odpowiedź nr 35:**

Zamawiający dopuszcza – jest to zgodne z zapisem SWZ

**Pytanie nr 36:**

**Część 5, poz. 1-3**

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta.

**Odpowiedź nr 36:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 37:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP

**Odpowiedź nr 37:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 38:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PTFE

**Odpowiedź nr 38:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 39:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 105 ml/min

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 40:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadających 2 paski radiocieniujące RTG

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 41:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykany standardowo.

**Odpowiedź nr 41:**

Z uwagi, na fakt, iż Wykonawca nie opisał, co rozumie pod określeniem „domykany standardowo” – Zamawiający oceni zgodność parametrów zaoferowanego asortymentu z zapisami SWZ podczas oceny ofert.

**Pytanie nr 42:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20 G o rozmiarze 1,0 x 32 i przepływie 59 ml/min

**Odpowiedź nr 42:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 43:**

**Część 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G z przepływem 103 ml/min

**Odpowiedź nr 43:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 44:**

**Dotyczy Części 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wymaga łyżek metalowych, czy plastikowych?

**Odpowiedź nr 44:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 45:**

**Dotyczy Części 3 poz. 1, 5-10, 12**

Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź nr 45:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 46:**

**Dotyczy Części 3 poz. 11**

Czy Zamawiający prowadnice do rurek intubacyjnych dostępne w rozmiarach:

FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

**Odpowiedź nr 46:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 47:**

**Dotyczy Części 3 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do mocowania rurki intubacyjnej wg charakterystyki:

- Dwuczęściowy z możliwością regulacji, łączony na rzep
- Zestaw z trzema mocowaniami.
- Pełna regulacja pozwala na dopasowanie do szyi pacjenta
- Pętlo-zaczep zapewnia pewne mocowanie.
- Bardzo delikatne materiały zapobiegają otarciom.
- Nie zawiera lateksu.

Wymiary:

- Część mocująca dookoła głowy: długość – 38cm , szerokość – 4,4cm
- Część mocująca rurkę: długość – 29cm
- Wyprodukowane w Anglii

**Odpowiedź nr 47:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, ale jednocześnie pozostaje przy zapisie SWZ

**Pytanie nr 48:**

**Część nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150cm?

**Odpowiedź nr 48:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 49:**

**Część nr 2, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml, w opakowaniach a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź nr 49:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 50:**

**Część nr 2, pozycja 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 50:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 51:**

**Część nr 2, pozycja 12-13**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź nr 51:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 52:**

**Część nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr do respiratora o objętości przepływu 300-1500 ml?

**Odpowiedź nr 52:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 53:**

**Część nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę sztywną z możliwością kształtowania, do rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana o rozmiarach 6Fr (od 2,0 do 4,0) 10Fr (od 4,5 do 6,5) oraz 14 Fr (od 7,0 do 10,0)?

**Odpowiedź nr 53:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 54:**

**Część nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową o zbliżonym rozmiarze +/-5cm?

**Odpowiedź nr 54:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 55:**

**Część nr 4, pozycja 1, 11, 14**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania?

**Odpowiedź nr 55:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 56:**

**Część nr 4, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego siatkowego o długości 1 m oraz szerokości 4-6 cm w stanie relaksacji?

**Odpowiedź nr 56:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 57:**

**Część nr 4, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego siatkowego o długości 1 m oraz szerokości 5-9,5 cm w stanie relaksacji?

**Odpowiedź nr 57:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 58:**

**Część nr 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego siatkowego o długości 1 m oraz szerokości 6,5-13,5 cm w stanie relaksacji?

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 59:**

**Część nr 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego siatkowego o długości 1 m oraz szerokości 8-14 cm w stanie relaksacji?

**Odpowiedź nr 59:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 60:**

**Część nr 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego siatkowego o długości 1 m oraz szerokości 5-9,5 cm w stanie relaksacji?

**Odpowiedź nr 60:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie nr 61:**

**Część nr 5, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z komorą wypływu zwrotnego zabezpieczoną koreczkiem luer lock, z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, gładką powierzchnią wewnętrzną kaniuli zapewniającą swobodny przepływ krwi lub leków, niesilikonowaną igłą o przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ "	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Reszta parametrów jak w SWZ

**Odpowiedź nr 61:**

W SWZ określono minimalne przepływy kaniul – zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 62:**

**Część nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków RTG o rozmiarach i przepływie:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Reszta parametrów jak w SWZ.

**Odpowiedź nr 62:**

Zamawiający dopuszcza kaniule wyposażone w 6 pasków RTG

W SWZ określono minimalne przepływy kaniul – zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 63**

**Część nr 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 63:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 64:**

**Część nr 6 pozycja 2-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy ilości zaokrąglić do pełnych opakowań w górę czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedź nr 64:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Ilości należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

**Pytanie nr 65:**

**Część nr 6 pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 65:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 66:**

Do część 1 - łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopów

Czy zamawiający wymaga łyżki jednorazowe ze światłem LED - ze stopu metalu nieodkształcające, a tylko z plastikową podstawą?

**Odpowiedź nr 66:**

Zamawiający dopuszcza łyżki plastikowe, metalowe jak i wykonane z połączenia obu tworzyw przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.



**Pytanie nr 67:**

Do części 3 poz. 1,,4,5,6,7,8,9,10,12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 3 Maski i rurki tlenowe pozycję nr 1,,4,5,6,7,8,9,10,12

**Odpowiedź nr 67:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 68:**

Poz. 1 Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi podłączenie do dowolnego źródła tlenu. Wykonany z miękkiego PVC klasy medycznej.

Dostępność kolorów: zielony przezroczysty i biały przezroczysty.

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 100 szt./karton lub 200 szt./karton

**Odpowiedź nr 68:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 69:**

Poz. 4 Maska twarzowa anestetyczna do układów oddechowych i ambu

Maski wykonane z wysokiej jakości materiałów dzięki czemu prowadzenie wentylacji odbywa się w bezpieczny sposób. Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku. Maska po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu. Przezroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta.

Łatwa identyfikacja rozmiaru maski dzięki kolorowym pierścieniom. Pełny zakres rozmiarów pozwala

na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta. Możliwość usunięcia pierścienia mocującego, gdy jest zbędny.

Wszystkie rozmiary masek są dostępne w wersji z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankieta do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Jednorazowa. Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej.

Termin przydatności od daty produkcji: 5 lat.

Pakowanie: 1 sztuka/ hermetyczna folia medyczna.

Rozmiary : 1,2,3,4,5,6

**Odpowiedź nr 69:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 70:**

Poz. 5 Maska z nebulizatorem dla dorosłych

Maska wyposażona w zacisk na nos i regulowany pasek.

Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi

podłączenie do dowolnego źródła tlenu. Wykonana z miękkiego PVC klasy medycznej.

Dostępność kolorów: zielony przezroczysty i biały przezroczysty

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 50 szt./karton lub 100 szt./karton

Dostępne rozmiary: Dorosły (XL, L),

**Odpowiedź nr 70:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 71:**

Poz. 6 Maska z nebulizatorem dla dzieci, rozmiar tylko M

Maska wyposażona w zacisk na nos i regulowany pasek.

Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi

podłączenie do dowolnego źródła tlenu.

Wykonana z miękkiego PVC klasy medycznej.

Dostępność kolorów: zielony przezroczysty i biały przezroczysty

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 50 szt./karton lub 100 szt./karton

rozmiary: Pediatriczny ( M )

**Odpowiedź nr 71:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 72:**

Poz. 7 Maski z rezerwuarem tlenowym do wysokich stężeń dla dorosłych

Maska zaprojektowana, aby poprawić anatomiczne dopasowanie, z workiem rezerwowym, maska wyposażona

w zacisk na nos i regulowany pasek.

Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi

podłączenie do dowolnego źródła tlenu. Wykonana z miękkiego PVC klasy medycznej. Dostępność kolorów:

zielony przezroczysty i biały przezroczysty

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru.

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 50 szt./karton lub 100 szt./karton

Dostępne rozmiary: Dorosły (XL)

**Odpowiedź nr 72:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 73:**

Poz. 8 Maski z rezerwuarem tlenowym do wysokich stężeń dla dzieci, rozmiar tylko M

Maska zaprojektowana, aby poprawić anatomiczne dopasowanie, z workiem rezerwowym, maska wyposażona

w zacisk na nos i regulowany pasek.

Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi

podłączenie do dowolnego źródła tlenu. Wykonana z miękkiego PVC klasy medycznej. Dostępność kolorów:

zielony przezroczysty i biały przezroczysty

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru.

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 50 szt./karton lub 100 szt./karton

rozmiary: pediatriczny ( M )

**Odpowiedź nr 73:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 74:**

Poz. 12 Przedłużacz do tlenu

Dren tlenowy z prześwitem gwiazdkowym (odporność na zginanie) z miękkimi złączami, ułatwiającymi

podłączenie do dowolnego źródła tlenu. Wykonany z miękkiego PVC klasy medycznej. Dostępność kolorów:

zielony przezroczysty i biały przezroczysty

Długość drenu: 1,8 m. lub 2,1 m. do wyboru

Pakowanie: pakowane w indywidualne opakowanie, 100 szt./karton lub 200 szt./karton

**Odpowiedź nr 74:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 75:**

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki typ Miller w rozmiarach: 0, 1, 2?

**Odpowiedź nr 75:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 76:**

Część nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach 2 oraz 4.7?

**Odpowiedź nr 76:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 77:**

Część nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach od 3.0 do 8.0?

**Odpowiedź nr 77:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 78:**

Część nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści stabilizator rurek intubacyjnych mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź nr 78:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 79:**

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Części nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź nr 79:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 80:**

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarach 96x96x136 cm?

**Odpowiedź nr 80:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 81:**

pakiet 2, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 81:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 82:**

Pakiet 2, poz. 5

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Czy zamawiający wymaga zaferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 82:**

Zamawiający nie wymaga opisanych powyżej cech asortymentu.

**Pytanie nr 83:**

Pakiet 3 , Poz. 1,5-10,

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 83:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 84:**

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 84:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 85:**

Pakiet 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 85:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 86:**

Pakiet 4, poz. 6-11,14-16

Czy zamawiający wydzieli poz.6-11,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 86:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 87:**

Pakiet 4, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź nr 87:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 88:**

Pakiet 6, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 88:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 89:**

Czy Zamawiający w Części 2 pozycji 4 dopuści wycenę przedłużacza do pomp o długości 150cm?

**Odpowiedź nr 89:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 90:**

Wykonawca X jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.06.2022r. lub późniejszy.

**Odpowiedź nr 90:**

Tak, w związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 08.06.2022 r. na godz. 9:00

**Pytanie nr 91:**

Część 4 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków, w którym jeden z tamponów przymocowany jest na stałe do opaski bawełnianej tkaninowej?

**Odpowiedź nr 91:**

Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

**Pytanie nr 92:**

Część 4 poz. 12-13:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych siatkowych o składzie: 50 % jedwab poliamidowy i 50% jedwab poliuretanowy?

**Odpowiedź nr 92:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 93:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy słowa „5% niezrealizowanej części wartości umowy” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej części wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 93:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 94:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej kaniuli w pakiecie 5 poz 1 posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G ,0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min ?

**Odpowiedź nr 94:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie nr 95:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz 2 alternatywnej kaniuli dożylniej z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu pack-cut, sterylna, rozmiary: 16G -przepływ 180 ml/min,18G – przepływ 80 ml/min,22G -31 ml/min wykonana z PTFE z możliwością identyfikacji UsG, kompatybilna z MRI. Nie zawiera lateksu i PCV . Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie typu blister., Z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE ?

**Odpowiedź nr 95:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 96:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz 3 alternatywnej kaniuli bezpiecznej ,kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji .Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack.Rozmiar 20G( różowy ) 1,1x32 , przepływ min. 67 ml/min, 18G 1,3x32mm ,przepływ 103ml/min .Op. 50szt. ?

**Odpowiedź nr 96:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga ani nie oczekuje.

**Pytanie nr 97:**

Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisu SWZ w paragrafie III pkt 7 , poprzez dopisanie jak poniżej:

„Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 września 2001

r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 974 z późn. zm.) lub spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.

Prośbą swą motywujemy faktem, iż ewentualnie oferowany przez nas sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu na terenie RP ale nie podlega prawu farmaceutycznemu, natomiast podlega ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.

#### **Odpowiedź nr 97:**

Zamawiający przychyliła się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapisy SWZ rozdział III 3 pkt. 7, tj.: w miejsce:

*„Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 974 z późn. zm.)”*,

wprowadza się:

*„Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 974 z późn. zm.) **lub wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)**”*.

oraz w §2 ust. 2 wzoru umowy, w miejsce:

*„Wykonawca oświadcza, że produkty wymienione w ofercie zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1977) oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego świadectwa rejestracji, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu.”*,

wprowadza się:

*„Wykonawca oświadcza, że produkty wymienione w ofercie zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1977) **i/lub** zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego świadectwa rejestracji, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu.”*.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: **08.06.2022 r.** do godz. **9:00**.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Zbigniew Mładzki  
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  
we Wrocławiu

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)