

OZP.272.11.2022

Olkusz, dnia 28.06.2022 r.

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa rezonansu magnetycznego oraz aparatu RTG z ramieniem typu C”.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- W rozdz. IV - Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia w części I z „do 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 9 grudnia 2022 r.” na „**nie później niż do 9 grudnia 2022 r.**”.

- W rozdz. VI SWZ - Termin związania ofertą:

Zamawiający zmienia datę terminu związania ofertą z dnia 30.09.2022 r. na **dzień 04.10.2022 r.**

- W rozdz. XI SWZ - Sposób oraz termin składania ofert:

Zamawiający zmienia datę terminu składania ofert z dnia 04.07.2022 r. do godz. 10:30 na dzień **08.07.2022 r. do godz. 10.30.**

- W rozdz. XII - Otwarcie ofert:

Zamawiający zmienia datę terminu otwarcia ofert z dnia 04.07.2022 r. godz. 10:45 na dzień **08.07.2022 r. godz. 10.45.**

- Załącznik nr 1b do SWZ, dot. części I – Rezonans
- punkt nr 7 w sekcji A Magnes:

Zamiast:

7.	Maksymalne pole obrazowania (FOV) w osi Z		≤ 47 cm – 0 pkt. > 47 cm – 1 pkt.
----	---	--	--------------------------------------

Otrzymuje brzmienie:

7.	Maksymalne pole obrazowania (FOV) w osi Z		< 50 cm – 0 pkt. ≥ 50cm – 1 pkt.
----	---	--	-------------------------------------

- W sekcji E Pozycjonowanie i nadzór pacjenta Zamawiający dodaje punkt 4 o treści:

4	„Wirtualny” nawigator oddechowy dla możliwości wypracowywania oddechowych sygnałów synchronizujących bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, działający dla wszystkich sekwencji (także i badań dynamicznych)) w obszarze jamy brzusznej.	Tak / Nie	Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt.
---	---	-----------	------------------------------

- W sekcji G Obrazowania w trybie postprocessingu Zamawiający dodaje punkt 1 o treści:

1	Wyznaczanie map perfuzyjnych z wykorzystaniem czterech algorytmów rozplotowych (sSVD, cSVD, oSVD i Bayesa)	Tak/ Nie	Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt
---	--	----------	----------------------------

- Załącznik nr 1b do SWZ, dot. części II Aparat RTG z ramieniem C

- Opis parametru w punkcie nr 6:

Zamiast:

Zakres ruchu wzdłużnego ramienia $C \geq 21 \text{ cm}$

Otrzymuje brzmienie:

Zakres ruchu wzdłużnego ramienia $C \geq 20 \text{ cm}$

Kryterium oceny parametru pozostaje bez zmian.

- Załącznik nr 1a do SWZ, dot. części I – Rezonans magnetyczny:

- W sekcji E Pozycjonowanie i nadzór pacjenta Zamawiający dodaje punkt 11 o treści:

11.	Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji.	Tak Podać	
-----	--	--------------	--

- W sekcji U Wyposażenie dodatkowe pkt 11

otrzymuje brzmienie:

11.	Detektor metalu.	Tak Podać	
-----	------------------	--------------	--

- W sekcji W Gwarancja i serwis pogwarancyjny Zamawiający wykreśla punkt 8.

- Załącznik nr 1a do SWZ, dot. części II – Aparat RTG z ramieniem C

W sekcji A, pkt 25 zamiast:

Fluoroscopia pulsacyjna min. *od 2 p/s do 15 p/s*

Otrzymuje brzmienie:

Fluoroscopia pulsacyjna min. **od 2 p/s do 25 p/s**

W sekcji C pkt 3

Zamiast:

Czas skutecznej naprawy licząc od momentu zgłoszenia awarii - do 2 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Otrzymuje brzmienie:

Czas skutecznej naprawy licząc od momentu zgłoszenia awarii – **do 4 dni roboczych** rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 104-291134 z dnia 31.05.2022 r.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza do pobrania załącznik nr 1a i 1b po zmianach.

Kowalski

SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego

Marcin Wójcik
Marcin Wójcik