

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa myjni dezynfektorów*”

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające w standardowym koszu pojemność 1 basenu z pokrywą oraz 2 kaczek? Oferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze np. na 6 kaczek, lub 3 baseny, lub duże miski i wiadra o pojemności 20 litrów? Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralną część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 4, 5, 6, 7, 22, 26

Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane urządzenie posiadające 2 pompy dozujące, 3 programy mycia (standardowy, intensywny, sporobójczy), w którym wybór programu (uruchomienie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywa się za pomocą przycisków nożnych co jest równoważne z czujnikami podczerwieni? 3 programy i dwie pompy są bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologicznego, ponieważ dają możliwość zaprogramowania specjalnego programu w sytuacjach epidemii, jak również stworzenie programu do dezynfekcji chemiczno-termicznej.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 8, 11, 12, 13, 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 94kg, wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm (1434mm przy otwartej pokrywie) nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające solidną konstrukcję - w całości wykonane ze stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego antybakteryjnego? Zgodnie z pozyskaną wiedzą myjnia dezynfektor o takich wymiarach jest możliwa do zainstalowania w każdym z brudowników.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie.*

Pytanie nr 4 — dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 9, 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające dezynfekcję termiczną bądź chemiczno-termiczną, w którym po fazie mycia i dezynfekcji następuje chłodzenie komory zimną wodą oraz automatycznie otwarcie pokrywy przyspieszające wysychanie naczyń? Schładzanie zimną wodą po procesie dezynfekcji przyspiesza wysychanie naczyń i jest parametrem równoważnym do płukania ciepłą wodą, która nie odgrywa już żadnej roli w procesie dezynfekcji.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednocześnie, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie, Zamawiający nie wymaga aby komora myjki była jednocześnie, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby ręcznego wylewania wydaliny ludzkiej obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory jak wymaga tego norma EN 15883? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie, Zamawiający nie wymaga urządzenia w zakresie zadanego pytania.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra 20l, pojemniki na dobową zbiórkę moczu, kosz na drobne elementy (np. pokrywki od kaczek) itp.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie, Zamawiający nie wymaga urządzenia w zakresie zadanego pytania.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało co najmniej dwa programy myjące (standardowy i intensywny) z zachowaniem parametru A0 dla każdego z cykli. Stosowanie programu intensywnego jest uzasadnione dla pół krytycznych i krytycznych wyrobów medycznych jako, że mogą być skontaminowane przez drobnoustroje wysoce odporne, takie jak m.in. wirus HBV, clostridium difficile i z tego powodu powinny zostać poddane intensywnej dezynfekcji termicznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie, Zamawiający nie wymaga urządzenia w zakresie zadanego pytania.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie, Zamawiający nie wymaga urządzenia w zakresie zadanego pytania.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor, SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu rozdział V, pkt. 5 ppkt 5 SIWZ na następujący „wymiany wadliwego elementu sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących jego wyłączenie z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 1 – Myjnia dezynfektor

Prosimy o wyjaśnienie ze względu na rozbieżność między wymaganymi parametrami urządzenia tj. pkt. 20 Zasilanie 230V 50/60 Hz bezpiecznik 13A, a wymaganiami SIWZ dotyczącymi wykonania niezbędnych prac budowlanych pozwalających na montaż oraz instalację urządzenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii polegających na:

- 1) Wykonaniu instalacji elektrycznej tzw. siły trójfazowej

Odpowiedź: Rodzaj instalacji elektrycznej jaka ma być wykonana tj. 230v 50/60 Hz lub siły trójfazowej zależy od tego jak zasilane będzie urządzenie oferowane przez Wykonawcę.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

6.10.2020

KIEROWNIK DZIAŁU
Zapobiegania i Zmniejszenia Publicznych
Romana Komora

DYREKTOR SZPITALA
WR
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)