



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 18.01.2022 r.

WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę gazów medycznych wraz z dzierzawą butli**

Nr postępowania: **ZP/1/22**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tj. z późn. zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dot. formularza cenowego, Pakiet Nr 2** - W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: - poz. 4 pakiet nr 2 formularza cenowego (zał. nr 2 do SWZ) Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L z zaworem zintegrowanym o możliwość dostarczania tlenu w butlach 2 l z zaworem zintegrowanym, które mają moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli oraz przepływomierz 12 zakresowy **o szerszym zakresie pracy** od wskazanego w wyjaśnieniach **tn. od 0—25 l/min** .
Dopuszczenie zaworu zintegrowanego z możliwością pracy w większym zakresie nie wpłynie na zmianę przedmiotu zamówienia, nie ograniczy jego zastosowania a wręcz przeciwnie da możliwość ustawienia większego przepływu tlenu w razie takiej potrzeby zwiększając komfort użytkowania z zachowaniem rygorystycznych norm jakościowych.
Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje iż w dniu 18.01.2022 r. skorzystał z prawa, które daje mu art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez Wykonawcę, które wpłynęło po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania wniosków dotyczących wyjaśnień treści SWZ dla tego postępowania upłynął **w dniu 17.01.2022 r.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców iż zgodnie z art. 284 ust. 4 nie będzie już udzielał odpowiedzi na wpływające obecnie pytania.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania