

Warszawa, dnia 31.08.2021r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Nr postępowania 20/Z-36/Pliz 2021/PN/2021/D

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na *Dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, mobilnego rentgenowskiego analizatora naprężeń własnych.*

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 31 sierpnia 2021r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o następującej treści:

I. Pytanie:

„Szczególnie Państwo, Wyznaczenie naprężenia własnego z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej elementów wykonanych ze stopów aluminium, niklu, miedzi, magnezu, tytanu oraz stali możliwe jest przy użyciu zestawu dwóch lamp rentgenowskich z anodą Cr oraz Cu. Czy dopuszczona zostanie oferta z zestawem lamp Cr, Cu zamiast zestawu Cr, Cu, Co, Mo, W? ”.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019, ze zm), Zamawiający, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zestaw lamp Cr, Cu zamiast zestawu Cr, Cu, Co, Mo, W.

Na podstawie art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – poprzez:

1. zmianę treści załącznika nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie nowego brzmienia w pkt 5 lit b)

5. W skład mobilnego rentgenowskiego analizatora naprężeń własnych powinny wchodzić co najmniej następujące moduły:

b) **zestaw lamp rentgenowskich o mocy min. 4W i napięciu maksymalnym 30kV z anodami: Cu, Co, Mo, W, Cr i kompletem filtrów umożliwiającym badania stali, stopów na osnowie miedzi, tytanu, magnezu, aluminium i niklu. Zamawiający dopuszcza zestaw lamp Cr, Cu zamiast zestawu Cr, Cu, Co, Mo, W;**

2. zmianę treści załącznika nr 2 „Formularz techniczny” poprzez dodanie w pkt 5 lit b) następującej treści:

zestaw lamp Cr, Cu zamiast zestawu Cr, Cu, Co, Mo, W

W wyniku przedstawionych wyjaśnień oraz dokonanych zmian, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert.

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmian treści SWZ przy opracowywaniu ofert.

Wz. S.6.141
/podpis

Wyk: E. Kalwasińska, dnia 31.08.2021r.
Tel.: 261 851 482