

Katowice, dn. 20.05.2021r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr rej.: DZP.381.031.2021.DWK.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wplynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Szafa chłodnicza Część C: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (wys/szer/gł) 212 x 70 x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Szafa chłodnicza Część C: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 90 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Szafa chłodnicza Część C: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności całkowitej 400l i użytkowe 370l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Szafa chłodnicza Część C: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur 0-15°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Część C – Szafa chłodnicza laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o wadze netto 65 kg, zaś wadze brutto 70 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Część C – Szafa chłodnicza laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o pojemności całkowitej netto 333 l, zaś brutto 361 l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Część C – Szafa chłodnicza laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o zużyciu energii w ciągu 365 dni wynoszącą 309 kWh, co daje w przeliczeniu na 24 h wartość 0,8466 kWh / dzień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



8. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 116 l ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą stałą prędkość wentylatora w zakresie 100 % lub 0 % oraz klapę wentylacyjną sterowaną elektromechanicznie w zakresie umożliwiającym osiągnięcie 5 poziomów jej regulacji tj. pełne otwarcie, pełne zamknięcie, klapa lekko uchylona, klapa na wpół otwarta, klapa prawie otwarta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą regulowaną prędkość wentylatora w zakresie umożliwiającym nastawę - 0 % oraz 40-100 % wyposażoną w klapę wentylacyjną sterowaną elektromechanicznie w zakresie umożliwiającym osiągnięcie 5 poziomów jej regulacji tj. pełne otwarcie, pełne zamknięcie, klapa lekko uchylona, klapa na wpół otwarta, klapa prawie otwarta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną ze sterownikiem elektronicznym, wyposażoną w wyświetlacz LCD ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o maksymalnej ładowności komory wynoszącej 150 kg, wyposażoną w 2 półki o max. ładowności półki wynoszącej 30 kg, z możliwością umieszczenia maksymalnie 5 półek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Część D – Suszarka laboratoryjna – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o masie netto pustego urządzenia wynoszącej 57 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej