

Sochaczew, dnia 01.10.09.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2024

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO: Igły, strzykawki, wenflony**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1. dot. zadania nr 6.Czy Zamawiający dopuści kaniule dożyłne:

26G	0,6x19	mm	przepływ	13ml/min
24G	0,7x19	mm	przepływ	15ml/min
22G	0,9x25	mm	przepływ	36ml/min
20G	1,1x33	mm	przepływ	61ml/min
18G	1,3x45	mm	przepływ	90ml/min
17G	1,5x45	mm	przepływ	140ml/min
16G	1,8x45	mm	przepływ	200ml/min
14G	2,1x45	mm	przepływ	300ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 6:

2. Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad zgodnie z pkt I ppkt.2 załącznika nr 2 do umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,5%** wartości danego zamówienia, liczoną za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej** wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3: Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 4 strzykawek dwuczęściowych 20 ml pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 1080 op ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4: Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 2 poz. 3 i 4 strzykawek do insuliny i tuberkuliny pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. poz. 3 - 2 op , poz. 4 - 10 op ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5: Zadanie 6. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 poz. 1-8 kaniulę jednorazowego użytku, nietoksyczną, niepirogenną, wykonaną z PUR, jałową, ze skrzydełkami, z portem bocznym(umieszczony nieco powyżej skrzydełek) i zastawką, posiadającą 3 linie RTG w następujących rozmiarach: 0,7, 0,9x25mm,

1,1x32mm, 1,3x32mm, 1,3x45mm, 2,1x45mm, 16Gx45,17Gx45mm, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 6: PAKIET 1, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ? W formularzu cenowym jest inna ilość sztuk niż Opisie zamówienia

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, należy wycenić opak. po 50 szt.

Pytanie 7: PAKIET 1, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8: PAKIET 2, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 50 ml?

Odpowiedź: zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 9: PAKIET 2, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50 ml skalą rozszerzoną do 60ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10: PAKIET 6, poz. 1-8 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z PTFE?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 11: PAKIET 6, poz. 1-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej filtr hydrofobowy?

Odpowiedź: Zgodnie opisem OPZ

Pytanie 12: PAKIET 6, poz. 1-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej w poniższych rozmiarach :

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45
Szary	16 G	1,7 x 45
Biały	17 G	1,5 x 45
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45
Różowy	20 G	1,1 x 33
Niebieski	22 G	0,8 x 25

Żółta	24 G	0,7 x 19
Fioletowa	26 G	0,6 x 19

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13: Zadanie 1, pozycja 4. Czy Zamawiający może doprecyzować czy oczekuje strzykawki w op.a'100szt czy w op.a'50szt?

Odpowiedź: w opak. 50 szt.

Pytanie 14: Zadanie 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15: Zadanie 2, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16: Zadanie 2, pozycja 3, 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17: Zadanie 3, pozycja 1, 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 18: Zadanie 6, pozycja 1-8 Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ

Pytanie 19: Zadanie 6, pozycja 3, 4. Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 20: Zadanie 6, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 14G 2,0x45mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21: Zadanie 6, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16Gx45mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 22: zadanie 2, poz. 1. Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23: Zadanie 2, poz. 1-2. Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24: zadanie 3, poz. 1. Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: 25. Pakiet 3 ,Poz. 1 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50-60 ml tak jak w poz. 3

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26: Pakiet 3 , Poz.1, 2, 3 .

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy strzykawkowe są na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala? Prosimy o podanie ich modelu i producenta w celu zaoferowania strzykawek gwarantujących bezawaryjne użytkowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia pomp/menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 27: Pakiet 3 pozycja 1 i 3.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki bez względu na jej położenie

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk do pomp z podwójnym uszczelnieniem tłoka, czterostronnym podcięciem tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Z poważaniem