



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn – Koźle, dnia 20 marca 2020r.

AZ-P.2020.3

Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz - II

1. W związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.**

Pytanie nr 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przywrócenie parametrów określonych w poz. nr 49 załącznika nr 1a formularza cenowego (wymagane parametry i właściwości urządzenia) tj. „Poz. nr 49 Zakres częstotliwości głowicy minimum 3 - 13 MHz”.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wymaga aby „Zakres częstotliwości głowicy wynosił minimum 3 – 18 MHz.

2. Zamawiający dokonuje sprostowania treści siwz po modyfikacji - załącznik nr 1a – formularz cenowy (wymagane parametry i właściwości urządzenia - poz. nr 49). Pozycja nr 49 zgodnie z treścią pisma z dnia 12 marca 2020r. zamieszczoną na platformie zakupowej (Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ) winna mieć brzmienie: „Poz. nr 49 Zakres częstotliwości głowicy minimum 3 - 18 MHz”
3. Powyższa odpowiedź i sprostowanie stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończyło

.....
Kierownik zamawiającego

