

Tarnów, dnia 27.02.2024r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.18 .KK *418* /24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dostawę dygestorium chemicznego, zatapiarki parafinowej, szaf do archiwizacji bloczków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2024r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ laminarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, żeby system przewietrzania posiadał tylną ścianę.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

- 1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

[Signature]
DZIAŁ UHOGIS
Szpital Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Krzysztof Kwikiel

KIEROWNIK
DZIAŁU HYGIENY
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Kijnyż