



Szp/FZ – 55/493/2021

Wrocław, dnia 28.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego*

### INFORMACJA NR 3

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 3 – materace przeciwodleżynowy – 2 szt.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zapisów SWZ w ww. postępowaniu. Pytania dotyczą zadania nr 3 - materace przeciwodleżynowy – 2szt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodleżynowy był jednorodnym wyrobem medycznym posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP (deklaracja zgodności lub certyfikat CE oraz powiadomienie lub zgłoszenie do URPL) oraz instrukcję używania wspólną dla pompy i materaca?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu jednorodnego pochodzącego z seryjnej produkcji wraz z wymaganymi obowiązującym prawem dopuszczeniami i certyfikatami obowiązującymi na terenie Polski. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu z instrukcją użytkowania wspólną dla pompy i materaca. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji  
*mgr Ewa Czerniak*