



**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa materacy przeciwoleżynowych*”

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści MATERAC przeciwoleżynowy, zmiennościśnieniowy do łóżeczka pediatrycznego zbudowany z 18 komór rurowych, reszta parametrów zgodna z zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Adamczyk

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak