

SPZZOZ.ZP/10/2019

Przasnysz 11.03.2019 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Przetargu na Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Pozycja Nr 5 - Zestaw do trudnej intubacji

Dotyczy PKT 9 – Czy Zamawiający dopuści aparat legitymujący się bardzo długim czasem zasilania ponad 5 godzin, którego czas ładowania wynosi <8h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Pozycja Nr 5 - Zestaw do trudnej intubacji

Dotyczy PKT 12 – Czy Zamawiający dopuści aparat którego wilgotność pracy mieści się w zakresie 30-85%, co nieznacznie się różni od wymaganej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Pozycja Nr 5 - Zestaw do trudnej intubacji

Dotyczy PKT 14 – Czy Zamawiający pod pojęciem rozmiaru łyżki „S” oczekuje zaferowania łyżki dedykowanej noworodkom o rozmiarze „00”?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Dyrektor SPZZOZ
Jerzy Sadowski