

Załącznik Nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/32/07/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Opis asortymentu	j.m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji, kraj pochodzenia nr katalogowy
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I
1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego	szt.	16					
2.1.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka)	szt.	1					
2.2.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Laboratoryjna, chłodziarka)	szt.	1					
3.	Przenośne lodówki	szt.	1					
<p>Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)</p>								

1. Każda pozycja musi być szczegółowo rozpisana w Tabeli Nr 1 (szczególnie w przypadku oferowania różnych stawek podatku VAT). Zamawiający musi mieć jasność w zakresie zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT.
2. Każda wyceniona pozycja Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.

TABELA NR 2: WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego	Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE*	Wartość oferowania*
1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego - 16 szt.			
1.1	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym	TAK/PODAĆ		
1.2	Laktator elektryczny do użytku szpitalnego zapewniający separację mediów (zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora)	TAK		
1.3	Prosta obsługa, możliwość sterowania przez kartę z chipem (wybór programów), zasilanie sieciowe- kabel sieciowy	TAK/PODAĆ		
1.4	Program odciągania pokarmu zapisywany na karcie magnetycznej – możliwość wyboru dwóch programów- dla mam wcześniaków/ z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach oraz dla mam dzieci donoszonych)	TAK/PODAĆ		
1.5	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD wskazujący wybrany tryb pracy, poziom podciśnienia oraz inne informacje	TAK/PODAĆ		

	odnośnie użytkowania i serwisu/ Komunikacja w języku polskim.			
1.6	Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka (3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania)	TAK/PODAĆ		
1.7	Dwie oddzielne niezależne membrany umożliwiające odciąganie pokarmu z jednej piersi lub z obu piersi jednocześnie bez utraty podciśnienia	TAK/PODAĆ		
1.8	Płynna, indywidualna regulacja siły ssania za pomocą jednego pokręta	TAK		
1.9	Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę	TAK		
1.10	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie minimum od -50 do -250 mmHG;	TAK/PODAĆ		
1.11	Cicha praca do 44 dB	TAK/PODAĆ		
1.12	Wyposażony w uchwyt na butelki	TAK		
1.13	Wyposażony w uchwyt do przenoszenia i stojak jezdny na 4 kółkach z możliwością blokady kół	TAK		
1.14	Wyposażony w zasilanie- 230-240V, 50/60 Hz.	TAK/PODAĆ		
1.15	Wykonawca zapewni dostawy akcesoriów do zaproponowanego laktatora przez okres min. 5 lat	TAK/PODAĆ		
2.1	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – (chłodziarko – zamrażarka - laboratoryjna) – 1 szt.			
2.1.1	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym	TAK/PODAĆ		
2.1.2	Typ urządzenia: chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna	TAK/PODAĆ		
2.1.3	Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy	TAK/PODAĆ		
2.1.4	Pojemność brutto/użytkowa chłodziarki (litry): 270/200 l	TAK/PODAĆ		

	+/- 5%			
2.1.5	Pojemność brutto/użytkowa zamrażarki (litry): 110/60 I +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.1.6	Wymiary zewnętrzne (mm): 600/650/2040 +/-5%		TAK/PODAĆ	
2.1.7	Wymiary wewnętrzne chłodziarki (mm): 460/420/1040 +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.1.8	Wymiary wewnętrzne zamrażarki (mm): 410/290/610 +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.1.9	Układ chłodzenia: dynamiczny		TAK/PODAĆ	
2.1.10	Metoda odszraniania: automatyczna		TAK/PODAĆ	
2.1.11	Wnętrze antyiskrowe: tak		TAK/PODAĆ	
2.1.12	Poziom szumu max 50 db		TAK/PODAĆ	
2.1.13	Napięcie (V) / moc znamionowa (A): 220-240/1,5		TAK/PODAĆ	
2.1.14	Rodzaj sterowania: Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi		TAK/PODAĆ	
2.1.15	Sygnal ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny		TAK/PODAĆ	
2.1.16	Materiał obudowy: stal		TAK/PODAĆ	
2.1.17	Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne		TAK/PODAĆ	
2.1.18	Materiał półek: szkło		TAK/PODAĆ	
2.1.19	Liczba szuflad w zamrażarce: 3		TAK/PODAĆ	
2.1.20	Liczba półek: 5		TAK/PODAĆ	
2.1.21	Liczba regulowanych półek w chłodziarce: 4		TAK/PODAĆ	

2.1.22	Drzwi: pełne		TAK/PODAĆ	
2.1.23	Materiał drzwi: stal		TAK/PODAĆ	
2.1.24	Drzwi samoczynnie zamykane: tak		TAK/PODAĆ	
2.1.25	Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne		TAK/PODAĆ	
2.1.26	Izolacja min. 70 mm		TAK/PODAĆ	
2.1.27	Waga brutto / netto (kg): Max 90 kg		TAK/PODAĆ	
2.2.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (laboratoryjna chłodziarka) – 1szt.			
2.2.1	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym		TAK/PODAĆ	
2.2.2	Zakres temperatury [°C]: +3 do +16		TAK/PODAĆ	
2.2.3	Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy		TAK/PODAĆ	
2.2.4	Pojemność całkowita brutto/użytkowa (litry): 140/130 +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.2.5	Wymiary zewnętrzne (mm): 600/610/820 +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.2.6	Wymiary wewnętrzne (mm): 440/435/670 +/- 5%		TAK/PODAĆ	
2.2.7	Układ chłodzenia: dynamiczny		TAK/PODAĆ	
2.2.8	Metoda odszraniania: automatyczna		TAK/PODAĆ	
2.2.9	Napięcie (V) / moc znamionowa (A): 220-240 / 1,0		TAK/PODAĆ	
2.2.10	Poziom szumu dB (A): 47		TAK/PODAĆ	
2.2.11	Rodzaj sterowania: elektroniczne		TAK/PODAĆ	
2.2.12	Materiał wnętrza: tworzywa sztuczne		TAK/PODAĆ	

2.2.13	Material póltek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego	TAK/PODAĆ	
2.2.14	Drzwi: pełne	TAK/PODAĆ	
2.2.15	Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drążkowy	TAK /PODAĆ	
2.2.16	Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne	TAK /PODAĆ	
2.2.17	Izolacja (mm): 40	TAK /PODAĆ	
2.2.18	Waga brutto / netto (kg): Max 41 kg	TAK/PODAĆ	
2.2.19	Sygnal ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny	TAK/PODAĆ	
3.	Przenośne lodówki – 1 szt.		
3.1	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym	TAK/PODAĆ	
3.2	Chłodzenie kompresorowe	TAK/PODAĆ	
3.3	Wymiary 570 x 422 x 340 +/- 5%	TAK/PODAĆ	
3.4	Max objętość 25 l	TAK/PODAĆ	
3.5	Napięcie wejściowe AC 100-240 V / Napięcie wyjściowe DC 12/24 V	TAK/PODAĆ	
3.6	Częstotliwość wejściowa 50/ 60 Hz	TAK/PODAĆ	
3.7	Czynnik chłodniczy: R134a	TAK/PODAĆ	
3.8	Ilość czynnika chłodniczego min. 32g	TAK/PODAĆ	
3.9	Port USB	TAK	
3.10	Korek spustowy	TAK	
3.11	Długość kabla zasilającego min. 2m	TAK/PODAĆ	

3.12	Typ łączności: Bluetooth, WiFi	TAK	
3.13	Typ izolacji: PU (Pulyurethane)	TAK	
3.14	Obudowa w klasie min. IP64	TAK/PODAĆ	
3.15	Klasa efektywności energetycznej min. C	TAK/PODAĆ	
3.16	Wyposażenie: 1 Łodówka, 1 kabel DC, 1 kabel AC, kosze druciane (wyjmowane)	TAK/PODAĆ	
4.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
4.1	Gwarancja dostępności części zamiennych jak i możliwość rozbudowy urządzeń na minimum 5 lat od dnia dostawy.	TAK/PODAĆ	
4.2	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.	TAK	
4.3	Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem.	TAK	
4.4	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją zgodności i Certyfikatem CE.	TAK	
4.5	Instalacja przez autoryzowany serwis producenta.	TAK	
4.6	Pełna autoryzacja producenta na sprzedaż zaferowanych urządzeń.	TAK	
4.7	Wykonawca zapewnia, dla przedmiotu zamówienia, autoryzowany serwis gwarancyjny oraz umożliwi serwis pogwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.	TAK	
4.8	W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe wykonywane będą bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w	TAK	

	cenie oferty niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmującej naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.		
4.9	Serwis, naprawy gwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta.	TAK/PODAĆ	
4.10	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze.	TAK/PODAĆ	
4.11	Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych.	TAK/PODAĆ	
4.12	Gwarancja (minimum 36 miesiące)	TAK/PODAĆ	

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „ \geq ” lub „ \leq ”. Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)

Warszawa, dnia 30.07.2024r.

GRENEVO POLSKA sp. z o. o.
KRS: 0000712798
NIP: 5242849121
REGON: 369245891
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

Wojewódzkie Centrum
Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej

Dotyczy: ZP/PN/32/07/2024

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

wraz z wnioskiem o rozważenie zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając w imieniu GRENEVO POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Lewinowskiej 8, 03-684 Warszawa (dalej: „Grenevo”) na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). (dalej: „PZP”) niniejszym **wnoszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: „SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 16 szt. laktatorów elektrycznych (nr postępowania: **ZP/PN/32/07/2024**), ogłoszenie z dnia 26 lipca 2024 r., opublikowanego na platformie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/959873> (dalej: „Postępowanie”) prowadzonego przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (dalej: „Zamawiający”),

poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał nie tylko separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora (1.2 specyfikacji), ale taką, która wypełnia ostatnie covidowe zalecenia ministerstwa zdrowia dla sprzętu laktacyjnego służącego odciąganiu pokarmu dla zdrowych wcześniaków, pozwalającą na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu we wszystkich rodzajach końcówek osobistych?

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora”

przez zwrot: „*separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, a dodatkowo pozwalająca na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu przy każdym rodzaju końcówek osobistych zgodnie z zaleceniami MZ*”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien posiadać separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka. Wymaganie takie, jak pokazały ostatnie lata w których zmagaliśmy się z pandemią jest już niewystarczające. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zalecenia dotyczące procesu odciągania pokarmu dla zdrowych wcześniaków w czasie covid, wyraźnie mówiące o konieczności prowadzenia dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących bezpośrednio, czy pośrednio w kontakt z ciałem lub pokarmem matki po każdorazowym użyciu. Dlatego Grenevo zwraca uwagę, że rozwiązanie inne niż system akcesoriów spełniający wymagania Ministerstwa Zdrowia jest działaniem na szkodę Zamawiającego, bo w sytuacji powrotu covid lub podobnych warunków epidemicznych Zamawiający będzie zmuszony do stosowania wyłącznie końcówek wielorazowych, lub stosowania końcówek do ograniczonej liczby użyc jako końcówek jednokrotnego użytku.

-
2. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, nie był sterowany przez zewnętrzną kartę z chipem – punkt 1.3?

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „możliwość sterowania przez kartę z chipem”

przez zwrot: „*laktator sterowany mikroprocesorem*”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, by laktator miał możliwość sterowania przez kartę z

chipem. Wymaganie takie określa przestarzałe już rozwiązanie stosowane wyłącznie przez firmę Medela w modelu laktatora Symphony, według naszej wiedzy żaden inny laktator dostępny na rynku nie posiada takiego rozwiązania stanowiącego wyłącznie dodatkowe wsparcie słabej jakości mikroprocesora. Rozwiązanie proponowane przez firmę Medela utrudnia znacząco utrzymanie zewnętrznej higieny laktatora, miejsce montażu karty jest trudnym do oczyszczenia, wystającym poza obudowę elementem, co stoi w sprzeczności z oczekiwaniem prostej obsługi. Ponadto Grenevo zwraca uwagę, że obecne zapisy specyfikacji naruszają zasady uczciwej konkurencji.

-
- 3. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał zapisane programy w wewnętrznym, zintegrowanym mikroprocesorze – punkt 1.4?**

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „Program odciągania pokarmu zapisywany na karcie magnetycznej”

przez zwrot: „Program odciągania pokarmu zapisany w mikroprocesorze”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien program odciągania pokarmu mieć zapisany na karcie tym razem magnetycznej. Po pierwsze, jak już wskazaliśmy wyżej, to starsze technologicznie rozwiązanie ma wyłącznie laktator Symphony firmy Medela. Po drugie zastosowanie takiego rozwiązania wynikało z dość ograniczonych możliwości mikroprocesora wewnętrznego zastosowanego w sprzęcie firmy Medela. Niezrozumiałe i ze szkodą dla Zamawiającego jest domaganie się starszych technologicznie rozwiązań w sposób wykluczający inne oferty, co wypełnia działanie o charakterze nieuczciwej konkurencji. Obecnie stosowane mikroprocesory, mają wystarczająco dobre parametry, żeby sterować całą obsługą laktatora w tym zapewnieniem pracy dwufazowej i nie wymagają stosowania dodatkowych kart magnetycznych, czy kart z chipem.

-
- 4. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał kolorowy wyświetlacz LCD z komunikacją zrozumiałą dla wszystkich użytkowników, opartą na symbolach graficznych i kolorach czyli na języku międzynarodowym – punkt 1.5?**

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „komunikacja w języku polskim”

przez zwrot: „łatwa do zrozumienia komunikacja”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien posiadać wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim. Pragniemy poinformować zamawiającego, że technologia rozwija się i z tego powodu nikt już dzisiaj nie używa telefonów z monochromatycznym wyświetlaczem. Podobnie jest w sprzęcie laktacyjnym. Zastosowanie kolorowego wyświetlacza umożliwia całkowite oparcie komunikacji na języku międzynarodowym czyli symbolach graficznych i kolorach, dzięki czemu laktator bez jakiegokolwiek komunikacji językowej z łatwością obsłuży Polka, Ukrainka czy matka innej narodowości rodząca u Państwa w szpitalu. Oczekiwane przez Państwa obecnie rozwiązanie ma znamiona naruszenia uczciwej konkurencji, bo stosowane jest wyłącznie przez firmę Medela i wynika ze słabej jakości wyświetlacza monochromatycznego.

-
- 5. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał więcej niż 3 różne fazy pracy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy pracy w trybie odciągania zasadniczego – pkt 1.6?**

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien posiadać 3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania. Po pierwsze nomenklatura używana przez zamawiającego koresponduje nie do aktualnej wiedzy w zakresie laktacji, ale konkretnego urządzenia firmy Medela, co podobnie jak w wielu punktach powyżej narusza zasady uczciwej konkurencji. Bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia niż laktator Symphony firmy Medela oferują większą możliwość regulacji rytmu pracy w obu trybach, co znacząco poszerza grupę usatysfakcjonowanych z efektywności pracy laktatora pacjentek. Ograniczenie wykluczające uczynione z parametru dość przestarzałego można odczytać również jako działanie na szkodę pacjentek państwa szpitala.

6. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał płynną regulację rytmu i podciśnienia w panelu dotykowym – punkt 1.8?

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „za pomocą jednego pokrętła.”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien posiadać regulację siły ssania za pomocą pokrętła. Rozwiązanie takie ponownie wskazuje na laktator Symphony firmy Medela, i jest tak kuriozalnym i nieuzasadnionym oczekiwaniem, jak obecność pokrętła w panelu sterującym telefonu komórkowego. Pokrętło czyli regulacja potencjometryczna znacząco utrudnia utrzymanie higieny laktatora, jak również może stanowić zagrożenie wykonania przez matkę zbyt dużego skoku podciśnienia, co będzie dla niej bolesne. Nowoczesne panele sterujące zapewniają możliwość płynnej regulacji podciśnienia, jak również płynnej regulacji rytmu pracy, są łatwe w utrzymaniu czystości. Wykluczanie ich z postępowania jest działaniem na szkodę pacjentek wypełniającym charakter działania nieuczciwej konkurencji.

-
7. Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał parametr głośności do 45 dB?

Dodatkowo Grenevo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „do 44 dB”

UZASADNIENIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że laktator powinien charakteryzować się cichą pracą z poziomem głośności do 44 dB, jednocześnie Zamawiający nie podał jakiegokolwiek normy według której ta głośność pracy jest mierzona, a więc nie wiadomo w którym miejscu i w jakiej odległości od urządzenia. Gwarantujemy, że wykluczająca wielkość 1 dB w tym zakresie nie jest do wychwycenia przez ludzkie ucho, a jednocześnie przy braku norm pomiarowych mamy podstawy wątpić w deklaracje firmy Medela. Bez ujednoczenia normy pomiarowej oczekiwanie uzyskiwania tak wyśrubowanych parametrów nie ma sensu.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w obecnym stanie przedmiot zamówienia został zawężony w taki sposób, że warunki wskazane w opisie spełnia de facto tylko jedno urządzenie dostępne na rynku, dlatego Zamawiający powinien zmodyfikować sformułowane wymagania.

W tym miejscu warto podkreślić, że w każdym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, zamawiającego obciąża obowiązek przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, takich jak zasada konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji oraz przejrzystości. Zasady te generują podstawowe obowiązki instytucji zamawiających w postępowaniach, których przedmiotem jest udzielanie zamówień publicznych. Przedmiotowe zasady powinny znajdować zastosowanie w szczególności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert, które powinny być jednoznaczne i wyczerpujące, oraz nie powinny utrudniać uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Nie sposób zapominać o tym, że w art. 99 ust. 4 PZP ustawodawca zawarł zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, lecz także takiego, który hipotetycznie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 27 czerwca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: XII Ga 152/12, odniósł się do hipotetycznego wpływu na konkurencję w kontekście dowodzenia w postępowaniu odwoławczym: *„dla uznania, że zamawiający naruszył powołany przepis wystarczającym jest jedynie wykazanie, że opisując przedmiot zamówienia dokonał on tego w sposób, który jedynie potencjalnie mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, nie jest tym samym konieczne udowodnienie realnego uniemożliwienia takiej konkurencji”*.

Jednocześnie zamawiający ma ograniczoną swobodę precyzowania wymagań, w tym sensie, że muszą one mieć uzasadnienie – osiągnięcie określonego celu uzasadnionego potrzebami zamawiającego jest przeciwwagą dla ograniczenia konkurencji. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 sierpnia 2006 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: IX Ga 137/06, rozpatrując granice swobody opisu przedmiotu zamówienia, podkreślił: *„Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując SIWZ, Zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy”*.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że sposób określenia przez Zamawiającego w SWZ opisu przedmiotu zamówienia **uznać trzeba za utrudniający uczciwą**

konkurencję, ponieważ wymagania opisane w SWZ spełnia tylko jedno urządzenie dostępne na rynku.

Dążąc do wyjaśnienia wątpliwości powstałych na gruncie interpretacji treści opisu przedmiotu zamówienia, Grenevo – jako podmiot potencjalnie zainteresowany udziałem w Postępowaniu w charakterze wykonawcy – kieruje do Zamawiającego niniejszego pismo, zawierające wniosek o wyjaśnienie treści.

Równocześnie, w związku z potencjalnym, negatywnym wpływem na zachowanie uczciwej konkurencji sposobu sformułowania przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, Grenevo występuje do Zamawiającego z prośbą o rozważenie dokonania zmiany treści SWZ w zakresie i w sposób wskazany na wstępie niniejszego pisma.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Chodkowski

Prezes Zarządu

Grenevo Polska Sp. z o.o.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1200/2024

Jelenia Góra 05.08.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobycego i jego przechowywania dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/32/07/2024**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 1 „Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego” na zaproponowanie laktatora gdzie głośność jego pracy może wynosić max. 55dB.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów SWZ: Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne części, ale w SWZ mowa jest o trzech pakietach, natomiast w załączniku nr 1 są cztery pozycje, które sugerują odrębne pakiety. Prosimy o jednoznaczne określenie pakietów i ich zawartości

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia składa się z trzech pakietów:

- **Pakiet Nr 1 -Laktator elektryczny do użytku szpitalnego -16 szt.,**
- **Pakiet Nr 2 – Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – w ramach pakietu Nr 2 Zamawiający zamawia 2 urządzenia: 1 chłodziarko- zamrażarkę oraz 1 chłodziarkę**
- **Pakiet Nr 3 – Lodówki przenośne – 1 szt.**

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ zmienił numerację dotycząca poszczególnych pakietów–w załączeniu poprawiony Załącznik Nr 1 do SWZ.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Było:

1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego	szt.	16
2.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka)	szt.	1
3.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Laboratoryjna, chłodziarka)	szt.	1
4.	Przenośne lodówki	szt.	1

Jest:

1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego	szt.	16
2.1.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka)	szt.	1
2.2.	Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Laboratoryjna, chłodziarka)	szt.	1
3.	Przenośne lodówki	szt.	1

Pytanie Nr 2

W paragrafie, punkt 1, podpunkt f projektu umowy - załącznik Nr 3b do SWZ Zamawiający zawarł zapis:

"posiada deklarację zgodności, certyfikat CE i spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.)". Uprzejmie prosimy o wykreślenie części zapisu i jego zmianę na: "posiada deklarację zgodności, tj. certyfikat CE".

Prosimy również o wykreślenie części zapisu z SWZ punkt 3 - opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 3

Prosimy zatem o wykreślenie zapisu w obecnym brzmieniu: "Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Wykonawca zapewnia również, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym." i zastąpienie go zapisem: "Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym."

Tym samym prosimy dopuszczenie urządzeń (lodówek do przechowywania odcigniętego mleka i lodówek przenośnych), które nie są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzeń, które nie są wyrobami medycznymi. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający przy pakiecie Nr 3 -Lodówki przenośne w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1 do SWZ nie wymagał, aby lodówka przenośna była wyrobem medycznym. Poprawiono opis w SWZ dot. podanego kodu CPV.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał nie tylko separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora (1.2 specyfikacji), ale taką, która wypełnia ostatnie covidowe zalecenia ministerstwa zdrowia dla sprzętu laktacyjnego służącego odciąganiu pokarmu dla zdrowych wcześniaków, pozwalającą na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu we wszystkich rodzajach końcówek osobistych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora”

przez zwrot: „*separacja mediów* zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, a dodatkowo pozwalająca na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu przy każdym rodzaju końcówek osobistych zgodnie z zaleceniami MZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 2

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, nie był sterowany przez zewnętrzna kartę z chipem – punkt 1.3?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „możliwość sterowania przez kartę z chipem”

przez zwrot: „*laktator sterowany mikroprocesorem*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał zapisane programy w wewnętrznym, zintegrowanym mikroprocesorze – punkt 1.4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „Program odciągania pokarmu zapisywany na karcie magnetycznej”

przez zwrot: „*Program odciągania pokarmu zapisany w mikroprocesorze*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał kolorowy wyświetlacz LCD z komunikacją zrozumiałą dla wszystkich użytkowników, opartą na symbolach graficznych i kolorach czyli na języku międzynarodowym – punkt 1.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „komunikacja w języku polskim”
przez zwrot: „łatwa do zrozumienia komunikacja”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał więcej niż 3 różne fazy pracy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy pracy w trybie odciągania zasadniczego – pkt 1.6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 6

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał płynną regulację rytmu i podciśnienia w panelu dotykowym – punkt 1.8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „za pomocą jednego pokrętła.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał parametr głośności do 45 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „do 44 dB”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

Pakiet nr 3 Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (laboratoryjna chłodziarka) – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 140 litrów netto / 150 litrów brutto i o wymiarach zewnętrznych 600×650×805 (mm), wewnętrznych 500×510×570 (mm) (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt drzwi wkomponowany w ramę drzwi, tj. bez wystających elementów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści masę netto/brutto 53/60 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści poziom szumu 42dB (A)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
PRZEMYSŁAW BOGDANOWICZ
Data: 2024.08.05 15:40:45 CEST



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1208 /2024

Jelenia Góra, dn.07.08.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2024 r. z godz.12:00.

**Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu
profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/32/07/2024**

Stosownie do art. 222 ust.5 Pzp:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 3) Do dnia składania ofert została złożona 3 oferty (zgodnie z załącznikiem).
- 4) Do momentu otwarcia ofert, oferty była przechowywana w sposób gwarantujący ich nienaruszalność na platformie zakupowej opennexus.
- 5) W otwarciu oferty **nie uczestniczyli** przedstawiciele ze strony Wykonawców.

**WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ**



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie)
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Oferta nr 1 – Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdańskie 6D, 01-531 Warszawa

Pakiet nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
1	116 520,00 zł	125 841,60 zł	36 miesięcy

Oferta nr 2 – FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 2, 05-152 Dobrzyń

Pakiet nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
2	17 100,00 zł	21 033,00 zł	60 miesięcy
3	2 700,00 zł	3 321,00 zł	60 miesięcy

Oferta nr 3 – Wykonawca BitBlue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. j., ul. Św. Jana 33, 43-267 Suszec

Pakiet nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
2	16 100,00 zł	19 803,00 zł	36 miesięcy
3	4 700,00 zł	5 781,00 zł	36 miesięcy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

PRZEMYSŁAW BOGDANOWICZ

Data: 2024.08.07 13:22:47 CEST

z up. Dyrektora WCSKJ

Przemysław Bogdanowicz



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1211/2024

Jelenia Góra 08.08.2024 r.

**Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu
profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/32/07/2024**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 2, 3

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, jako Zamawiający informuje, o wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym jak w tytule, w zakresie Pakietu Nr 2, 3 nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pakiet Nr 2:

Nie dokonano wyboru oferty. Postępowanie unieważnione.

Postępowanie dla Pakietu Nr 2 zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt.3. ustawy PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Pakiet Nr 3:

Nie dokonano wyboru oferty. Postępowanie unieważnione.

Postępowanie dla Pakietu Nr 3 zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt.3. ustawy PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Oferty odrzucone: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została odrzucona 1 oferta.



CERTYFIKAT 2022/57

tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

W załączeniu:

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert.

Pouczenie:

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki odwoławcze przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert

Nr pakietu / Nr oferty	Liczba pkt w kryterium CENA 60% = 60 pkt.	Liczba pkt. w kryterium Termin gwarancji 0-40 pkt.	Razem
2	Pakiet unieważniony	Pakiet unieważniony	Pakiet unieważniony
3	Pakiet unieważniony	Pakiet unieważniony	Pakiet unieważniony

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
PRZEMYSŁAW BOGDANOWICZ
Data: 2024.08.08 11:03:29 CEST