



Gdańsk, dnia 21.03.2023 r.

L.dz. Adm 9/2023 2203, 2207, 2222, 2223, 2224, 2225, 2242, 2244/2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego – znak sprawy Adm 9/2023**.

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

L.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 1): emulsję do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia spowodowane nietrzymaniem moczu, posiadającą inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SWZ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.	Nie, Zamawiający nie dopuszczają.
2	Pakiet 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 2): krem ochronny do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia spowodowane nietrzymaniem moczu, z tlenkiem cynku oraz innymi substancjami odpowiadającymi działaniu substancjom wymienionym w SWZ, w opakowaniu 100 ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.	Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający podał przykładowe substancje używając skrótu „np.”
3	Pakiet 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 2): krem ochronny, który zawiera inne substancje niż wymienione w SWZ, lecz pełniące te same funkcje, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.	Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający podał przykładowe substancje używając skrótu „np.”
4	Pakiet 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 3): piankę do oczyszczania skóry, która posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SWZ, o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.	Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający podał przykładowe substancje używając skrótu „np.”
5	Pakiet 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 4): szampon nawilżający, który posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SWZ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SWZ spełnia tylko	Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający podał przykładowe substancje używając skrótu „np.”



	jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.	
6	Pakiet 9 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 6): środek do mycia w pojemniku z dozownikiem o pojemności 500ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym, który posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SIWZ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.	TAK, Zamawiający dopuszcza. Podane substancje czynne są przykładowe
7	Pakiet 9 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 7): rękawice do mycia, jednorazowego użytku, o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a'175 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
8	Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 85cm)?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
9	Pakiet 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 2) pieluchomajtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
10	Pakiet 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 3) pieluchomajtki w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
11	Pakiet 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11, pozycja 1 – winno być pakiet nr 10, pozycja 4) pieluchomajtki w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
12	Pakiet 10 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10 pozycje: 1 - 4) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
13	Pakiet 10 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10 pozycje: 1 - 4) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak co najmniej jednego ściągacza (tylnego) nie zapewnia właściwego przylegania pieluch do ciała pacjenta i niesie ryzyko wyciekania zawartości pieluchy u pacjentów leżących.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie jest to wymaganie minimalne.
14	Pakiet 10 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10 pozycje: 1 - 4) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie



	<p>elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.</p>	
15	<p>Pakiet 10 poz. 1-4</p> <p>Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10 pozycje: 1 - 4) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.</p>	<p>NIE, Zamawiający nie wymaga opisanego systemu.</p>
16	<p>Pakiet 10 poz. 5</p> <p>Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 5) wkładki chłonne o chłonności 500g?</p>	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>
17	<p>Pakiet 4, poz. 2:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści długość 12,5cm?</p>	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>
18	<p>Pakiet nr 4, poz. 3:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści nożyczki jałowe? Pozostałe zgodnie z wymogami.</p>	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>
19	<p>Pakiet nr 4, poz. 1-10:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga dla narzędzi opakowania typu dispenser, które umożliwią pojedyncze wyjmowanie narzędzi oraz zabezpiecza pozostałe w opakowaniu narzędzia?</p>	<p>NIE, Zamawiający nie wymaga.</p>
20	<p>Pakiet 8, poz. 1:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozm. M, L, XL i XXL?</p>	<p>TAK, Zamawiający wyraża zgodę.</p>
21	<p>Pakiet 8, poz. 2:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie beretu?</p>	<p>TAK, Zamawiający wyraża zgodę.</p>
22	<p>Pakiet 8, poz. 3:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga zaoferowania prześcieradeł o gramaturze min. 35g/m²?</p>	<p>TAK, Zamawiający wymaga prześcieradeł o gramaturze min. 35g/m²</p>
23	<p>Pakiet 8, poz. 8:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pean 13 cm?</p>	<p>TAK, Zamawiający wyraża zgodę.</p>
24	<p>Pakiet 8, poz. 9:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do zakładania szwów w opakowaniu typu twardy blister z dwiema komorami?</p>	<p>Zamawiający wymaga opakowania typu twardy blister.</p>
25	<p>Pakiet 8, Poz. 10:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do zakładania szwów w opakowaniu typu twardy blister z trzema komorami?</p>	<p>Zamawiający wymaga opakowania typu twardy blister</p>



26	Pakiet 8, Poz. 12: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do usuwania szwów w opakowaniu typu twardy blister z trzema komorami?	Zamawiający wymaga opakowania typu twardy blister
27	Pakiet 10, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z podwójnym czarnym nadrukiem rozptylającym się pod wpływem cieczy oraz żółtym klejowym zmieniającym barwę na zieloną pod wpływem cieczy?	Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.
28	Pakiet 10, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające dwie pary przylepcorzepów bez elementu elastycznego pomiędzy przylepcem a powierzchnią pieluchy?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
29	Pakiet 10, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z osłonkami bocznymi wzdłuż wkładu chłonnego skierowanymi na zewnątrz?	Zamawiający nie określa kierunku osłonek.
30	Pakiet 10, poz. 3-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.	TAK, Zamawiający wymaga.
31	Pakiet 10, poz. 6: Chłonność dla wyrobów medycznych określana jest w jednostkach : gram a norma wg której ta chłonność jest określana to ISO 11948-1. Czy Zamawiający wymaga zatem zaoferowania podkładów o chłonności min. 1500 g wg ISO 11948-1?	TAK, Zamawiający wymaga chłonności min. 1500 g.
32	Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.	Zgodnie z §1 ust. 2 Projektu Umowy – Załącznik nr 4 do SWZ: <i>„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości towaru jednak nie mniej niż 50% wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1.”</i>
33	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odbywały się do godz. 15:00? (dot. §3 ust. 3).	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
34	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podstawą kary umownej była wartość towaru dostarczonego ze zwłoką?	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
35	Dot. Pakietu 11, Formularz cenowy, poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
36	Dot. pakietu nr 11, Formularz cenowy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próżniowej probówki do wirowania moczu o poj. 9,5 – 10,0 ml, stożkowe dno, sterylnej?	TAK, Zamawiający wymaga.



37	<p>Dot. pakietu nr 11, opis asortymentu punkt 3</p> <p>Igła motylkowa na posiew krwi służy do bezpiecznego pobrania krwi do butelki na posiew krwi, następnie, tym samym wkłuciem, do pobrania materiału do badań laboratoryjnych. Jest to jeden z elementów asortymentu do poboru krwi, dlatego powinien pochodzić od tego samego producenta co reszta asortymentu. Czy Zamawiający ma na myśli, że igła motylkowa do posiewu krwi powinna być od tego samego producenta co reszta elementów do poboru krwi?</p>	<p>NIE, igła powinna być kompatybilna z butelką na posiew.</p>																																													
38	<p>Dot. pakietu nr 11, opis asortymentu punkt 3</p> <p>Zamawiający wymaga, aby „na igłach, uchwytach oraz probówkach - logo lub nazwa tego samego systemu lub wytwórcy”. Jeżeli igła jest na stałe połączona z holderem – logo lub nazwa wytwórcy jest umieszczone zbiorczo na opakowaniu jednostkowym zawierającym igłę i holder połączone na stałe. Prosimy o dopuszczenie, w przypadku igły na stałe połączonej z holderem, logo lub nazwy wytwórcy umieszczonego zbiorczo, w jednym miejscu.</p>	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>																																													
39	<p>Dot. pakietu nr 11, opis asortymentu punkt 1</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rodzaje probówek były plastikowe? Aktualnie prawie wszyscy producenci oferują probówki z tworzywa, co uniemożliwia im pękanie po upadku lub rozprysk na drobne elementy jak w przypadku szkła hartowanego oraz uniemożliwia ich uszkodzenie podczas wirowania w laboratorium z dużą siłą odśrodkową.</p>	<p>Zgodnie z opisem pkt 1, Zamawiający wymaga probówek plastikowych.</p>																																													
40	<p>Dot. Pakietu 11, Formularz cenowy:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny „nr katalogowy” w celu uniknięcia niejasności w trakcie realizacji umowy?</p>	<p>TAK, Zamawiający wyraża zgodę.</p>																																													
41	<p>Dot. zapisów umowy § 3 ust. 3</p> <p>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy. Zamawiający składa zamówienia częściowe zgodnie z jego bieżącym zapotrzebowaniem, jednak zapewnia, że będzie starał się kumulować zamówienia tak, aby ich wartość nie była mniejsza niż 200 zł.</p>																																													
42	<p>Pakiet 2, poz. 5-8</p> <p>Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach:</p> <table border="1" data-bbox="178 1442 845 1769"> <thead> <tr> <th>Gauge</th> <th>Kolor</th> <th>Przepływ ml/min</th> <th>Rozmiar mm</th> <th>Długość mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14G</td> <td>Orange</td> <td>270</td> <td>2.10</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>16G</td> <td>Grey</td> <td>200</td> <td>1.80</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>17G</td> <td>White</td> <td>126</td> <td>1.40</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>18G</td> <td>Green</td> <td>85</td> <td>1.30</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>18G</td> <td>Green</td> <td>85</td> <td>1.30</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>20G</td> <td>Pink</td> <td>55</td> <td>1.10</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>22G</td> <td>Blue</td> <td>33</td> <td>0.90</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>24G</td> <td>yellow</td> <td>18</td> <td>0.70</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm	14G	Orange	270	2.10	45	16G	Grey	200	1.80	45	17G	White	126	1.40	45	18G	Green	85	1.30	32	18G	Green	85	1.30	45	20G	Pink	55	1.10	32	22G	Blue	33	0.90	25	24G	yellow	18	0.70	19	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>
Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm																																											
14G	Orange	270	2.10	45																																											
16G	Grey	200	1.80	45																																											
17G	White	126	1.40	45																																											
18G	Green	85	1.30	32																																											
18G	Green	85	1.30	45																																											
20G	Pink	55	1.10	32																																											
22G	Blue	33	0.90	25																																											
24G	yellow	18	0.70	19																																											
43	<p>Pakiet 2, poz. 4</p> <p>Proszę o dopuszczenie kaniuli bez dodatkowego zabezpieczenia metalowym zatraskiem.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że kaniula spełnia wymogi kaniuli bezpiecznej innym mechanizmem.</p>																																													



44	Pakiet 2, poz. 4-8 Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta.	NIE, Zamawiający nie odstępuje od wymogu jednego producenta.
45	Pakiet 2, poz. 4 Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem górnym.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
46	Pakiet 2, poz. 4 Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 18 ml/min.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
47	Pakiet 2, poz. 9 Proszę o dopuszczenie motylków pakowanych po 100 sztuk.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
48	Pakiet nr 3, pozycja nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
49	Pakiet 6 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
50	Pakiet 1, poz. 1-2, 11-15 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,11-15 do osobnego pakietu?	NIE, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1-2, 11-15 do oddzielnego pakietu.
51	Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
52	Pakiet 2, poz. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4 wymaga kaniuli bez portu do dodatkowych wstrzyknień , pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?	Zamawiający wymaga kaniuli bez portu górnego, dopuszczając takie rozwiązanie.
53	Pakiet 2, poz. 4-8 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4-8 dopuści kaniule z blokadą, zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu zakłuciu lub zranieniu; wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego aktywowany w momencie wycofania igły, nakrywający igłę po wyjęciu; bez ftalanów i lateksu; pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
54	Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów wymienionych w zakresie w/w pakietu, wydzieli do oddzielnego zadania przewody do EEG z krokodylkami do elektrod grzybkowych 25 szt dł min. 1,20m?	NIE, Zamawiający nie wydzieli poz. 1 do oddzielnego pakietu.

Wykonała: Anna Żurańska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518