



Szp-241/ZP-055A/656/2023

Wrocław, dn. 19.09.2023 r.

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa stołów, łóżka oraz innych przedmiotów (powtórka)*”

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści regulację -80 do +45 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian**

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 4**

Zamawiający w pkt. 5 opisuje – części blatu regulowane przez sprężyny gazowe – podczas, gdy nie zaznacza ile tych części oraz które elementy mają być ruchome. Prosimy o wskazanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga aby podglówek był częścią ruchomą z regulacją kąta ułożenia wezwłowia**

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację -80 do +45 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian**

**Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści regulację 45 – 95 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi ze względu na niepodanie parametru którego dotyczy zapytanie**

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1**

Dot. Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 370-735mm, co jest parametrem lepszym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian**

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia / Zamówień Publicznych

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych

*Władysława Adamczyk*