

Sochaczew, dnia 18.09.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.31.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na: „**Dostawa odzieży ochronnej jednorazowej dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1 : Zadanie 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy, sterylny, wszystkie rozmiary:

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego mn 35g/m². Gramatura wzmocnienia min 40 g/m². Fartuch zapinany u góry za pomocą tradycyjnego rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją niebieska lamówka. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów. Odporność na przesiąkanie płynów min 145 cm H₂O (wg ISO EN 801:2018). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 140 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 148kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu peel pouch i we włókninę SMS lub papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Do każdego fartucha chirurgicznego dołączone są dwa ręczniki celulozowe. Każdy fartuch musi posiadać min. 2 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną na zewnątrz opakowania jednostkowego. Rozmiary : M- długość fartucha 115 cm, długość rękawa 58 cm, + 20 cm część naramienna; L- długość fartucha 127 cm, długość rękawa 60 + 21 cm część naramienna, XL- długość fartucha 140 cm, długość rękawa 60 cm + 22 cm część naramienna, XXL długość fartucha 155 cm. Pakowane- opakowanie zewnętrzne – folia – papier, wewnętrzne – włóknina lub papier. Wymagana jest karta danych technicznych (po sterylizacji).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy

Pytanie 2 : Zadanie 2 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny Standard , sterylny, wszystkie rozmiary:

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 35g/m². Fartuch zapinany u góry za pomocą tradycyjnego rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją niebieska lamówka. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H₂O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 117 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 132 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu peel pouch i we włókninę SMS lub papier krepowy zabezpieczającą przed



przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Do każdego fartucha chirurgicznego dołączone są dwa ręczniki celulozowe. Każdy fartuch musi posiadać min. 2 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną na zewnątrz opakowania jednostkowego. Rozmiary: M- długość fartucha 115 cm, L- długość fartucha 127 cm, XL- długość fartucha 135 cm lub 145 cm, XXL - długość fartucha 155 cm. Pakowane- opakowanie zewnętrzne folia- papier, wewnętrzne- włóknina lub papier. Wymagana jest karta danych technicznych dla wyrobu medycznego (po sterylizacji).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy

Z poważaniem

