

E.ZP.261.58.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę materiałów medycznych.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik do moczu o pojemności 120 ml, ze skalą co 20 ml i trzema matowymi polami do wpisania danych, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ) wymaga zaoferowania pojemnika do moczu o pojemności 100-120 ml ze skalą co 10 ml. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 2:

pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przedłużacz do podawania tlenu o średnicy zewnętrznej 5 mm i długości 210 cm?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-6 do SWZ) wymaga zaoferowania przedłużacza do podawania tlenu o średnicy zewnętrznej 6,00 mm i długości 2100 mm. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 3 :

pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o pojemności 2L, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-9 do SWZ) wymaga zaoferowania w poz. 3 pojemnika jednorazowego użycia na odpady medyczne o pojemności 2 L. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie w poz. 2 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-9 do SWZ).

Pytanie 4:

pakiet 9, pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemności 5L i 20L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Zamawiający nie określił wymaganej średnicy otworu wrzutowego.

Pytanie 5:

pakiet 9, pozycja 1-5

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby oznakowanie pojemników na odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
- 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
- 6) datę i godzinę zamknięcia

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących oznakowania pojemników na odpady.

Pytanie 6:

pakiet 13, pozycja 1

Prosimy o podanie ilości worków na wymiociny, na które Zamawiający oczekuje oferty w zakresie pakietu nr 13.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-13 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Pytanie 7:

Pakiet nr 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 mm x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie elektrod o proponowanym opisie.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w poz 1 dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 125mm w opakowaniu handlowym 500szt? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie pojemników o proponowanym opisie.

Pytanie 9:

Dotyczy pakietu 10 (p. 1)

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 250 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) wymaga zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu o wielkości max. 30 sztuk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania worków w większych opakowaniach.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do chęci uczestnictwa naszej firmy w powyższym postępowaniu wnioskujemy do Państwa o dokonanie stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez ich wykreślenie lub poprawienie na takie, które bezpośrednio lub pośrednio nie wskazywałyby na jednego producenta lub w sposób zupełnie nieuprawniony ograniczałyby złożenie oferty konkurencyjnej.

Przypominamy Państwu, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w niniejszym postępowaniu jest ewidentnym złamaniem zasad udzielania zamówień publicznych oraz stanowi naruszenie przepisów Ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia określono bowiem w taki sposób, który jednoznacznie narusza przepisy ustawy Pzp, zakazujące formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 16, art. 17 w związku z art. 99 PZP). Zawężono bowiem przedmiot zamówienia do pojemników histopatologicznych pochodzących, a więc wytwarzanych przez jednego producenta – firmę Elektro Med Niepołomice gdyż tylko ten producent spełnia tak niepotrzebnie wyśrubowane warunki opisu przedmiotu zamówienia. Pojemności pojemników histopatologicznych wskazane w pakiecie nr 3 są określone ze wskazaniem na jednego producenta firmę Elektro Med. Zastosowanie niższych pojemności wskazanych przez firmę [.....] prowadzić będzie również do zakładanego efektu umożliwiając nam udział w postępowaniu jednocześnie nie wykluczając konkurencji.

W przypadku braku modyfikacji zapisów, braku dopuszczenia wnioskowanych przez firmę [.....] pojemników konieczne będzie zarzucenie Zamawiającemu naruszenie art. 17 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych oraz następujących przepisów Ustawy PZP:

art. 16 ust. 1 Ustawy - poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

art. 99 ust. 4 - poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję tj. opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie pośrednie na konkretnego producenta firmę Elektro Med.

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie zmian umożliwiających zaoferowanie pojemników histopatologicznych o pojemnościach niżej wskazanych:

Wnioskujemy o dopuszczenie do zaoferowania w Pakiecie 3:

Pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 150 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 200 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 500 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 1000 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 3000 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 5000 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

Pozycja 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 10000 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med

Na koniec pragniemy przypomnieć, iż Zamawiający przygotowując postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego powinien opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców.

Ustawodawca pozostawiając Zamawiającemu możliwość sprecyzowania przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany charakter, zobowiązał go jednocześnie do uwzględnienia fundamentalnych zasad, które zostały przewidziane w przepisach (art. 99 ust 1 , 2 , 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp”.

Należy zatem wskazać, że z dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Natomiast z brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp wynika zakaz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.

Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 16 ustawy Pzp.

Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku (zob. wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., II Ca 693/5).

Z naruszeniem dyspozycji art. 99 ustawy Pzp będziemy mieć zatem do czynienia tylko w okolicznościach, gdy wskazany w specyfikacji opis przedmiotu zamówienia będzie faworyzował wyłącznie jednego wykonawcę lub produkt kosztem wszystkich pozostałych zdolnych do zaspokojenia potrzeb zamawiającego. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez [.....] pojemniki histopatologiczne dają ten sam efekt w stosunku do ponoszonych w przyszłości kosztów.

Granicę swobody zamawiającego w tym zakresie stanowi sformułowanie przez zamawiającego takich wymogów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ponadto, należy wskazać, iż nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego - wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

Analizując opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 3 niniejszego postępowania przetargowego nie sposób nie zauważyć sformułowań, które wskazują na konkretnego producenta – Elektro Med.: tj. nietypowe pojemności. Żądamy dokonania wyżej wspomnianych zmian umożliwiających oferowanie sprzętu równoważnego innych producentów niżeli w/w marki Elektro Med.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie dla pozycji 3-6.

Pytanie 11:

pakiet 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) wymaga zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu w opakowaniach max. 30 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 10 sztuk spełnia wskazany wymóg.

Zamawiający, zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za sztukę (1 worek).

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający określił sposób obliczenia ceny w pkt 14 SWZ i podtrzymuje ten zapis.

Pytanie 13:

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Pakiet 3 pozycje 1-6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 4.5.1 i pkt 9 SWZ oraz § 1 ust. 2 Projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Pytanie 15:

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz za op. a'90 sztuk z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 153 opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ), wymaga zaoferowania pojemników do moczu pakowanych w opakowania max. 100 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 90 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 16:

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu, sterylny o średnicy zewnętrznej 4,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 17:

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 18:

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ), wymaga zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych w opakowania max. 30 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 10 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 19:

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ), wymaga zaoferowania wieszaków jednorazowych do worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych w opakowania max. 50 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 50 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 20:

Zadanie 11, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści za op.a'120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ), wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia pakowanego w opakowania max. 120 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 120 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 21:

Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ), wymaga zaoferowania kaczek męskich pakowanych w opakowania max. 120 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 100 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 22:

Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści za op.a'300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ), wymaga zaoferowania misek nerkowatych pakowanych w opakowania max. 300 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 300 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-11 do SWZ) oraz pkt 14.2 SWZ, wymaga podania ceny jednostkowej netto w zł za 1 sztukę.

Pytanie 23:

Zadanie 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-12 do SWZ), wymaga zaoferowania elektrod pakowanych w opakowania max. 50 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 50 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Pytanie 24:

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk wymaga do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-13 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Pytanie 25:

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-13 do SWZ), wymaga zaoferowania worków pakowanych w opakowania max. 50 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 20 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Pytanie 26:

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-14 do SWZ), wymaga zaoferowania szczoteczek pakowanych w opakowania max. 100 sztuk. Proponowane opakowanie o wielkości 50 sztuk spełnia powyższy wymóg Zamawiającego.

Pytanie 27:

Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści sterylny przedłużacz tlenowy o średnicy zewnętrznej 5,5mm, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 28:

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 250 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ), wymaga zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych w opakowania max. 30 sztuk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu w większych opakowaniach.

Pytanie 29:

Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 500 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ), wymaga zaoferowania wieszaków do worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych w opakowania max. 50 sztuk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wieszaków do worków do dobowej zbiórki moczu w większych opakowaniach.

Pytanie 30:

Pakiet nr 13, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek na wymiociny wykonany z przejrzystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby (w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz, pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, możliwość zaoferowania worków na wymiociny wykonanych z przejrzystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby (w tym krwi), skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz, pakowany po 50 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania worków na wymiociny o pojemności 1500 ml.

Zamawiający zmodyfikował Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-13 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Pytanie 31:

Pakiet 1 pozycja 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy), zgłoszenia/powiadomienia do URPLW MiPB (jeżeli dotyczy), oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w pkt 9 SWZ wymagane przedmiotowe środki dowodowe.

Pytanie 32:

Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów, zaakceptowanych przez Producenta urządzeń będących na wyposażeniu szpitala –Drägerwerk AG & Co. KGaA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ), tj. opisanego obwodu oddechowego z workiem + rury dodatkowej kompatybilnych z urządzeniem, do którego są przeznaczone.

Pytanie 33:

Pakiet 2 pozycja 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy), zgłoszenia/powiadomienia do URPLW MiPB (jeżeli dotyczy), oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w pkt 9 SWZ wymagane przedmiotowe środki dowodowe.

Pytanie 34:

Pakiet 2 pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów, zaakceptowanych przez Producenta urządzeń będących na wyposażeniu szpitala –Drägerwerk AG & Co. KGaA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ), tj. jednorazowych zestawów wentylacyjnych kompatybilnych z urządzeniem, do którego są przeznaczone.

Pytanie 35:

Pakiet 7 pozycja 1-2:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy), zgłoszenia/powiadomienia do URPLW MiPB (jeżeli dotyczy), oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w pkt 9 SWZ wymagane przedmiotowe środki dowodowe.

Pytanie 36:

Pakiet 7 pozycja 1-2:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów, zaakceptowanych przez Producenta urządzeń będących na wyposażeniu szpitala –Drägerwerk AG & Co. KGaA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ), tj. jednorazowych układów oddechowych kompatybilnych z urządzeniami, do których są przeznaczone.

Pytanie 37:

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy

§ 6 ust. 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury z 60 dni do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności.

Zamawiający zmodyfikował zapis § 6 ust. 2 i 3 Projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

Pytanie 38:

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy

§ 8 ust. 1 i 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5 % do 0,2 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie 39:

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy

§ 8 ust. 4

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20 % do 10 %?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie 40:

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy o stałej długości 240 cm + dodatkowa rura do worka o stałej długości 160 cm, łącznik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 41:

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy rozciągliwy o regulowanej długości w zakresie 66 cm – 200 cm + dodatkowa rura do worka o regulowanej długości w zakresie 50 cm – 150 cm, , łącznik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 42:

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne elektrody o wymiarach 36 x 40 mm? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 43:

Zadanie nr 1 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Jednorazowy obwód oddechowy z workiem oddechowym 2l + dodatkowa rura stała o dł. 1,5m - 1,8m lub rozciągliwa, gdzie minimalna dł. bez rozciągania to 90cm, a maksymalna długość po rozciągnięciu znajduje się w zakresie 150cm-300cm , kolanko z łącznikiem Y z portem CO2, czyste biologicznie dla dorosłych do wentylacji mechanicznej aparatem do znieczulania Primus Ie i Fabius Tiro,„ **Produktu o poniższych parametrach: „Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czyste biologicznie dla dorosłych do wentylacji mechanicznej kompatybilne z aparatem do znieczulania Primus Ie i Fabius Tiro.”**



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 44:

Zadanie nr 2 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Jednorazowe zestawy wentylacyjne czyste biologicznie dla dorosłych do respiratora transportowego Oxylog 3000 Plus, długość 3m,„ **Produktu o poniższych parametrach: „Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 90-300 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z nasadką zabezpieczającą, układ mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm, czas stosowania do 7 dni. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”**



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 45:

Zadanie nr 10 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowy, poj. 2000 ml, z zastawką antyzwrotną, z zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) obsługiwany jedną ręką, z drenem o długości 90 cm odpornym na skręcanie i załamywanie, dokładność pomiaru co 100 ml . Worki pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków Opakowanie max. 30 szt., Produktu o poniższych parametrach: „Sterylny, zamknięty system odprowadzania moczu o całkowitej objętości 2000ml. Zawiera port do pobierania próbek z przyłączem wentylacyjnym, który umożliwi pobranie próbki moczu za pomocą strzykawki z końcówką Luer-Lock. Komorę bezpieczeństwa (komorę kroplową Pasteura) z zaworem zwrotnym, która zapobiega przeniesieniu się zarazków z worka do drenu łączącego w kierunku pacjenta. Dren łączący o długości 120 cm, z zaciskiem (do obsługi jedną ręką) oraz zaczepem do mocowania, filtr bakteryjno-wentylacyjny wbudowany w ścianę worka, dolny wylot z zaciskiem, możliwość zamocowania w specjalnym uchwycie na rurkę na przedniej ścianie worka. Możliwość zawieszenia worka na wieszaku/haczyku, pasek do mocowania. Opakowanie max 20 szt.”




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 46:

Zadanie nr 12 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Elektroda jednorazowa, niesterylna, dla dorosłych, do badań EKG i monitoringu, wymiary elektrody 45x42mm lub 45x43mm albo o średnicy 43mm do 50mm z żelam stałym umieszczonym w wycięciu z centralnie umieszczonym snapem na podłożu z pianki polietylenowej. Opakowanie max 50 szt., **Produktu o poniższych parametrach:** „Jednorazowe elektrody EKG dla dorosłych do monitorowania podczas RTG i MRI. Materiał nośny elektrody: pianka z medycznym klejem akrylowym (40g/m²) ze zwiększoną przyczepnością, Zatrząsk do podłączenia: węglowy, Nit czujnika: węglowy z powłoką Ag/AgCl. Elektroda okrągła o średnicy 40 mm, powierzchnia całkowita 12,6 cm². Powierzchnia żeluz 2,0 cm², powierzchnia klejąca 11,7 cm². Elektroda testowana na biokompatybilność zgodnie z normą ISO-10993. Nie zawiera lateksu, bez PCV. Rodzaj żeluz: żeluz stały. Osłona: silikonizowany PET. Pakowane w opakowaniu papierowym po 30 szt.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 47:

Zadanie nr 13 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Worek jednorazowego użytku, niesterylny na wymiociny, posiadający plastikowy otwór wlotowy bezpiecznie zamykany po użyciu, przezroczysty o pojemności całkowitej 2000ml ze skalą pomiarową co 100ml, nie zawiera lateksu. Opakowanie max. 50szt., **Produktu o poniższych parametrach:** „Worek na wymiociny z samoprzylepnym paskiem zamykającym. Instrukcja użycia, w formie obrazków, na zewnętrznej części worka. Wchłania ponad 400 ml płynu.”




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 48:

Zadanie nr 14 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość ok. 18cm, długość części czyszczącej ok. 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo. Opakowanie max.100 szt.,” **Produktu o poniższych parametrach:** „Zestaw składający się z dwóch osobnych produktów: Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. + Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka w postaci łącznika schodkowego. Pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.”




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 49:

Zadanie nr 14 Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość ok. 18cm, długość części czyszczącej ok. 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo. Opakowanie max.100 szt.,” **Produktu o poniższych parametrach:** „Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwającego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu..”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 50:

Pakiet 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego z łącznikiem Y bez portu kapno. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 51:

Pakiet 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, gdzie dodatkowa rura jest rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 52:

Pakiet 1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynosiła 6,2 stopnia C /1m przy przepływie 4 l/min, co wspiera zapobieganie wystąpieniu hipotermii u pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ), nie określił wymagań dotyczących wydajności ogrzania powietrza. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 53:

Pakiet 1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby waga układu bez akcesoriów wynosiła max 170g co zmniejsza naprężenia na układzie i ogranicza obciążenie rurki intubacyjnej, tym samym minimalizując ryzyko przemieszczania rurki oraz występowania odleżyn?

Odpowiedź:

Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ), nie określił wymagań dotyczących wagi obwodu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 54:

Pakiet 10. Poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie zaferowania wieszaków do worków w opakowaniach zbiorczych max po 250szt. Opakowanie zbiorcze nie ma wpływu na walory użytkowe w/w produktu, a w formularzu cenowym oczekiwane jest podanie ceny za 1szt produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) wymaga zaferowania worków do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu o wielkości max. 30 sztuk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania worków w większych opakowaniach.

Pytanie 55:

Pakiet 14.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Opakowanie: 100 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 56:

Pakiet 14.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana szczoteczka do zębów posiadała trzy otwory ssące? Wyjaśniamy, iż zastosowanie trzech otworów wpływa na wydajność odsysania, umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej oraz minimalizuje ryzyko zatkania otworów ssących.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 57:

Pytanie do załącznika nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia do pozycji 13 oraz 14 w pakiecie 16 dot. metody sterylizacji ponieważ producent – firma Medela, zgodnie z instrukcją, nie przewiduje takiej możliwości. Jedyną formą dekontaminacji jest dezynfekcja, także w maszynie myjąco-dezynfekującej - maksymalnie do 100°C.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść oświadczenia Wykonawcy dotyczącego warunków dekontaminacji (załącznik nr 3 do SWZ) – Modyfikacja z dnia 02.01.2024 r.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.