



Łódź, dnia 26 marca 2024r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na **dostawę zespołu aparatury naukowej do wytworzenia i charakterystyki Bio-Druku 3D - FO-Z/ŁIT/5/2024.**

**Odpowiedzi  
na pytania wykonawców**

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana biodrukarka 3D posiadała przycisk bezpieczeństwa na obudowie, pozwalający na podniesienie przedniej szyby w sytuacji awaryjnej?

**Ad. 1.**

Tak. Zamawiający wymaga aby zaoferowana biodrukarka 3D posiadała przycisk bezpieczeństwa na obudowie, pozwalający na podniesienie przedniej szyby w sytuacji awaryjnej.

**Pytanie nr 2 do specyfikacji technicznej biodrukarki 3D**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana biodrukarka 3D posiadała opcję druku koaksjalnego oraz aby wraz z urządzeniem dostarczony został zestaw umożliwiający druk koaksjalny, zawierający standardową dyszę 16G-12G.

**Ad. 2.**

Zamawiający wymaga by zaoferowana biodrukarka posiadała funkcję druku koaksjalnego oraz aby wraz z urządzeniem dostarczony został zestaw umożliwiający druk koaksjalny, zawierający standardową dyszę 16G-12G.

**Pytanie nr 3 do specyfikacji technicznej biodrukarki 3D**

Czy mając na uwadze będący w opisie specyfikacji technicznej biodrukarki 3D laptop i monitor, Zamawiający dopuści następujący laptop i monitor:

Laptop:

Procesor Intel I5 12 generacji IRIS Xe

Pamięć RAM 16GB RAM

Dysk SSD 512 GB

Ekran 15,6 cala 1920x1080 pikseli

System operacyjny Windows 11

Oprogramowanie

Monitor:

Ekran 27 cali

matryca ISP

rozdzielczość 2560x1440

**Ad. 3.**

Laptop Intel Core™ i5-1335U 13 generacji lub równoważny według testu Passmark CPU Mark z dnia 19.01.2024r. (wynik testu znajdują w treści Arkusza asortymentowo-cenowego), Pamięć RAM 16GB RAM, Dysk SSD 512 GB, Ekran 15,6 cala 1920x1080 pikseli, System operacyjny Win 11 Profesional, Stacja dokująca odpowiednia do zaoferowanego laptopa, Oprogramowanie, Monitor: Ekran 27 cali, matryca ISP, rozdzielczość 2560x1440. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 4 do SWZ**

W SWZ w punkcie 7.2.4. Zamawiający wskazał jako warunek udziału w postępowaniu spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej dostawy dla części nr 1 – biodrunkarka 3D o wartości min. 500 000 zł netto. W związku z faktem, że nasza firma współpracuje z producentem biodrunkarek, którego urządzenie chcielibyśmy zaoferować, dopiero od początku bieżącego roku, nie mieliśmy jeszcze okazji aby zrealizować dostawy różnych modeli biodrunkarek, dlatego w tym momencie możemy wykazać tylko dostawę na kwotę 386 000 zł netto. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający może obniżyć wartość wymaganego dowodu dostawy dla części nr 1 – biodrunkarka 3D co najmniej do wartości 386 000 zł netto lub odstąpić od podanego warunku dotyczącego zdolności technicznej dla części 1 postępowania?

**Ad. 4.**

**Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymagań w tym zakresie do kwoty 380 000 zł. netto**

**Pytanie nr 5 dotyczące § 7 ust 8 Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20%?

**Ad. 5.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.**

**Pytanie nr 6 dotyczące § 9 ust 3 Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust 3 Wzoru umowy z następującego:

„3. Wykonawca usunie awarie / usterki /wady w terminie do 21 dni roboczych od uznania reklamacji w każdym przypadku przeprowadzenia naprawy na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 21 dni roboczych.”

na następujący:

3. Wykonawca usunie awarie / usterki /wady w terminie do 21 dni roboczych od uznania reklamacji w każdym przypadku przeprowadzenia naprawy na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 21 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.

**Ad. 6.**

**Zamawiający wyraża zgody na postulowaną zmianę i dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie.**

Ponadto Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania jak i otwarcia ofert. Nowe terminy ustala się następująco:

- a) Nowy termin składania ofert - 9 kwietnia 2024r. do godz. 09:30
- b) Nowy termin otwarcia ofert - 9 kwietnia 2024r. godz. 10:00.

W załączeniu:

1. Zał. Nr 1 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy po modyfikacji
2. SWZ po modyfikacji terminów
3. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu