

Nr sprawy D25M/251/N/17-37rj/20

Gdynia, dnia 22.07.2020

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: aparatu USG i ramienia C na potrzeby SOR w ramach Projektu pn.: ”Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy Pakietu nr 1 aparat USG, punkt 4. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze aparatu 75 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat USG o wadze aparatu 75 kg.
2. Dotyczy Pakietu nr 1 aparat USG, punkt 27. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o Frame Rate 1000 Hz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparatu USG o Frame Rate 1000Hz.

Wykonawca winien nanieść stosowną adnotację w załączniku nr 4 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych, iż zaoferowano produkt dopuszczony niniejszym pismem.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu