

Znak sprawy Adm 9A/2020

Gdańsk, dnia 02.09.2020 r.

L.dz. Adm. 9A/2020 / 6557 /2020

*Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*

**W odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego na dostawę rękawic medycznych – znak sprawy Adm 9A/2020.**

l.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Pakiet nr 1 Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11 mm – 0,12 mm, na dłoni 0,07 – 0,08 mm, AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazoli oraz MBT. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
2.	W przypadku wyrażenia zgody na dopuszczenie powyższych rękawic – prosimy o informację czy w związku z obecnie panującą trudną sytuacją na rynku, wywołaną epidemią COVID 19, wyrażą Państwo zgodę na dostawę w zakresie Pakietu nr 1 w okresie ok. 2 miesięcy rękawic w kategorii I w miejsce kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Diagnostyczna nitrylowa dopuszczona do kontaktu z żywnością.	Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę rękawic kategorii I w miejsce kategorii III w okresie pierwszych dwóch miesięcy realizacji umowy.

Wykonała: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku