

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku  
zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne,  
które nie przekracza 130 tys. złotych netto na.:

**„Dostawa sprzętu dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku”**

**I. Zamawiający**

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku  
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek  
NIP: 888-26-92-150, REGON: 911266951

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

**III. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z podziałem na trzy części:

Część 1. Treningi/symulatory badania

Część 2. Przyrządy i urządzenia dydaktyczne

Część 3. Wideolaryngoskop z paszportem technicznym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymagań co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych:

**część 1. Treningi/symulatory badania**

<b>1. Trening – ręka do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną BT-CEAB2 lub równoważny spełniający poniższe wymagania – 1 szt.</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trening ramienia lewego dorosłego człowieka przeznaczony do nauki pomiaru ciśnienia</li> <li>• ramię jest częścią zestawu, który zawiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ramię do celów edukacyjnych przypominające ramię dorosłego człowieka</li> <li>b) mankiet do pomiaru</li> <li>c) podstawę ramienia,</li> <li>d) zasilacz</li> <li>e) pojemnik na baterie</li> <li>f) tablet z zainstalowanym oprogramowaniem oraz etui, spełniający poniższe wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>-ekran min. 10 cali</li> <li>-min. 4 GB RAM</li> <li>-System Android</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-obsługa Bluetooth 5.0</li> <li>-obsługa WiFi 802.11 ac</li> <li>-złącze kart pamięci</li> <li>-pojemność baterii co najmniej 5000 mAh</li> <li>-ładowarka sieciowa</li> <li>-kabel USB</li> <li>-etui</li> <li>• funkcja osłuchiwania tonów Korotkowa (5 tonów)</li> <li>• model ramienia powinien umożliwić prowadzenia różnych metod praktyki pomiaru ciśnienia</li> <li>• wybór metody pomiaru: palpacyjna/osłuchowo-palpacyjna/osłuchowa</li> <li>• możliwe jest badanie palpacyjne tętna na tętnicy promieniowej i ramiennej, pomiar ciśnienia skurczowego i ciśnienia rozkurczowego</li> <li>• dostępne ustawienie tętna/ ciśnienia skurczowego/ rozkurczowego</li> <li>• oprogramowanie trenera w j. polskim, zainstalowane na tablecie, które umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wyświetlanie w czasie rzeczywistym wykresu przedstawiającego zmianę ciśnienia mankietu oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym</li> <li>b)ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego</li> <li>c) ustawienie tętna</li> <li>d)włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej</li> <li>e) pracę w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym</li> <li>f) możliwość oceny poprawności przeprowadzenia pomiaru ciśnienia</li> </ul> </li> <li>• możliwość sterowania ramieniem za pomocą urządzenia z ekranem dotykowym z zainstalowaną dedykowaną aplikacją</li> <li>• bezprzewodowa komunikacja Bluetooth lub WiFi</li> <li>• zasilanie: użytkownik może wybrać zasilanie sieciowe lub akumulator</li> <li>• opakowanie: dedykowany futerał lub walizka</li> <li>• gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>
<b>2. Symulator badania prostaty Life/form lub równoważny spełniający poniższe wymagania – 1szt</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• symulator odwzorowujący męską miednicę razem z jądrami i penisem</li> <li>• symulator wyposażony: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) część miednicową</li> <li>b)w wymienne modele gruczołu krokowego symulujące różne stany prostaty ( gruczolak łagodny, wczesny okres raka prostaty, zaawansowany rak gruczołu krokowego, rozlany rak gruczołu krokowego)</li> <li>c)środek smarujący lub lubrykant do badań</li> </ul> </li> <li>• gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>
<b>3. Cyfrowy symulator/trener do nauki badania oka AR 403 lub równoważny spełniający poniższe wymagania -1 szt.</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• symulator odwzorowujący ludzką głowę z gałkami ocznymi</li> <li>• symulator zawiera co najmniej 35 różnych schorzeń oczu</li> <li>• symulator wyposażony w cyfrowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości</li> <li>• model przystosowany do badania dna oka z użyciem dowolnego oftalmoskopu</li> <li>• cyfrowe sterowanie stanami oka</li> <li>• możliwość zasilania poprzez akumulator i z sieci</li> <li>• Opakowanie: walizka lub futerał do przechowywania symulatora</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>na wyposażeniu symulatora: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zasilacz</li> </ul> </li> <li>gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>
<b>4. Cyfrowy trener do nauki badania ucha AR 402 lub równoważny spełniający poniższe wymagania – 1szt</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>symulator odwzorujący ludzką głowę z uszami wyposażonymi w miękką, elastyczną i realistyczną małżowinę uszną i przewód słuchowy</li> <li>symulator wyposażony w cyfrowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości</li> <li>cyfrowe sterowanie stanami ucha</li> <li>co najmniej 46 powszechnych i rzadziej spotykanych stanów ucha</li> <li>na wyposażeniu symulatora zasilacz</li> <li>opakowanie: walizka lub futerał do przechowywania symulatora</li> <li>gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>

## część 2. Przyrządy i urządzenia dydaktyczne

<b>1. Zestaw metalowych goniometrów Baseline lub równoważny spełniający poniższe wymagania -1 szt.</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zestaw zawiera co najmniej 6 metalowych goniometrów, w tym przynajmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 3 x metalowy goniometr 180° ( w różnych rozmiarach: 6", 8". 14")</li> <li>b) 1 x metalowy goniometr - 360° ( rozmiar 14"),</li> <li>c) 1 x goniometr przeznaczony do przeprowadzania rentgena – 180° (rozmiar 8"),</li> <li>d) 1x goniometr metalowy palcowy (rozmiar 6")</li> </ul> </li> <li>opakowanie: walizka/ futerał do przechowywania goniometrów</li> <li>gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>
<b>2. Okulary symulujące wady wzroku - 1 zestaw</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>na zestaw składa się 6 par okularów symulujących różne wady wzroku (retinopatia barwnikowa, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, uszkodzenia siatkówki z ubytkami pola widzenia, połowicza ślepota, zanik nerwu wzrokowego, zaćma)</li> <li>Opakowanie: etui, futerał lub walizka do przechowywania okularów</li> <li>gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>
<b>3. Symulowany glukometr Mini Gluco lub równoważny spełniający poniższe wymagania – 1szt.</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>symulowany glukometr inspirowany prawdziwym glukometrem</li> <li>kompatybilność z symulatorami, fantomami i trenerami niskiej, średniej i wysokiej wierności lub z symulowanym/ standaryzowanym pacjentem</li> <li>kompatybilność z ważnymi i przeterminowanymi lancetami</li> <li>możliwość używania ze sztuczną lub prawdziwą krwią albo bez płynu</li> <li>możliwość pomiaru w mmol/L i/lub mg/dl</li> <li>działa na Windows, Mac, Android, iPhone, Tablety i iPad</li> <li>sterowanie przez Bluetooth przy użyciu bezpłatnej aplikacji kompatybilnej z symulowanym glukometrem</li> <li>zasilanie: akumulator litowo-jonowy (co najmniej 4-godziny pracy na akumulatorze)</li> <li>w zestawie z symulowanym glukometrem: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ładowarka,</li> </ul> </li> <li>gwarancja minimum 24 miesiące</li> </ul>

### **część 3. Wideolaryngoskop z paszportem technicznym**

<b>1. Wideolaryngoskop UltraVision AVL2 lub równoważny spełniający poniższe wymagania -1 szt.</b>	
<b>Wymagane parametry i funkcjonalność</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• urządzenie przenośne</li><li>• wyświetlacz: kolorowy co najmniej 3,5 cala</li><li>• kamera: co najmniej 2 mega piksele</li><li>• technologia zapobiegająca parowaniu kamery</li><li>• możliwość zapisywania zdjęć i filmów</li><li>• możliwość przesyłania zarejestrowanych filmów i zdjęć za pomocą kabla USB</li><li>• źródło światła: LED</li><li>• ładowalna bateria litowa</li><li>• czas działania na baterii: co najmniej 2 godz.</li><li>• możliwość używania łyżek jednorazowych dla różnych grup wiekowych</li><li>• na wyposażeniu:<ul style="list-style-type: none"><li>a) ładowarka USB</li><li>b) zestaw łyżek jednorazowych dla różnych grup wiekowych ( dzieci, dorośli, trudna intubacja)</li></ul></li><li>• opakowanie: futerał lub walizka</li><li>• paszport techniczny</li><li>• gwarancja minimum 24 miesiące</li></ul>

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad, nieobciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.
3. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy również:
  - 1) szczegółową instrukcję obsługi i konserwacji dla dostarczonego sprzętu, w języku polskim,
  - 2) certyfikaty jakości, licencje.

#### **IV. Wymagania Zamawiającego:**

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt i ryzyko do obiektu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przy Obrońców Wisły 1920 r. 21/25.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą towaru w szczególności z jego transportem.
3. Zaleca się, aby dostarczony towar zapakowany był w opakowaniach uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu.
4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości.
6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę.

#### **V. Oczekiwania od oferentów:**

1. Wykonawca składa ofertę sporządzoną w języku polskim dla całości wykonania wybranej części przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1) wraz z Parametrami oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik 1a).

2. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty pełnomocnictwa.
4. Oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak np. koszty dostawy, wniesienie itp.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część przedmiotu zamówienia..
6. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **VI. Sposób wyboru Wykonawcy:**

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania oraz przedstawiającą najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia.
2. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, PANS we Włocławku może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na ich treść, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na Platformie Zakupowej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę poprzez Platformę Zakupową.
5. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację dostawy objętej zapytaniem.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy / realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

#### **VII. Termin złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia **26.07.2024 r.** do godziny **12.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

#### **VIII. Wymagany termin wykonania zamówienia:**

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia **30.09.2024 r.**

#### **IX. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku), ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, tel: 54 2314352, e-mail: [kancelaria@pans.wloclawek.pl](mailto:kancelaria@pans.wloclawek.pl)
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku: e-mail: [iod@pans.wloclawek.pl](mailto:iod@pans.wloclawek.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przedmiotowe zadanie (**znak sprawy G.231.232.2024**)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmiotu, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Administrator danych dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając oferty zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

## **X. Wykluczenia z postępowania**

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), tj. Wykonawcę:

1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Kierownik  
DZIAŁU GOSPODARCZEGO

*Mgr Tomasz Kruszewski*

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1A – Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.