

Sprawa ZP/06/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „ Zakup i dostawy materiałów medycznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00063246/01 z dnia 24.01.2024 r.


Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Zadanie 7

1. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz obwodu o następując parametrach:

- gładki wewnątrznie PCV, karbowany na zewnątrz
- łącznik podwójnie obrotowy,
- port do odsysania z PCV elastyczny, port do bronchoskopii
- złącza 22mmF-22mmM/15mmF
- długość 15 cm.
- sterylny
- zalecane stosowanie: do podłączenia rurki dotchawiczej z filtrem oddechowym lub obwodu oddechowego



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy dla dorosłych składający się z 2 rur karbowanych o dł 160 cm wykonanych z PE i EVA, z dodatkową rurą o dł 80 cm, trójnik z dwoma portami, 2 litrowy lezlateksowy worek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych o zmiennej długości – po rozciągnięciu 150 cm, dodatkowa rura po rozciągnięciu 90 cm, z trójnik Y z dwoma portami, z 1 litrowym bezlateksowym workiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

4. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy dla dorosłych składający się z 2 rur karbowanych o stałej dł. 180 cm, posiadający trójnik z 2 portami - odłączalny o rur, kolanko z portem CO2, czysty mikrobiologicznie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5

5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy dla dorosłych składający się z 2 rur rozciągliwych do dł. 200cm, kolanko z portem CO2, sterylny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowie Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumiec