



WSSz -NZZ – 793 / 23

Łódź, dnia 30. 10. 2023 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na relokację i instalację aparatu angiokardiograficznego Artis Zee Floor,
sprawa ZP 49/23**

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Pytanie dot. SWZ, rozdział II, Wymagania stawiane wykonawcy, część 1, pkt 3, ppkt 22** Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przeglądu tylko angiografu czy również: wstrzykiwacza kontrastu, kolumny gazów medycznych, UPSa?

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga przeglądu angiografu, kolumny gazów medycznych, UPSa. W przypadku wstrzykiwacza kontrastu Zamawiający wymaga montażu i integracji.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
mgr **David Budny, MBA**

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr **Robert Lipiński**