

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa wieży laparoskopowej do Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.04.2022r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

Dotyczy załącznika do formularza ofertowego:

PYTANIE 1

Punkt 25

Czy Zamawiający dopuści równoważne urządzenie z możliwością automatycznego włączenia źródła światła razem z kamerą poprzez listwę zasilającą?

ODPOWIEDŹ 1

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

PYTANIE 2

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne bez wskaźnika stanu lampy, ale z żywotnością lampy do 30 000 godzin?

ODPOWIEDŹ 2

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

PYTANIE 3

Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programowalnymi przyciskami funkcyjnymi, które zapewniają zaprogramowanie 4 funkcji, co zapewni lepszą funkcjonalność niż 3 funkcje?

ODPOWIEDŹ 3

Tak. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

PYTANIE 4

Punkt 36

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie pokrętkami zamiast przycisków? To rozwiązanie również umożliwi obsługę zoomu i ostrości jedną ręką.

ODPOWIEDŹ 4

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

PYTANIE 5

Punkt 48

Czy Zamawiający dopuszcza w równoważnym rozwiązaniu kamera+optyka+światłowód dwa przewody: światłowód oraz przewód transmisyjny w kamerze? Dopuszczając kamerę z optyką i światłowodem nie istnieje inne rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ 5

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

PYTANIE 6

Punkt 53

Czy Zamawiający ma na myśli przepływ dwutlenku węgla minimalny 40l/min, co sugerowałoby brak różnych trybów przepływu, czego wymaga w specyfikacji Zamawiający?

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający miał na myśli maksymalny przepływ CO₂ i ma być on równy lub większy od 40l/min.

PYTANIE 7

Punkt 54

Czy Zamawiający dopuści system dwustopniowej funkcji oddymiania: automatycznej i ręcznej, bez opóźniania automatycznego oddymiania?

ODPOWIEDŹ 7

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.