



WSzSL.FZ.381./32/24/227/2024r.

Legnica 16.05.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO**

znak sprawy: WSzSL/FZ-32/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Ad1.Kozetka lekarska o poniższych parametrach:

- Całkowita długość 1900 ± 15 mm ?
- Całkowita szerokość 550 ± 15 mm ?
- Całkowita wysokość 550 ± 15 mm ?
- Kątowa regulacja segmentu zagłówka, + 45° do - 30° (± 5°) ?
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie, 180 kg ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

Pytanie 2

Ad.1 Kozetka lekarska o poniższych parametrach:

- Całkowita szerokość, 550 mm
- Całkowita długość, 1880 mm
- Całkowita wysokość, 510 mm
- Kąt nachylenia wezłowania, +/- 40°
- Masa stołu, 27 kg

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

Pytanie 3

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada stojak na kroplówki z możliwością montażu z prawej lub lewej strony fotela bez konieczności użycia narzędzi, zamiast bardzo łatwego i szybkiego przemieszczenia z jednej strony fotela na drugą?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 4

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada koszyk na podręczne rzeczy pacjenta zlokalizowany w segmencie oparcia pleców zamiast na podstawie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**



Pytanie 5

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada elektrycznie regulowaną wysokość w zakresie od 530 do 970 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż jest to parametr punktowany.**

Pytanie 6

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada elektrycznie regulowany segment nożny w zakresie  $-15^{\circ}$  do  $30^{\circ}$ ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 7

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada dopuszczalne obciążenie 180 kg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 8

**Dotyczy części nr 9**

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulowaną elektrycznie wysokością od 600-850mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 9

**Dotyczy części nr 9**

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulowaną elektrycznie wysokością od 570-770mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 10

**dotyczy części 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 3 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalonym automatycznie, dla mankietów na podudzie/łydkę i łydkę-udo wynosi: 48 sekund w cyklu minutowym. W cyklu minutowym obie kończyny są uciśnięte po jednym razie. Dla mankietów na stopę czas trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalony jest automatycznie i wynosi 27 sekund

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

Pytanie 11

**dotyczy części 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 4 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalonym automatycznie, dla mankietów na podudzie/łydkę i łydkę-udo wynosi: 48 sekund



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 12**  
**dotyczy części 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 6 Czasem trwania cyklu kompresji na stopę – 3 sekundy

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 13**  
**dotyczy części 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 7 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy wynosi 27 sekund

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 14**  
**dotyczy części 5**

Ad. 8 Zamawiający określając „Urządzenie z akcesoriami niezbędnymi do pracy” nie podał ilości mankietów jakie mają być dostarczone z urządzeniem Zwracamy się z prośbą o określenie ilości wymaganych mankietów na stopę, łydkę i udo z podudziem.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga po jednej parze mankietów.**

### **Dotyczy części 2 – Tabela A**

**Pytanie 15**

**Poz.1** - Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego)),

- leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),

- krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 16**

**Poz.2** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 17**

**Poz.6-7** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 18**

**Poz.11** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m<sup>2</sup>/h, mg/m<sup>2</sup>/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 19**

**Poz.13** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

- nazwy leku,
- stężenia(koncentracja)
- szybkość infuzji



- informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
- dawki,
- prędkości przepływu infuzji,
- nazwy oddziału,
- aktualnego ciśnienia w formie graficznej
- stan naładowania akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 20

**Poz.14** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podania

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 21

**Poz.17** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 22

**Poz. 21** - Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania ciśnienia okluzji w zakresie 50–750 mmHg. (co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg / co 50 mmHg w zakresie 250–750 mmHg)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 23

**Poz.22** - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 24

**Poz.24** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę o wysokości 13,5 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 25

**Poz.25** - Czy Zamawiający dopuści możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:

- zatraskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania,
- alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,
- pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,
- automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
- automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
- świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm,
- informacja o zatrzymaniu infuzji jako napis STOP na wyświetlaczu i zatrzymanie migających diod informujących m.in. o trwającej infuzji.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**



**Pytanie 26**

**Poz.30** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 27**

**Poz.33-34** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z czasem pracy z akumulatora pow. 8 h przy 25 ml/h, z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h?


**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 28**

**Poz.36** - Czy Zamawiający dopuści onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych o następujących parametrach:

- Przybliżona długość zestawu: 265 cm
- Przybliżona objętość napełniania: 24 ml
- Główne materiały: Poliuretan, Polipropylen, Silikon.
- Posiadające 2 dodatkowe porty boczne bezigłowe przed komorą kroplową plus bliższy port do pacjenta dolny.
- Bez PCV.

Poszczególne elementy zestawu widoczne na poniższej grafice:



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

#### Pytanie 29

Poz.37 - Czy Zamawiający dopuści stojak bez listwy zasilającej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

### Dotyczy części 3 -Tabela A

#### Pytanie 30

**Poz.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w



stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 31**

**Poz.4** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną ułatwiającą programowanie infuzji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 32**

**Poz.5** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową o wysokości 13,5 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 33**

**Poz.6** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania: 0,1–1200 ml/h ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 34**

**Poz.7** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach : Programowanie infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m<sup>2</sup>/h, mg/m<sup>2</sup>/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

**W odpowiedzi na pytanie: : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 35**

**Poz.9** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z dostępnymi trybami infuzji: infuzja ciągła według objętości/czasu lub dawki/czasu -infuzji z limitem objętości -infuzji bolusowej?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 36**

**Poz.10** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dokładnością dozowania +/- 3% i dokładnością mechanizmu +/- 1%?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 37**

**Poz.12** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 38**

**Poz.13** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

- nazwy leku,
- stężenia(koncentracja)
- szybkość infuzji



- informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
- dawki,
- prędkości przepływu infuzji,
- nazwy oddziału,
- aktualnego ciśnienia w formie graficznej
- stan naładowania akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 39

**Poz.14** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelny graficznym wyświetlaczem LCD?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 40

**Poz.16** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podani

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 41

**Poz.20** - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu. **W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 42

**Poz. 23** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową:

- z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej
- mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania
- sygnał dźwiękowy prawidłowego zamocowania
- pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą
- automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej
- automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej
- świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm?"

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 43

**Poz.28** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 44

**Poz.31** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z czasem pracy z akumulatora pow.11 h przy 5ml/h?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

#### Pytanie 45

**Poz.32** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**





**Pytanie 46**

**Poz.34** - Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny bez listwy zasilającej? Pozostałe wymagania zgodne z swz.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Pytanie 47**

**Dotyczy projektu umowy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 pkt. 1 w następujący sposób:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości brutto wadliwego produktu, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia wadliwości przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości lub jeśli Wykonawca nie dostarczył urządzenia zastępczego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dokona modyfikacji w powyższym zakresie czy zawieraniu umowy.**

b) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego produktu, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3, (...)

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.**

**Uwaga!**

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Anna Płotnicka-Mieloch*