



ZP.263.10.2024.ADB

Opole, dnia 29 kwietnia 2024

**ODPOWIEDZI**  
**na pytania do treści SWZ**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup wraz z dostawą mebli medycznych (z podziałem na 10 zadań)**, udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści taboret o średnicy siedziska 34 cm co różni się tylko o 1 cm od opisanego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taboret o średnicy siedziska 34 cm. Dokonuje zmiany w SWZ.**

**2. Pytanie dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści taboret o średnicy siedziska 34 cm co różni się tylko o 1 cm od opisanego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taboret o średnicy siedziska 34 cm. Dokonuje zmiany w SWZ.**

**3. Pytanie dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści taboret o konstrukcji wykonanej z chromu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje opis zgodny z SWZ.**

**4. Pytanie dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści taboret o konstrukcji wykonanej z chromu oraz dodatkowo posiada podnóżek przy regulacji wysokości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje opis zgodny z SWZ.**

**5. Pytanie dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje taboretów z obręczą czy bez? Wysokość taboretu nim. 50 cm - ma być stała, czy regulowana od min. 50 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje taboretów z obręczą. Podtrzymuje opis zgodny z SWZ. Wysokość**



**taboretu ma być regulowana, a jej wartość osiągać minimum 50 cm.**

**6. Pytanie dot. zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści stojak ze stali nierdzewnej z dwoma haczykami ze stali nierdzewnej, z dopuszczalnym obciążeniem 1 kg na hak?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje opis zgodny z SWZ.**

Małgorzata Sobel

Dyrektor

Załączniki:

1. ZMODYFIKOWANY Załącznik do umowy - zadanie nr 2 - korekta z dnia 29.04.2024

*sprawę prowadzi Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Danuta Bebech, tel.: 77 441 77 63*